

Pregão Eletrônico

980069.202020 .69084 .5101 .3545906546



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00020/2020

Às 09:00 horas do dia 29 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal decreto comissão de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2020004852, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente, proposta Ministério da Saúde nº 11474.036000/1200-07.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ARMÁRIO AÇO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,18 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS REGULÁVEIS, MATERIAL CHAPA AÇO 22**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 569,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 440,0000 .**Item: 2****Descrição:** ARMÁRIO VITRINE**Descrição Complementar:** ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇOESMALTADO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.788,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 540,0000 .**Item: 3****Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA CROMADO, TIPOBASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPOSISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, QUANTIDADE PÉS 5 UN**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 800,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 560,0000 .**Item: 4****Descrição:** CADEIRA ASCENSORISTA**Descrição Complementar:** CADEIRA ASCENSORISTA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA 4 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL SINTÉTICO FOSCO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA CAPA DE POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, REGULAGEM VERTICAL MECÂNICA POR ESFERAS E BLINDAGEM TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PÉS COM SAPATAS DESLIZADORAS, BANQUETA GIRATÓRI A**Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 1.164,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 320,0000 .**

Item: 5

Descrição: POLTRONA RECLINÁVEL

Descrição Complementar: POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL TUBOS AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTESC/ ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PERNAS E BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÃO TRENDLEMBURG, ACABAMENTO ESTOFADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN, COMPRIMENTOCERCA DE 170 CM, MODELO MANUAL, SISTEMA PNEUMÁTICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 2.708,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000 .**

Item: 6

Descrição: IMPRESSORA LASER

Descrição Complementar: IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1.200 X 1.200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 35 PPM, TIPO PAPEL A4/A5/ OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIA S, CAPACIDADE FOLHA 200 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO DE TRABALHO 50.000 PÁGINAS/MÊS, LINGUAGEM P C, CONEXÃO USB E ETHERNET 10/100/100 BASE TX RJ45 INTEGRADO, COMPATIBILIDADE WINDOWSXP/VISTA, LINUX, APPLE, MAC OS X, TIPO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA/ IMPRESSÃO FRENTE/VERSO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 1.980,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 3S INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.620,0000 .**

Item: 7

Descrição: TELEVISOR

Descrição Complementar: TELEVISOR, TAMANHO TELA 49 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, DUAL PLAY, SMART MOBILE, WIDI, TIME MACHINE, TIPO TELA LED

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10
Valor Estimado: R\$ 17.920,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 22.899,9900 .**

Item: 8

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Complementar: Refrigerador doméstico, refrigerador domestico , geladeira

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 4.923,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: ESTETOSCÓPIO

Descrição Complementar: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' SILICONE, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO PEDIÁTRICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11
Valor Estimado: R\$ 3.575,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 230,0000 .**

Item: 10

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Complementar: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO*

DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 3.940,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, **pelo melhor lance de R\$ 1.220,0000 .**

Item: 11

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Complementar: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO NEONATAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 3.080,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, **pelo melhor lance de R\$ 680,0000 .**

Item: 12

Descrição: ESTETOSCÓPIO

Descrição Complementar: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 18

Valor Estimado: R\$ 6.768,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, **pelo melhor lance de R\$ 280,0000 .**

Item: 13

Descrição: BALDE

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL E ACIONADA POR PEDAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 2.541,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO LASER TERAPÊUTICO, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, FONTE LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO (660 E 810 NM), COMPONENTES ADICIONAIS PEÇA DE MÃO, PONTEIRA, 3 ÓCULOS, PEDAL, CABO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 18.846,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.640,0000 .**

Item: 15

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR

Descrição Complementar: BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.494,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 450,0000 .**

Item: 16

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Descrição Complementar: ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUMECERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO, ADICIONAIS ACIONAMENTO POR PEDAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 5.337,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, **pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000** .

Item: 17

Descrição: LARINGOSCÓPIO

Descrição Complementar: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 6 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.298,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000** .

Item: 18

Descrição: LARINGOSCÓPIO

Descrição Complementar: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 7 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO E INFANTIL, EMBALAGEM* C/ ESTOJO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.298,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000** .

Item: 19

Descrição: ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Complementar: ELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 5 FR, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA FILAMENTO TRANÇADO, MATERIAL PONTEIRA AÇO INOXIDÁVEL E CERÂMICA, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 5.920,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: V.L. FUZETI - COMERCIAL, **pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000** .

Item: 20

Descrição: MESA GINECOLÓGICA

Descrição Complementar: MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ESMALTADO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINÁVEIS, ACABAMENTO PÉS C/ PONTEIRAS DE BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, DIMENSÕES 1,80 X 0,60 X 0,80M APROXIMADOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.091,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 490,0000** .

Item: 21

Descrição: MESA CLÍNICA

Descrição Complementar: MESA CLÍNICA, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,90 M, LARGURA 0,60 CM, ALTURA 0,80 CM, ACESSÓRIOS ESTOFADO EM CURVIN, COM ESPUMA D28, ESTRUTURA ANTI-FERRUGEM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESMALTADA, ESTOFADA, CABECEIRA MÓVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 6.028,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000 .**

Item: 22**Descrição:** ESFIGMOMANÔMETRO**Descrição Complementar:** ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 694,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ANA MARIA PIRES BELEM, **pelo melhor lance de R\$ 178,0000 .**

Item: 23**Descrição:** COMADRE**Descrição Complementar:** COMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3.500 ML, TAMANHO TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ALÇA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 1.044,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 714,0000 .**

Item: 24**Descrição:** COMPADRE (URINOL)**Descrição Complementar:** COMPADRE (URINOL), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000 ML**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 1.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 834,0000 .**

Item: 25**Descrição:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR**Descrição Complementar:** CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, PARA CHOQUE COM PARA CHOQUE, BORRACHA OUPVC EM TODA EXTENSÃO, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,00 X 0,45 X 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DEO2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 9.240,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.380,0000 .**

Item: 26**Descrição:** CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO**Descrição Complementar:** CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 3' C/ ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, MEDIDA 45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES 2 PRATELEIRAS COM GRADE DE PROTEÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.514,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.033,0000 .**

Item: 27**Descrição:** OTOSCÓPIO**Descrição Complementar:** OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, ESTOJO EM NYLON**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.912,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 .**

Item: 28

Descrição: FOCO CIRÚRGICO

Descrição Complementar: FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 69.389,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 24.100,0000 .**

Item: 29

Descrição: DESFIBRILADOR

Descrição Complementar: DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTE I CABOS 3 A 5 E 10 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 13.974,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000 .**

Item: 30

Descrição: REANIMADOR MANUAL

Descrição Complementar: REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 250 ML, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2 RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3 ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS NEONATAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 295,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 140,0000 .**

Item: 31

Descrição: REANIMADOR MANUAL

Descrição Complementar: REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 2,0 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH20, COMPONENTE 2 RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3 ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS ADULTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 293,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 170,0000 .**

Item: 32

Descrição: LANTERNA NÃO ELÉTRICA

Descrição Complementar: LANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA AAA OU AA, TIPO FOCO FIXO, COMPRIMENTO 140 MM, DIÂMETRO 13 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM ABAIXADOR DE LÍNGUA, PESO 80 G

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 408,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 160,0000 .**

Item: 33

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 25 KG, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY/CONCHA ANATÔMICA POLIPROPILENO/ANTI-GERME, TIPO ANTROPOMETRICA PARA PESAR BEBÊS, DIMENSÕES 55 X 33 X 8,50 CM, TIPO PAINELDISPLAY LCD, TECLADO MEMBRANA SELADA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 2.865,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, **pelo melhor lance de R\$ 1.820,0000**

Item: 34

Descrição: OXÍMETRO

Descrição Complementar: OXÍMETRO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 5.360,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LOTUS MEDICAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000**

Item: 35

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 300 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM AÇO CARBONO, PRATO REMOVÍVEL, TIPO DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS 6, DIMENSÕES 60 X 60 CM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.134,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 880,0000**

Item: 36

Descrição: FOCO CLÍNICO

Descrição Complementar: FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO LÂMPADA LÂMPADA HALÓGENA 50W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM AJUSTE DE MOVIMENTO, APRESENTAÇÃO COM ESPELHO, TIPO LUZ REFLETOR DICRÓICO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO BASE EM FERRO FUNDIDO, COM RODÍZIOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.782,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 680,0000**

Item: 37

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA

Descrição Complementar: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS TORNEIRAS (JATO E COPO), VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, VAZÃO ÁGUA GELADA 2 L/H, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 684,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 664,0000**

Item: 38

Descrição: BALDE

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL CHAPA AÇO, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO, PEDAL E TAMPA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 302,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - ARMÁRIO AÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 546,0000 | R\$ 546,0000 | 28/09/2020 10:55:47 |
| | Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo / Versão: PA100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Confeccionado em aço, com capacidade mínima da prateleira de 40 kg, dimensões: altura: 100 a 210 cm x largura: 70 a 110 cm. Com 4 prateleiras. | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 1 | R\$ 569,0000 | R\$ 569,0000 | 29/09/2020 00:20:22 |
| | Marca: ULTRA MOVEIS Fabricante: ULTRA MOVEIS Modelo / Versão: ULTRA MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,18 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS REGULÁVEIS, MATERIAL CHAPA AÇO 22 | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 570,0000 | R\$ 570,0000 | 28/09/2020 16:16:16 |
| | Marca: NOBRE MÓVEIS Fabricante: NOBRE MÓVEIS Modelo / Versão: PA80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,18 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS REGULÁVEIS, MATERIAL CHAPA AÇO 22 | | | | | | |
| 33.243.924/0001-78 | MOVEIS CARVALHO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 600,0000 | R\$ 600,0000 | 24/09/2020 14:47:24 |
| | Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo / Versão: PA90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO Confeccionado em aço, com capacidade mínima da prateleira de 40 kg, dimensões: altura: 100 a 210 cm x largura: 70 a 110 cm. Com 4 prateleira | | | | | | |
| 04.063.503/0001-67 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 700,0000 | R\$ 700,0000 | 28/09/2020 10:28:19 |
| | Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo / Versão: PA90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário: Confeccionado em aço, com capacidade mínima da prateleira de 40 kg, dimensões: altura: 100 a 210 cm x largura: 70 a 110 cm. Com 4 prateleiras. | | | | | | |
| 17.344.993/0001-11 | KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 850,0000 | R\$ 850,0000 | 25/09/2020 11:43:00 |
| | Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo / Versão: PA100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Confeccionado em aço, com capacidade mínima da prateleira de 40 kg, dimensões: altura: 100 a 210 cm x largura: 70 a 110 cm. Com 4 prateleiras. | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.216,6000 | R\$ 1.216,6000 | 28/09/2020 17:24:54 |
| | Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo / Versão: PA120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Confeccionado em aço, com capacidade mínima da prateleira de 40 kg, dimensões: altura: 100 a 210 cm x largura: 70 a 110 cm. Com 4 prateleiras. | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/09/2020 18:03:20 |
| | Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo / Versão: IDEAL | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Confeccionado em aço, com capacidade mínima da prateleira de 40 kg, dimensões: altura: 100 a 210 cm x largura: 70 a 110 cm. Com 4 prateleiras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.216,6000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 850,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 700,0000 | 04.063.503/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 600,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 570,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 569,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 546,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 550,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:15:31:080 |
| R\$ 1.086,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:15:49:357 |
| R\$ 526,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:19:31:433 |
| R\$ 506,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:19:50:610 |
| R\$ 486,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:19:51:940 |
| R\$ 500,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:19:56:557 |
| R\$ 460,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:20:15:347 |
| R\$ 440,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:20:16:027 |
| R\$ 450,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:21:44:093 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:14:04 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 29/09/2020 12:56:20 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:56:20 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:09:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:34:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11. |
| Aceite | 30/09/2020 11:28:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 440,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARMÁRIO VITRINE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 881,4000 | R\$ 881,4000 | 28/09/2020 10:55:47 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM101 | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario vitrine Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 | | | | | | |
| 04.063.503/0001-67 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.000,0000 | 28/09/2020 10:28:19 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: VITRINE 02P | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 | | | | | | |

prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiros de borracha, dimensão mínima do armário: 0,65 x 0,40 x 1,45 m.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 1.200,0000 | 25/09/2020 14:57:27 |
| | Marca: UTI Fabricante: UTI Modelo / Versão: 5009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiros de borracha, dimensão mínima do armário: 0,65 x 0,40 x 1,45 m. | | | | | | |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.205,8000 | R\$ 1.205,8000 | 28/09/2020 17:41:37 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vitrine Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiros de borracha, dimensão mínima do armário: 0,65 x 0,40 x 1,45 m. | | | | | | |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.400,0000 | R\$ 1.400,0000 | 28/09/2020 20:09:18 |
| | Marca: FORÇAMEDICA Fabricante: FORÇAMEDICA Modelo / Versão: FM0002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiros de borracha, dimensão mínima do armário: 0,65 x 0,40 x 1,45 m. | | | | | | |
| 32.597.474/0001-59 | STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 1.500,0000 | 23/09/2020 10:59:27 |
| | Marca: METALIC MEDICAL Fabricante: METALIC MEDICAL Modelo / Versão: MT102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiros de borracha, dimensão mínima do armário: 0,65 x 0,40 x 1,45 m. | | | | | | |
| 17.344.993/0001-11 | KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 1.500,0000 | 25/09/2020 11:43:00 |
| | Marca: MED LIFE Fabricante: MED LIFE Modelo / Versão: MD901.2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vitrine Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiros de borracha, dimensão mínima do armário: 0,65 x 0,40 x 1,45 m. | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.785,0000 | R\$ 1.785,0000 | 28/09/2020 16:16:16 |
| | Marca: FUTURA MÓVEIS Fabricante: FUTURA MÓVEIS Modelo / Versão: FM.100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇOESMALTADO | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.788,0000 | R\$ 1.788,0000 | 28/09/2020 17:24:54 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vitrine Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiros de borracha, dimensão mínima do armário: 0,65 x 0,40 x 1,45 m. | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.788,0000 | R\$ 1.788,0000 | 29/09/2020 00:20:22 |

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS E

Marca: HELTER

Fabricante: HELTER

Modelo / Versão: HELTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇOESMALTADO

27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES Sim Sim 1 R\$ 2.020,0000 R\$ 2.020,0000 29/09/2020
CORNETTA 07:30:31
37224601829

Marca: FM

Fabricante: FM

Modelo / Versão: "FM-0002 ARMARIO VITRINE 2 PORTAS (COM VIDROS).

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FM-0002 ARMARIO VITRINE 2 PORTAS (COM VIDROS)....."

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1 R\$ 2.500,0000 R\$ 2.500,0000 28/09/2020
PRODUTOS E 18:04:36
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: ORTOMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario vitrine Armário vitrine 2 portas com fechadura cilíndrica, portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de no mínimo 3 mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa mínima de 0,75 mm, totalmente pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiros de borracha, dimensão mínima do armário: 0,65 x 0,40 x 1,45 m.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.020,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.788,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.788,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.785,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.400,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.205,8000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.200,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.000,0000 | 04.063.503/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 881,4000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 861,4000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:14:44:477 |
| R\$ 841,4000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:15:22:867 |
| R\$ 821,4000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:15:25:380 |
| R\$ 800,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:15:36:603 |
| R\$ 780,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:15:39:597 |
| R\$ 760,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:15:59:687 |
| R\$ 740,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:16:01:380 |
| R\$ 720,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:16:11:310 |
| R\$ 847,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:16:12:963 |
| R\$ 700,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:16:14:653 |
| R\$ 680,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:16:33:640 |
| R\$ 660,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:16:35:023 |
| R\$ 707,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:17:05:303 |
| R\$ 640,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:17:15:357 |
| R\$ 620,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:17:21:397 |
| R\$ 1.300,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:17:30:003 |
| R\$ 706,9900 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:19:33:077 |
| R\$ 639,9900 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:19:51:047 |
| R\$ 600,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:19:51:897 |
| R\$ 580,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:19:52:577 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.300,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:21:06:823 |
| R\$ 560,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:22:08:540 |
| R\$ 540,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:22:11:103 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:14:30 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 29/09/2020 12:56:20 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:56:20 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:13:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:46:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Aceite | 30/09/2020 11:54:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 540,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 8 | R\$ 100,0000 | R\$ 800,0000 | 28/09/2020 16:16:16 |
| | Marca: NOBRE MÓVEIS Fabricante: NOBRE MÓVEIS Modelo / Versão: A/E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA CROMADO, TIPOBASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPOSISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, QUANTIDADE PÉS 5 UN | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 8 | R\$ 100,0000 | R\$ 800,0000 | 28/09/2020 17:24:54 |
| | Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo / Versão: POLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Confeccionado em aço pintado, assento e encosto de polipropileno, altura minima de 81 cm, largura minima 48 cm, profundidade minima 54 cm e assento minimo 44 cm. | | | | | | |
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 8 | R\$ 104,5200 | R\$ 836,1600 | 28/09/2020 10:55:47 |
| | Marca: CAMEL Fabricante: CAMEL Modelo / Versão: CDFIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Confeccionado em aço pintado, assento e encosto de polipropileno, altura minima de 81 cm, largura minima 48 cm, profundidade minima 54 cm e assento minimo 44 cm. | | | | | | |
| 17.344.993/0001-11 | KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI | Sim | Sim | 8 | R\$ 105,0000 | R\$ 840,0000 | 25/09/2020 11:43:00 |
| | Marca: KM MOVEIS Fabricante: KM MOVEIS Modelo / Versão: CF01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Confeccionado em aço pintado, assento e encosto de polipropileno, altura minima de 81 cm, largura minima 48 cm, profundidade minima 54 cm e assento minimo 44 cm. | | | | | | |
| 33.243.924/0001-78 | MOVEIS CARVALHO LTDA | Sim | Sim | 8 | R\$ 180,0000 | R\$ 1.440,0000 | 24/09/2020 14:47:24 |
| | Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo / Versão: FIXA | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA Confeccionado em aço pintado, assento e encosto de polipropileno, altura mínima de 81 cm, largura mínima 48 cm, profundidade mínima 54 cm e assento mínimo 44 cm

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 8 R\$ 200,0000 R\$ 1.600,0000 28/09/2020
COMERCIO DE MOVEIS 10:28:20
EIRELI

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira: Confeccionado em aço pintado, assento e encosto de polipropileno, altura mínima de 81 cm, largura mínima 48cm, profundidade mínima 54cm e assento mínimo 44cm.

20.371.330/0001-09 MUNDI Sim Sim 8 R\$ 540,0000 R\$ 4.320,0000 28/09/2020
EQUIPAMENTOS 15:22:14
MEDICOS,
ODONTOLOGICOS E
VETERINARIO

Marca: GG

Fabricante: GG

Modelo / Versão: MD200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mocho. Confeccionado em aço pintado, assento e encosto de polipropileno, altura mínima de 81 cm, largura mínima 48 cm, profundidade mínima 54 cm e assento mínimo 44 cm"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.320,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.600,0000 | 04.063.503/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.440,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 840,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 836,1600 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 800,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 800,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:15:43:253 |
| R\$ 900,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:16:13:370 |
| R\$ 780,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:16:24:177 |
| R\$ 760,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:16:50:983 |
| R\$ 740,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:17:27:163 |
| R\$ 800,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:17:30:263 |
| R\$ 720,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:17:40:093 |
| R\$ 700,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:17:53:107 |
| R\$ 750,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:18:04:837 |
| R\$ 4.000,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:18:07:333 |
| R\$ 680,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:19:33:250 |
| R\$ 660,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:19:36:820 |
| R\$ 640,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:20:04:323 |
| R\$ 620,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:20:14:797 |
| R\$ 639,9900 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:21:48:487 |
| R\$ 600,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:21:51:110 |
| R\$ 615,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:21:58:300 |
| R\$ 580,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:22:27:020 |
| R\$ 590,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:22:48:250 |
| R\$ 560,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:24:06:880 |
| R\$ 570,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:24:22:890 |
| R\$ 540,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:24:51:287 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|----------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 09:14:44 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:27:35 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de | 30/09/2020 09:16:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |

Convocação -
Anexo

Encerramento

do prazo de 30/09/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA
Convocação - 15:00:09 LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36.
Anexo

Recusa 01/10/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF:
09:27:03 36.764.774/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 540,0000. Motivo: A empresa Hosp-Odonto Comercio
Atacadista Ltda, encaminhou a declaração de desistência, (em anexo ao processo), dos itens 3,5 e 9,
vencidos neste pregão Eletrônico nº 020/2020

Abertura do

prazo de 01/10/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI,
Convocação - 09:33:29 CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11.
Anexo

Encerramento

do prazo de 01/10/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -
Convocação - 11:09:27 EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11.
Anexo

Aceite 01/10/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI,
11:12:43 CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 560,0000.

Habilitado 05/10/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI -
10:27:41 CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CADEIRA ASCENSORISTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-----------------|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Marca: UTI Fabricante: UTI Modelo / Versão: 5801-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório. | Sim | Sim | 2 | R\$ 300,0000 | R\$ 600,0000 | 25/09/2020 14:57:27 |
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo / Versão: LOTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório | Sim | Sim | 2 | R\$ 312,0000 | R\$ 624,0000 | 28/09/2020 10:55:47 |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM Marca: Renascer Fabricante: Renascer Modelo / Versão: RN5450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório. | Sim | Sim | 2 | R\$ 350,0000 | R\$ 700,0000 | 25/09/2020 15:54:57 |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RN45002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.000,0000 | 28/09/2020 14:14:49 |
| 32.597.474/0001-59 | STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: METALIC MEDICAL Fabricante: METALIC MEDICAL Modelo / Versão: MT121 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório | Sim | Sim | 2 | R\$ 550,0000 | R\$ 1.100,0000 | 23/09/2020 10:59:27 |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA | Sim | Sim | 2 | R\$ 560,0000 | R\$ 1.120,0000 | 28/09/2020 20:09:18 |

CORNETTA

Marca: FORÇAMEDICA**Fabricante:** FORÇAMEDICA**Modelo / Versão:** FM6005**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banqueta - Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 565,5500 | R\$ 1.131,1000 | 28/09/2020 17:41:37 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo / Versão:** OM302.1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banqueta Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 582,0000 | R\$ 1.164,0000 | 28/09/2020 17:24:54 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: CONKAST**Fabricante:** CONKAST**Modelo / Versão:** CNK 1403**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banqueta Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 17.344.993/0001-11 | KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 650,0000 | R\$ 1.300,0000 | 25/09/2020 11:43:00 |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: KM MOVEIS**Fabricante:** KM MOVEIS**Modelo / Versão:** MOCHO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banqueta Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 800,0000 | R\$ 1.600,0000 | 28/09/2020 18:04:37 |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo / Versão:** ORTOMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banqueta Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.104,8000 | R\$ 2.209,6000 | 28/09/2020 11:11:26 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: FM**Fabricante:** FM**Modelo / Versão:** FM-6005**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS: Banco Giratório Inóx Estrutura metálica de aço inóx construído sobre 4 pés de tubos redondos Possui altura regulável do assento entre 43 e 63 cm de altura. Disponibilidade: Totalmente em aço inóx; Assento inóx de 35cm de diâmetro Com rodízios. Marca: FM Fabricante: FM Modelo: FM-6005 Procedência: Nacional

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 14.676.091/0001-94 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.680,0000 | R\$ 3.360,0000 | 28/09/2020 16:29:59 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: Olimedica**Fabricante:** Olimedica**Modelo / Versão:** OLI132i**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banqueta Aço inoxidável, regulagem de altura, rodízios e assento giratório.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.360,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.209,6000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.600,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.300,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.164,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.131,1000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.120,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.100,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 700,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 624,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 600,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 580,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:15:43:667 |
| R\$ 560,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:15:45:407 |
| R\$ 579,9000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:16:44:443 |
| R\$ 540,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:17:25:510 |
| R\$ 520,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:17:27:520 |
| R\$ 558,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:17:29:433 |
| R\$ 500,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:17:45:973 |
| R\$ 480,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:17:50:330 |
| R\$ 460,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:18:05:683 |
| R\$ 440,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:18:10:387 |
| R\$ 420,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:18:49:383 |
| R\$ 400,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:18:50:023 |
| R\$ 539,9900 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:19:38:447 |
| R\$ 380,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:22:04:473 |
| R\$ 360,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:22:07:597 |
| R\$ 340,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:22:26:270 |
| R\$ 359,9900 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:23:04:550 |
| R\$ 320,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:23:05:217 |
| R\$ 1.104,8000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:23:14:143 |
| R\$ 1.100,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:24:35:283 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:15:06 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:27:27 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:18:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:34:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11. |
| Aceite | 30/09/2020 11:29:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 320,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - POLTRONA RECLINÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI - COMERCIAL | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.100,0000 | R\$ 2.200,0000 | 28/09/2020 20:11:31 |
| | Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSP Modelo / Versão: RN11002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual. | | | | | | |
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 2.400,0000 | 25/09/2020 14:57:27 |
| | Marca: UTI Fabricante: UTI Modelo / Versão: 5820 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.250,0000 | R\$ 2.500,0000 | 25/09/2020 15:54:57 |
| | Marca: Renascer Fabricante: Renascer Modelo / Versão: RN11002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual. | | | | | | |
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.341,6000 | R\$ 2.683,2000 | 28/09/2020 10:55:47 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM319.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual. | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.354,0000 | R\$ 2.708,0000 | 28/09/2020 16:16:16 |
| | Marca: CASA MÉDICA Fabricante: CASA MÉDICA Modelo / Versão: 120KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL TUBOS AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTESC/ ENCOSTO, ASSENTO, APOIO PERNAS E BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÃO TRENDELEMBURG, ACABAMENTO ESTOFADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN, COMPRIMENTOCERCA DE 170 CM, MODELO MANUAL, SISTEMA PNEUMÁTICO | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.354,0000 | R\$ 2.708,0000 | 28/09/2020 17:24:54 |
| | Marca: MEDI SAUDE Fabricante: MEDI SAUDE Modelo / Versão: MS 08.003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual. | | | | | | |
| 32.597.474/0001-59 | STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 3.000,0000 | 23/09/2020 10:59:27 |
| | Marca: METALIC MEDICAL Fabricante: METALIC MEDICAL Modelo / Versão: MT2349 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual | | | | | | |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.600,0000 | R\$ 3.200,0000 | 28/09/2020 20:09:18 |
| | Marca: FORÇAMEDICA Fabricante: FORÇAMEDICA Modelo / Versão: FM0755 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona - Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual | | | | | | |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.834,8000 | R\$ 3.669,6000 | 28/09/2020 17:41:37 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM319.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual | | | | | | |
| 17.344.993/0001-11 | KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.850,0000 | R\$ 3.700,0000 | 25/09/2020 11:43:00 |
| | Marca: KM MOVEIS Fabricante: KM MOVEIS Modelo / Versão: POLTRONA ACOMPANHANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual. | | | | | | |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 28/09/2020 14:14:49 |
| | Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER | | | | | | |

Modelo / Versão: RN11001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.130,0000 | R\$ 4.260,0000 | 29/09/2020 07:30:31 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: FM**Fabricante:** FM**Modelo / Versão:** "FM-0755 POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL COM APOIO P/**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FM-0755 POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL COM APOIO P/ OS PÉS INTEGRADO"

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.366,2000 | R\$ 4.732,4000 | 28/09/2020 11:11:26 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: Metal Solution**Fabricante:** Metal Solution**Modelo / Versão:** MSB0071.01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS: POLTRONA P/ DESCANSO (LINHA STANDARD) > Reclinável em até 04 posições > Estrutura em tubo de aço redondo de 1 x 1.20mm e 1 x 1.20mm > Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim > Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral > Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. > Dimensão Deitada.: 1,62 x 0,75 x 0,55(CxLxA) / Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA) > Assento: 55cm x 45 cm (LxP) / Encosto: 78cm x 52cm (AxL) > Capacidade Aprox.: Até 120Kg > Largura Assento (Interno): 0,53 cm Marca: Metal Solution Fabricante: Metal Solution Modelo: MSB0071.01 Procedência: Nacional Anvisa: 80966340002

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/09/2020 18:04:37 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo / Versão:** ORTOMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona Material de confecção aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg, reclinção e acionamento manual.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 30.037.851/0001-70 | SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 28/09/2020 16:20:07 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: ARTMED**Fabricante:** ARTMED**Modelo / Versão:** ART 258**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: ARTMED MODELO: ART 258 DESCRIÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL P/ ACOMPANHANTE Estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20 mm. Assento, encosto, apoio de braço e pernas estofados e revestido em courvin, com movimentos simultâneos. Reclinável em 4 posições. Pés com ponteiros de borracha. Acabamento em pintura epóxi. Dimensões: 1,14 x 0,68 x 0,84m (totais) Largura interna do assento: 0,50m Medida Aberta: 1,50m Capacidade para 120Kg**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.732,4000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.260,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.700,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.669,6000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.200,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.708,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.708,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.683,2000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.500,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.400,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.200,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.180,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:15:28:463 |
| R\$ 2.160,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:16:24:207 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.140,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:16:27:030 |
| R\$ 2.120,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:16:53:450 |
| R\$ 2.100,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:16:56:487 |
| R\$ 2.080,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:17:15:333 |
| R\$ 2.060,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:17:18:517 |
| R\$ 1.982,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:17:42:850 |
| R\$ 1.962,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:17:47:347 |
| R\$ 2.040,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:17:48:820 |
| R\$ 2.159,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:19:05:393 |
| R\$ 1.942,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:19:14:950 |
| R\$ 1.922,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:19:15:807 |
| R\$ 1.900,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:19:20:700 |
| R\$ 1.880,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:19:21:463 |
| R\$ 1.850,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:19:31:273 |
| R\$ 1.830,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:19:32:077 |
| R\$ 1.800,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:19:39:193 |
| R\$ 1.780,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:19:40:010 |
| R\$ 1.760,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:19:50:677 |
| R\$ 1.740,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:19:51:380 |
| R\$ 1.720,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:20:00:580 |
| R\$ 1.700,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:20:01:263 |
| R\$ 1.796,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:20:02:000 |
| R\$ 1.680,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:20:05:970 |
| R\$ 1.660,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:20:06:907 |
| R\$ 1.640,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:20:07:987 |
| R\$ 1.620,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:20:08:643 |
| R\$ 1.600,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:20:11:520 |
| R\$ 1.580,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:20:12:140 |
| R\$ 1.500,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:20:19:420 |
| R\$ 1.480,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:20:20:433 |
| R\$ 1.450,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:20:43:007 |
| R\$ 1.430,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:20:43:817 |
| R\$ 2.950,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 09:20:49:703 |
| R\$ 1.410,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:21:46:823 |
| R\$ 1.390,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:21:50:453 |
| R\$ 1.410,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:21:52:687 |
| R\$ 1.370,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:22:12:500 |
| R\$ 1.350,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:22:15:507 |
| R\$ 1.320,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:22:35:047 |
| R\$ 1.300,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:22:36:660 |
| R\$ 1.330,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:22:44:810 |
| R\$ 1.280,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:22:57:600 |
| R\$ 1.260,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:22:58:170 |
| R\$ 1.240,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:23:21:287 |
| R\$ 1.220,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:23:26:200 |
| R\$ 2.663,2000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:23:34:403 |
| R\$ 1.200,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:23:45:843 |
| R\$ 1.180,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:23:49:760 |
| R\$ 2.400,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:24:16:577 |
| R\$ 1.150,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:24:23:830 |
| R\$ 2.380,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:24:26:220 |
| R\$ 1.130,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:24:30:277 |
| R\$ 1.100,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:25:25:843 |
| R\$ 1.080,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:26:30:577 |
| R\$ 1.100,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:26:36:813 |
| R\$ 1.060,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:26:57:183 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.040,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:27:12:300 |
| R\$ 1.020,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:27:16:090 |
| R\$ 1.000,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:28:03:730 |
| R\$ 1.480,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:30:01:353 |
| R\$ 1.459,0300 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:31:40:833 |
| R\$ 1.439,0300 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:31:44:933 |
| R\$ 1.439,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:31:49:433 |
| R\$ 1.419,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:31:54:267 |
| R\$ 1.398,9900 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:31:59:297 |
| R\$ 1.378,9900 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:32:00:850 |
| R\$ 1.358,9000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:32:09:163 |
| R\$ 1.338,9000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:32:12:600 |
| R\$ 1.317,9400 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:32:20:173 |
| R\$ 1.297,9400 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:32:26:733 |
| R\$ 1.297,6100 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:32:30:930 |
| R\$ 1.277,6100 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:32:35:617 |
| R\$ 1.257,3300 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:32:44:557 |
| R\$ 1.237,3300 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:32:50:620 |
| R\$ 1.216,7400 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:33:00:720 |
| R\$ 1.196,1000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:33:22:423 |
| R\$ 1.175,5000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:33:43:990 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 09:15:22 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:36:11 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:19:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 15:00:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |
| Recusa | 01/10/2020 09:35:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: a empresa Hosp-Odontocomercio Atacadista encaminhou a declaração de desistência deste item. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 09:38:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:56:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Aceite | 01/10/2020 11:15:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - IMPRESSORA LASER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 08.784.976/0001-04 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Marca: HP | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.980,0000 | R\$ 1.980,0000 | 28/09/2020 13:11:45 |

Fabricante: HP**Modelo / Versão:** M404DW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER (COMUM) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 paginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e ofício, capacidade de entrada de 200 paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 B/G/N, suportar frente e verso automático, o produto novo, garantia de 12 meses. MARCA: HP MODELO: M404DW NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

36.764.774/0001-36 HOSP-ODONTO Sim Sim 1 R\$ 1.980,0000 R\$ 1.980,0000 28/09/2020
COMERCIO 16:16:16
ATACADISTA LTDA

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** 104

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1.200 X 1.200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 35 PPM, TIPO PAPEL A4/A5/ OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIA S, CAPACIDADE FOLHA 200 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO DE TRABALHO 50.000 PÁGINAS/MÊS, LINGUAGEM P C, CONEXÃO USB E ETHERNET 10/100/100 BASE TX RJ45 INTEGRADO, COMPATIBILIDADE WINDOWSXP/VISTA, LINUX, APPLE, MAC OS X, TIPO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA/ IMPRESSÃO FRENTE/VERSO

03.509.801/0001-75 QUARTEL Sim Sim 1 R\$ 2.400,9300 R\$ 2.400,9300 28/09/2020
TECNOLOGIA LTDA 10:55:47

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** M404DW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: impressora laser Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 paginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e ofício, capacidade de entrada de 200 paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 B/G/N, suportar frente e verso automático, o produto novo, garantia de 12 meses.

19.908.111/0001-29 COMERCIAL ROCHA Sim Sim 1 R\$ 2.469,6000 R\$ 2.469,6000 28/09/2020
CASTRO LTDA. 17:24:54

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** LASERJET PRO M404DW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora laser Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 paginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e ofício, capacidade de entrada de 200 paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 B/G/N, suportar frente e verso automático, o produto novo, garantia de 12 meses.

32.674.351/0001-74 3S INFORMATICA Sim Sim 1 R\$ 2.500,0000 R\$ 2.500,0000 15/09/2020
LTDA 10:33:21

Marca: LEXMARK**Fabricante:** LEXMARK**Modelo / Versão:** MS610DN + WIFI PN 27X0128

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora laser - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 paginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e ofício, capacidade de entrada de 200 paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 B/G/N, suportar frente e verso automático, o produto novo, garantia de 12 meses.

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 25/09/2020
COMERCIO DE 11:43:00
MOVEIS - EIRELI

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** M404DW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora laser Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 paginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e ofício, capacidade de entrada de 200 paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 B/G/N, suportar frente e verso automático, o produto novo, garantia de 12 meses.

10.764.690/0001-09 BROTHERS Sim Sim 1 R\$ 3.200,0000 R\$ 3.200,0000 24/09/2020
PRODUTOS E 11:36:51
SERVICOS LTDA

Marca: Lexmark**Fabricante:** Lexmark**Modelo / Versão:** Lexmark Mono MB2236ADW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 paginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e ofício, capacidade de entrada de 200

paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 B/G/N, suportar frente e verso automático, o produto novo, garantia de 12 meses.

14.238.297/0001-32 DI BENTO Sim Sim 1 R\$ 5.675,4800 R\$ 5.675,4800 28/09/2020 15:45:29
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: M404DW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora laser Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 paginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e oficio, capacidade de entrada de 200 paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 Ethernet e wifi 802.11 B/G/N, suportar frente e verso automático, o produto novo, garantia de 12 meses.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1 R\$ 8.000,0000 R\$ 8.000,0000 28/09/2020 18:06:12
PRODUTOS E
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo / Versão: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora laser Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 paginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel A5, A4, carta e oficio, capacidade de entrada de 200 paginas, ciclo mensal de 50.000 paginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 B/G/N, suportar frente e verso automático, o produto novo, garantia de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.675,4800 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.200,0000 | 10.764.690/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.500,0000 | 32.674.351/0001-74 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.469,6000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.400,9300 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.980,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.980,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.960,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:18:05:660 |
| R\$ 1.940,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:18:27:913 |
| R\$ 2.570,9000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:18:35:503 |
| R\$ 1.920,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:20:56:673 |
| R\$ 2.205,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:21:34:653 |
| R\$ 1.900,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:22:56:063 |
| R\$ 1.880,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:23:35:640 |
| R\$ 1.860,0000 | 32.674.351/0001-74 | 29/09/2020 09:23:41:653 |
| R\$ 1.840,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:23:56:170 |
| R\$ 1.860,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:23:57:513 |
| R\$ 1.820,0000 | 32.674.351/0001-74 | 29/09/2020 09:24:00:873 |
| R\$ 1.800,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:24:20:850 |
| R\$ 1.780,0000 | 32.674.351/0001-74 | 29/09/2020 09:24:26:237 |
| R\$ 1.760,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:24:34:873 |
| R\$ 1.740,0000 | 32.674.351/0001-74 | 29/09/2020 09:24:37:020 |
| R\$ 1.720,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:24:45:273 |
| R\$ 1.700,0000 | 32.674.351/0001-74 | 29/09/2020 09:24:46:940 |
| R\$ 2.204,9900 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:24:57:940 |
| R\$ 1.680,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:25:28:297 |
| R\$ 1.660,0000 | 32.674.351/0001-74 | 29/09/2020 09:25:33:407 |
| R\$ 1.640,0000 | 08.784.976/0001-04 | 29/09/2020 09:25:44:973 |
| R\$ 1.620,0000 | 32.674.351/0001-74 | 29/09/2020 09:25:47:320 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 09:15:37 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:27:51 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:23:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor 3S INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 32.674.351/0001-74. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:33:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 3S INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 32.674.351/0001-74. |
| Aceite | 30/09/2020 13:53:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: 3S INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 32.674.351/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1.620,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 3S INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 32.674.351/0001-74 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - TELEVISOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: 43S5295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Smart TV. Smart TV LED 41", Ultra HD 4k com Conversor Digital 3, HDMI 2, USB, Wi-Fi e voltagem: 220V. | Sim | Sim | 10 | R\$ 2.325,0000 | R\$ 23.250,0000 | 28/09/2020 10:55:47 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 43LM6300PSB 43 POLEGADAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Smart TV. Smart TV LED 41", Ultra HD 4k com Conversor Digital 3, HDMI 2, USB, Wi-Fi e voltagem: 220V. | Sim | Sim | 10 | R\$ 2.632,0000 | R\$ 26.320,0000 | 28/09/2020 17:24:54 |
| 10.764.690/0001-09 | BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: SMART LED 43" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smart TV LED 43", Ultra HD 4k com Conversor Digital 3, HDMI 2, USB, Wi-Fi e voltagem: 220V. | Sim | Sim | 10 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 24/09/2020 11:36:51 |
| 17.344.993/0001-11 | KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: 4355/95 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Smart TV. Smart TV LED 41", Ultra HD 4k com Conversor Digital 3, HDMI 2, USB, Wi-Fi e voltagem: 220V. | Sim | Sim | 10 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 25/09/2020 11:43:00 |
| 33.243.924/0001-78 | MOVEIS CARVALHO LTDA Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: VN43TV 7000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR Smart TV LED 41", Ultra HD 4k com Conversor Digital 3, HDMI 2, USB, Wi-Fi e voltagem: 220V. | Sim | Sim | 10 | R\$ 3.720,0000 | R\$ 37.200,0000 | 24/09/2020 14:47:24 |
| 14.238.297/0001-32 | DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: 50U6295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Smart TV LED 41", Ultra HD 4k com Conversor Digital 3, HDMI 2, USB, Wi-Fi e voltagem: 220V. | Sim | Sim | 10 | R\$ 4.742,9600 | R\$ 47.429,6000 | 28/09/2020 15:45:29 |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA | Sim | Sim | 10 | R\$ 5.477,8000 | R\$ 54.778,0000 | 28/09/2020 |

COMERCIAL LTDA

17:41:37

Marca: TCL**Fabricante:** TCL**Modelo / Versão:** 50P8M**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Televisor Smart TV. Smart TV LED 41", Ultra HD 4k com Conversor Digital 3, HDMI 2, USB, Wi-Fi e voltagem: 220V

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA | Sim | Sim | 10 | R\$ 7.000,0000 | R\$ 70.000,0000 | 28/09/2020 |
| | PRODUTOS E | | | | | | 18:06:12 |
| | SERVICOS P/ | | | | | | |
| | LABORATORIOS | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |

Marca: PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Televisor Smart TV. Smart TV LED 41", Ultra HD 4k com Conversor Digital 3, HDMI 2, USB, Wi-Fi e voltagem: 220V.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 70.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 54.778,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 47.429,6000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 37.200,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 30.000,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 30.000,0000 | 10.764.690/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 26.320,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 23.250,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 23.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:17:02:617 |
| R\$ 22.980,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:18:57:940 |
| R\$ 22,9900 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:21:04:203 |
| R\$ 22.960,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:21:09:020 |
| R\$ 23.500,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:21:13:613 |
| R\$ 22.960,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:21:23:210 |
| R\$ 22.900,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:22:17:780 |
| R\$ 22.899,9900 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:25:17:133 |
| R\$ 3.400,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:26:51:883 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 09:15:53 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:44:59 | Item encerrado. |
| Recusa | 29/09/2020 14:38:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.238.297/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 22,9900. Motivo: valor inexequível |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:29:08 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:40:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Item cancelado no julgamento | 30/09/2020 14:27:17 | Item cancelado no julgamento. Motivo: valores de todos os licitantes estão acima do estimado |
| Desfeito Cancelamento do Item | 01/10/2020 09:47:18 | Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: o cancelamento foi feito erroneamente |
| Recusa | 01/10/2020 09:49:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000. Motivo: valor inexequível |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 09:52:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11. |
| Encerramento do prazo de | 01/10/2020 11:09:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11. |

Convocação -
Anexo

| | | |
|------------|------------------------|--|
| Aceite | 01/10/2020 13:07:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 22.899,9900. Motivo: por causa da pandemia o orçamento usado na licitação esta com o valor defasado. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRD37 334LT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira / refrigerador Capacidade de 299 litros, duplex, voltagem: 220V | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.985,6900 | R\$ 5.957,0700 | 28/09/2020 17:24:54 |
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRD37EBBNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira /refrigerador Capacidade de 299 litros, duplex, voltagem: 220V. | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.242,5000 | R\$ 6.727,5000 | 28/09/2020 10:55:47 |
| 17.344.993/0001-11 | KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRD37 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira / refrigerador Capacidade de 299 litros, duplex, voltagem: 220V. | Sim | Sim | 3 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 9.000,0000 | 25/09/2020 11:43:00 |
| 26.517.495/0001-14 | VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRB36AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira / refrigerador Capacidade de 299 litros, duplex, voltagem: 220V. | Sim | Sim | 3 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 9.000,0000 | 28/09/2020 17:14:13 |
| 28.315.329/0001-60 | LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRD37EB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador, duplex, 334 litros, cor branca, 220 V. | Sim | Sim | 3 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 9.000,0000 | 29/09/2020 08:56:17 |
| 33.243.924/0001-78 | MOVEIS CARVALHO LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRD37 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA/REFRIGERADOR Capacidade de 299 litros, duplex, voltagem: 220V. | Sim | Sim | 3 | R\$ 3.100,0000 | R\$ 9.300,0000 | 24/09/2020 14:47:24 |
| 14.238.297/0001-32 | DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: RCD38 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira / refrigerador Capacidade de 299 litros, duplex, voltagem: 220V. | Sim | Sim | 3 | R\$ 3.598,5200 | R\$ 10.795,5600 | 28/09/2020 15:45:29 |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 3.940,0000 | R\$ 11.820,0000 | 28/09/2020 17:41:37 |

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** Cycle Defrost**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Geladeira / refrigerador Capacidade de 299 litros, duplex, voltagem: 220V

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 15.000,0000 | 28/09/2020 18:06:12 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** CONSUL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Geladeira / refrigerador Capacidade de 299 litros, duplex, voltagem: 220V.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 15.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 11.820,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 10.795,5600 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 9.300,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 9.000,0000 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 9.000,0000 | 28.315.329/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 9.000,0000 | 17.344.993/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.727,5000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.957,0700 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.937,0600 | 28.315.329/0001-60 | 29/09/2020 09:16:07:510 |
| R\$ 5.917,0600 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 09:16:24:227 |
| R\$ 5.897,0500 | 28.315.329/0001-60 | 29/09/2020 09:16:26:633 |
| R\$ 5.877,0500 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 09:16:31:313 |
| R\$ 5.857,0400 | 28.315.329/0001-60 | 29/09/2020 09:16:33:193 |
| R\$ 5.837,0400 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 09:16:35:500 |
| R\$ 5.817,0300 | 28.315.329/0001-60 | 29/09/2020 09:16:37:310 |
| R\$ 9.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:18:17:053 |
| R\$ 8.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:18:24:193 |
| R\$ 7.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:18:30:240 |
| R\$ 6.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:18:37:680 |
| R\$ 5.500,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:18:52:430 |
| R\$ 5.817,0000 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 09:18:53:853 |
| R\$ 5.796,9900 | 28.315.329/0001-60 | 29/09/2020 09:18:57:667 |
| R\$ 5.480,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:20:26:790 |
| R\$ 5.400,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:20:43:310 |
| R\$ 5.380,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:22:17:780 |
| R\$ 5.399,0000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:22:54:897 |
| R\$ 5.360,0000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:23:21:367 |
| R\$ 5.340,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:23:36:150 |
| R\$ 5.320,0000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:24:04:627 |
| R\$ 5.300,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:25:04:650 |
| R\$ 5.280,0000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:25:27:277 |
| R\$ 5.260,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:26:37:837 |
| R\$ 5.240,0000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:26:59:220 |
| R\$ 5.220,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:27:30:433 |
| R\$ 5.200,0000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:28:09:943 |
| R\$ 5.180,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:28:49:127 |
| R\$ 5.160,0000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:29:25:003 |
| R\$ 5.130,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:30:08:417 |
| R\$ 5.140,0000 | 14.238.297/0001-32 | 29/09/2020 09:30:28:263 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:16:05 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:33:25 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:35:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Recusa | 30/09/2020 14:31:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5.130,0000. Motivo: item acima do preço estimado |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 14:31:55 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Recusa | 30/09/2020 14:33:09 | Recusa da proposta. Fornecedor: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.238.297/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 5.140,0000. Motivo: item acima do valor estimado |
| Recusa | 30/09/2020 14:33:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 5.260,0000. Motivo: item acima do valor estimado |
| Recusa | 30/09/2020 14:33:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: MOVEIS CARVALHO LTDA, CNPJ/CPF: 33.243.924/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000. Motivo: item acima do valor estimado |
| Recusa | 30/09/2020 14:33:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.315.329/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 5.796,9900. Motivo: item acima do valor estimado |
| Recusa | 30/09/2020 14:34:08 | Recusa da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 5.817,0000. Motivo: item acima do valor estimado |
| Recusa | 30/09/2020 14:34:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: QUARTEL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.509.801/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 6.727,5000. Motivo: item acima do valor estimado |
| Recusa | 30/09/2020 14:34:32 | Recusa da proposta. Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: item acima do valor estimado |
| Recusa | 30/09/2020 14:34:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: item acima do valor estimado |
| Item cancelado no julgamento | 30/09/2020 14:35:28 | Item cancelado no julgamento. Motivo: todos os licitantes apresentaram o valor do item acima do estimado |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ESTETOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 100,0000 | R\$ 1.100,0000 | 23/09/2020 16:29:21 |
| | Marca: accumed Fabricante: accumed Modelo / Versão: premium Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 09 Estetoscópio com auscultador pediátrico duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons. Marca e fabricante:ACCUMED Modelo:INFANTIL | | | | | | |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 11 | R\$ 100,0000 | R\$ 1.100,0000 | 25/09/2020 15:54:57 |
| | Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio com auscultador pediátrico duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons. | | | | | | |
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 11 | R\$ 118,0000 | R\$ 1.298,0000 | 28/09/2020 14:59:22 |
| | Marca: Kindcare | | | | | | |

Fabricante: WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CH

Modelo / Versão: KT-108

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio infantil Estetoscópio com auscultador pediátrico duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 11 | R\$ 166,4400 | R\$ 1.830,8400 | 28/09/2020 11:54:37 |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: MD

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio infantil Estetoscópio com auscultador pediátrico duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 200,0000 | R\$ 2.200,0000 | 28/09/2020 15:46:25 |
|--------------------|--------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: BIC

Fabricante: WENZHOU QIANGLONG

Modelo / Versão: ES1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio com auscultador pediátrico duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 208,0000 | R\$ 2.288,0000 | 28/09/2020 14:58:05 |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio infantil - Estetoscópio com auscultador pediátrico duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 11 | R\$ 213,6000 | R\$ 2.349,6000 | 28/09/2020 11:11:26 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: BIC

Fabricante: WENZHOU

Modelo / Versão: ES1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possui auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa, olivas macias e anatômicas em silicone que proporcionam melhor vedação acústica e conforto. COMPOSIÇÃO: Auscultador: Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente; Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Marca: BIC Fabricante: WENZHOU Modelo: pediátrico duplo inox preto - ES1500 Procedência: China Anvisa: 81535970002

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 325,0000 | R\$ 3.575,0000 | 28/09/2020 16:16:16 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo / Versão: RAPAPRORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' SILICONE, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO PEDIÁTRICO

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 11 | R\$ 325,0000 | R\$ 3.575,0000 | 28/09/2020 17:24:54 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: MISSOURI

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: PEDIATRICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio com auscultador pediátrico duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 30.957.312/0001-59 | VITORIA LOGISTICA LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 325,0000 | R\$ 3.575,0000 | 28/09/2020 17:37:03 |
|--------------------|------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: BIC

Fabricante: BIC

Modelo / Versão: BIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estetoscópio com Auscultador Pediátrico Duplo Inox BIC

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 24.237.168/0001-83 | TARCA COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 11 | R\$ 325,0000 | R\$ 3.575,0000 | 29/09/2020 00:20:22 |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: PREMIUM**Fabricante:** PREMIUM**Modelo / Versão:** PREMIUM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' SILICONE, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO PEDIÁTRICO

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 400,0000 | R\$ 4.400,0000 | 28/09/2020 14:14:49 |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: ADVANTIVE**Fabricante:** JOAO MED**Modelo / Versão:** INFANTIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 500,0000 | R\$ 5.500,0000 | 28/09/2020 18:06:12 |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|---------------------|

Marca: PREMIUM**Fabricante:** PREMIUM**Modelo / Versão:** PREMIUM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estetoscópio infantil Estetoscópio com auscultador pediátrico duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 5.500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.400,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.575,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.575,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.575,0000 | 30.957.312/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.575,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.349,6000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.288,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.200,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.830,8400 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.298,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.100,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.100,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.050,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:17:13:627 |
| R\$ 979,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:17:52:620 |
| R\$ 950,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:18:47:733 |
| R\$ 1.297,9900 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:19:05:950 |
| R\$ 930,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:20:03:987 |
| R\$ 3.300,0000 | 30.957.312/0001-59 | 29/09/2020 09:21:06:343 |
| R\$ 910,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:21:07:517 |
| R\$ 890,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:21:37:877 |
| R\$ 925,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:21:40:620 |
| R\$ 870,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:22:38:387 |
| R\$ 850,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:22:49:877 |
| R\$ 830,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:23:01:850 |
| R\$ 1.277,9900 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:24:28:393 |
| R\$ 2.150,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:24:42:517 |
| R\$ 810,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:24:52:363 |
| R\$ 790,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:25:00:330 |
| R\$ 770,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:25:12:587 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 750,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:25:20:460 |
| R\$ 1.200,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:25:38:240 |
| R\$ 730,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:25:42:227 |
| R\$ 1.180,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:25:42:820 |
| R\$ 710,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:25:53:350 |
| R\$ 690,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:26:07:093 |
| R\$ 670,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:26:16:497 |
| R\$ 650,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:26:34:783 |
| R\$ 630,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:26:43:263 |
| R\$ 610,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:26:49:227 |
| R\$ 570,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:27:31:507 |
| R\$ 550,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:27:39:027 |
| R\$ 530,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:27:46:740 |
| R\$ 510,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:28:19:217 |
| R\$ 490,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:28:35:937 |
| R\$ 470,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:28:49:110 |
| R\$ 450,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:28:56:700 |
| R\$ 430,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:29:25:020 |
| R\$ 410,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:29:36:330 |
| R\$ 390,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:30:29:507 |
| R\$ 370,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:30:42:277 |
| R\$ 350,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:30:51:120 |
| R\$ 330,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:31:01:890 |
| R\$ 310,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:31:14:323 |
| R\$ 290,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:31:41:307 |
| R\$ 270,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:31:50:417 |
| R\$ 250,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:33:07:167 |
| R\$ 230,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:33:39:880 |
| R\$ 210,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:33:54:307 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:16:20 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:40:26 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:37:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 15:00:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |
| Recusa | 01/10/2020 09:40:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 210,0000. Motivo: a empresa Hosp-Odontom encaminhou a declaração de desistência deste item |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 09:41:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 11:48:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50. |
| Aceite | 01/10/2020 13:09:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 230,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ESFIGMOMANÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: accumed Fabricante: accumed Modelo / Versão: adulto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. Marca e fabricante:ACCUMED Modelo:ADULTO | Sim | Sim | 20 | R\$ 100,0000 | R\$ 2.000,0000 | 23/09/2020 16:29:21 |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM Marca: Premium Fabricante: Premium Modelo / Versão: Premium Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | Sim | Sim | 20 | R\$ 100,0000 | R\$ 2.000,0000 | 25/09/2020 15:54:57 |
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU KANGJU Modelo / Versão: BR-20D ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | Sim | Sim | 20 | R\$ 100,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/09/2020 15:46:25 |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem | Sim | Sim | 20 | R\$ 110,6300 | R\$ 2.212,6000 | 28/09/2020 17:41:37 |
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Marca: Premium Fabricante: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA Modelo / Versão: BR-20D adulto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | Não | Não | 20 | R\$ 125,4500 | R\$ 2.509,0000 | 28/09/2020 14:59:22 |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT Marca: PREMIUM Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: PREMIUM ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS | Sim | Sim | 20 | R\$ 129,6000 | R\$ 2.592,0000 | 28/09/2020 11:54:37 |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO | Sim | Sim | 20 | R\$ 130,0000 | R\$ 2.600,0000 | 28/09/2020 16:01:03 |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem | Sim | Sim | 20 | R\$ 150,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/09/2020 20:09:18 |
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem | Sim | Sim | 20 | R\$ 153,2000 | R\$ 3.064,0000 | 28/09/2020 11:11:26 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|-----------------|------------------------|
| | Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU Modelo / Versão: adulto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU Modelo: adulto nylon/velcro Procedência: CHINA Anvisa: 80275310022 | | | | | | |
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 182,1000 | R\$ 3.642,0000 | 28/09/2020 14:58:05 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto - Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIO | Sim | Sim | 20 | R\$ 189,0000 | R\$ 3.780,0000 | 28/09/2020 15:22:14 |
| | Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: PREMIUM ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem." | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 197,0000 | R\$ 3.940,0000 | 28/09/2020 16:16:16 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: BR-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 20 | R\$ 197,0000 | R\$ 3.940,0000 | 28/09/2020 17:24:54 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 30.957.312/0001-59 | VITORIA LOGISTICA LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 197,0000 | R\$ 3.940,0000 | 28/09/2020 17:37:03 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro Adulto Algodão Fecho Velcro - Premium - Preto | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 20 | R\$ 197,0000 | R\$ 3.940,0000 | 29/09/2020 00:20:22 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO | | | | | | |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 400,0000 | R\$ 8.000,0000 | 28/09/2020 14:14:49 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 500,0000 | R\$ 10.000,0000 | 28/09/2020 18:06:12 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro adulto Esfigmomanômetro adulto 18-35 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.940,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.940,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.940,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.940,0000 | 30.957.312/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.780,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.642,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.064,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.600,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.592,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.509,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.212,6000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.000,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.000,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.000,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.980,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:17:07:993 |
| R\$ 1.950,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:17:31:560 |
| R\$ 1.900,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:18:03:933 |
| R\$ 1.880,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:18:45:650 |
| R\$ 1.850,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:18:58:310 |
| R\$ 1.800,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:19:18:950 |
| R\$ 1.780,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:20:04:897 |
| R\$ 1.849,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:20:08:930 |
| R\$ 1.760,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:20:09:630 |
| R\$ 1.700,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:20:16:923 |
| R\$ 3.500,0000 | 30.957.312/0001-59 | 29/09/2020 09:21:17:210 |
| R\$ 1.680,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:21:22:337 |
| R\$ 1.650,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:21:57:057 |
| R\$ 1.480,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:22:14:520 |
| R\$ 1.701,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:22:45:497 |
| R\$ 1.400,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:22:57:847 |
| R\$ 1.380,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:23:06:750 |
| R\$ 1.360,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:23:24:730 |
| R\$ 1.340,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:23:58:840 |
| R\$ 1.320,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:24:40:187 |
| R\$ 1.681,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:24:47:963 |
| R\$ 1.300,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:25:22:947 |
| R\$ 1.990,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:25:41:780 |
| R\$ 1.280,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:25:53:613 |
| R\$ 1.260,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:26:16:873 |
| R\$ 1.270,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:26:19:013 |
| R\$ 1.240,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:26:31:620 |
| R\$ 1.220,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:26:49:640 |
| R\$ 1.200,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:27:52:457 |
| R\$ 1.210,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:27:55:297 |
| R\$ 1.180,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:28:36:473 |
| R\$ 1.160,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:29:03:177 |
| R\$ 1.140,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:29:18:893 |
| R\$ 1.110,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:29:44:577 |
| R\$ 1.090,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:30:28:643 |
| R\$ 1.070,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:30:39:130 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.050,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:30:59:393 |
| R\$ 1.030,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:31:29:823 |
| R\$ 1.010,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:32:07:567 |
| R\$ 990,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:33:35:300 |
| R\$ 970,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:33:54:583 |
| R\$ 950,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:34:30:797 |
| R\$ 930,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:34:53:240 |
| R\$ 2.175,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:36:30:010 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 09:16:34 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:53:39 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:38:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Aceite | 30/09/2020 14:36:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 930,0000. |
| Recusa | 01/10/2020 14:55:25 | Recusa da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 930,0000. Motivo: a empresa A suprema Comercial LTDA, encaminhou o termo de desistência para esse item. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 14:55:25 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 14:59:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |
| Recusa | 01/10/2020 16:33:08 | Recusa da proposta. Fornecedor: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: a empresa Hosp Odonto, encaminhou o termo de desistência do item |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 16:33:08 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 05/10/2020 09:15:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/10/2020 10:01:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15. |
| Aceite | 05/10/2020 10:23:19 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 1.220,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ESFIGMOMANÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 100,0000 | R\$ 1.100,0000 | 23/09/2020 16:30:54 |

Marca: accumed

Fabricante: accumed

Modelo / Versão: infantil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 11 Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem Marca e fabricante:ACCUMED Modelo:INFANTIL

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 11 | R\$ 100,0000 | R\$ 1.100,0000 | 25/09/2020 15:58:28 |
| | Marca: Premium Fabricante: Premium Modelo / Versão: Premium Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 100,0000 | R\$ 1.100,0000 | 28/09/2020 15:47:28 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU KANGJU Modelo / Versão: BR-20D INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 110,6300 | R\$ 1.216,9300 | 28/09/2020 17:52:40 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem | | | | | | |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 120,0000 | R\$ 1.320,0000 | 28/09/2020 16:13:46 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO NEONATAL | | | | | | |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 11 | R\$ 129,6000 | R\$ 1.425,6000 | 28/09/2020 11:58:22 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: PREMIUM/INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS | | | | | | |
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 11 | R\$ 132,3000 | R\$ 1.455,3000 | 28/09/2020 15:02:30 |
| | Marca: Premium Fabricante: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA Modelo / Versão: BR-20D infantil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 11 | R\$ 138,4000 | R\$ 1.522,4000 | 28/09/2020 11:11:26 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU Modelo / Versão: infantil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU Modelo: infantil nylon/velcro Procedência: CHINA Anvisa: 80275310022 | | | | | | |
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 182,1000 | R\$ 2.003,1000 | 28/09/2020 14:58:05 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil - Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIO | Sim | Sim | 11 | R\$ 189,0000 | R\$ 2.079,0000 | 28/09/2020 15:25:08 |
| | Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: PREMIUM INFANTIL | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem"

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 280,0000 | R\$ 3.080,0000 | 28/09/2020 16:28:28 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: BR-20 | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO NEONATAL | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 11 | R\$ 280,0000 | R\$ 3.080,0000 | 28/09/2020 17:31:39 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: INFANTIL | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 11 | R\$ 280,0000 | R\$ 3.080,0000 | 29/09/2020 00:25:33 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO NEONATAL | | | | | | |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 400,0000 | R\$ 4.400,0000 | 28/09/2020 14:19:15 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: INFANTIL | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 500,0000 | R\$ 5.500,0000 | 28/09/2020 18:10:13 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro infantil Esfigmomanômetro infantil 10-18 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.400,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.080,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.080,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.080,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.079,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.003,1000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.522,4000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.455,3000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.425,6000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.320,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.216,9300 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.100,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.100,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.100,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.080,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:33:18:783 |
| R\$ 1.060,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:33:43:267 |
| R\$ 1.040,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:33:58:287 |
| R\$ 1.020,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:34:14:103 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:34:20:823 |
| R\$ 1.020,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:34:22:880 |
| R\$ 980,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:34:40:167 |
| R\$ 960,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:34:58:160 |
| R\$ 940,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:35:10:633 |
| R\$ 1.500,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:35:44:960 |
| R\$ 900,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:36:34:577 |
| R\$ 935,5500 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:36:51:547 |
| R\$ 824,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:36:54:193 |
| R\$ 800,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:37:12:967 |
| R\$ 804,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:37:18:010 |
| R\$ 720,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:37:30:213 |
| R\$ 700,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:37:43:763 |
| R\$ 720,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:37:55:170 |
| R\$ 770,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:38:06:813 |
| R\$ 750,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:39:29:223 |
| R\$ 761,2000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:40:26:653 |
| R\$ 680,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:41:45:270 |
| R\$ 660,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:42:01:933 |
| R\$ 720,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:43:14:303 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:32:19 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 09:56:56 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:39:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Aceite | 30/09/2020 14:37:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 660,0000. |
| Recusa | 01/10/2020 15:01:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 660,0000. Motivo: a empresa A Suprema Comercial Ltda encaminhou o termo de desistência deste item. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 15:01:22 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 15:02:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 16:02:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83. |
| Aceite | 01/10/2020 16:28:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 680,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - ESTETOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 18 | R\$ 100,0000 | R\$ 1.800,0000 | 23/09/2020 16:30:54 |
| | Marca: accumed | | | | | | |
| | Fabricante: accumed | | | | | | |
| | Modelo / Versão: adulto | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons Marca e fabricante: ACCUMED Modelo: ADULTO

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES Sim Sim 18 R\$ 100,0000 R\$ 1.800,0000 25/09/2020 15:58:28
BELEM

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO Não Não 18 R\$ 121,5000 R\$ 2.187,0000 28/09/2020 15:02:30
FELIPE PRODUTOS
PARA SAUDE EIRELI

Marca: Kindcare

Fabricante: WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CH

Modelo / Versão: KT-107

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio adulto Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

07.377.015/0001-12 A SUPREMA Sim Sim 18 R\$ 135,4000 R\$ 2.437,2000 28/09/2020 17:54:27
COMERCIAL LTDA

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio adulto Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

25.386.146/0001-48 LOTUS MEDICAL LTDA Sim Sim 18 R\$ 150,0000 R\$ 2.700,0000 28/09/2020 15:47:28

Marca: PREMIUM

Fabricante: NINGBO JIANGBEI

Modelo / Versão: CARDIOLÓGICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON Sim Sim 18 R\$ 166,4400 R\$ 2.995,9200 28/09/2020 11:58:22
IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE
EQUIPAMENT

Marca: MD

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio adulto Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES Sim Sim 18 R\$ 166,8000 R\$ 3.002,4000 28/09/2020 11:11:26
NICESIO

Marca: PREMIUM

Fabricante: WENZHOU

Modelo / Versão: cardiológico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons. Marca: Premium. Fabricante: Wenzhou Kangshun Medical Devices Modelo: cardiológico Procedência: China Anvisa: 80275310063

27.806.274/0001-29 PROMEDI Sim Sim 18 R\$ 208,0000 R\$ 3.744,0000 28/09/2020 14:58:05
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio adulto - Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o

toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 18 | R\$ 376,0000 | R\$ 6.768,0000 | 28/09/2020 16:28:28 |
| <p>Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: RAPAPPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO</p> | | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 18 | R\$ 376,0000 | R\$ 6.768,0000 | 28/09/2020 17:31:39 |
| <p>Marca: MISSOURI Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.</p> | | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCA COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 18 | R\$ 376,0000 | R\$ 6.768,0000 | 29/09/2020 00:25:33 |
| <p>Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO</p> | | | | | | | |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 18 | R\$ 400,0000 | R\$ 7.200,0000 | 28/09/2020 14:19:15 |
| <p>Marca: ADVANTIVE Fabricante: JOAOMED Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p> | | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 18 | R\$ 500,0000 | R\$ 9.000,0000 | 28/09/2020 18:10:13 |
| <p>Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio adulto Estetoscópio com auscultador adulto duplo Inox, olivas em PVC, macias e anatômicas com roscas em metal, estrutura em aço inoxidável, anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente, auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração, tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 7.200,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.768,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.768,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.768,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.744,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.002,4000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.995,9200 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.700,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.437,2000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.187,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.800,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.800,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.780,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:34:05:860 |
| R\$ 1.750,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:34:06:650 |
| R\$ 1.730,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:34:29:573 |
| R\$ 1.700,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:36:43:587 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.600,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:36:52:417 |
| R\$ 1.570,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:37:24:507 |
| R\$ 1.500,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:37:46:533 |
| R\$ 1.480,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:38:08:810 |
| R\$ 1.602,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:38:12:203 |
| R\$ 1.460,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:38:33:720 |
| R\$ 1.440,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:38:53:590 |
| R\$ 1.420,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:39:04:793 |
| R\$ 1.400,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:39:41:870 |
| R\$ 1.380,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:40:00:130 |
| R\$ 1.360,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:40:15:630 |
| R\$ 1.340,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:40:32:413 |
| R\$ 1.320,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:40:45:563 |
| R\$ 1.582,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:40:53:003 |
| R\$ 1.300,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:40:54:880 |
| R\$ 1.280,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:41:25:857 |
| R\$ 1.250,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:41:30:397 |
| R\$ 1.230,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:41:40:533 |
| R\$ 1.210,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:41:53:700 |
| R\$ 1.190,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:42:05:107 |
| R\$ 1.170,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:42:18:057 |
| R\$ 1.150,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:42:36:923 |
| R\$ 1.100,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:42:44:510 |
| R\$ 1.130,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:42:44:917 |
| R\$ 1.080,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:42:54:423 |
| R\$ 1.050,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:43:04:480 |
| R\$ 1.030,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:43:16:013 |
| R\$ 1.480,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:43:22:610 |
| R\$ 1.010,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:43:24:450 |
| R\$ 990,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:43:34:220 |
| R\$ 970,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:44:01:710 |
| R\$ 950,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:44:11:890 |
| R\$ 930,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:44:21:453 |
| R\$ 910,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:44:32:023 |
| R\$ 880,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:45:00:890 |
| R\$ 850,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:45:23:197 |
| R\$ 830,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:45:40:733 |
| R\$ 800,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:45:44:823 |
| R\$ 780,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:45:53:303 |
| R\$ 910,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:45:54:670 |
| R\$ 750,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:46:46:230 |
| R\$ 1.872,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:47:09:570 |
| R\$ 730,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:47:17:050 |
| R\$ 710,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:47:28:977 |
| R\$ 730,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:47:30:867 |
| R\$ 690,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:47:39:197 |
| R\$ 670,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:47:49:117 |
| R\$ 650,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:47:58:593 |
| R\$ 630,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:48:12:890 |
| R\$ 610,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:48:21:237 |
| R\$ 590,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:48:36:127 |
| R\$ 570,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:48:45:303 |
| R\$ 550,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:49:00:270 |
| R\$ 510,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:49:16:937 |
| R\$ 530,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:49:17:853 |
| R\$ 490,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:49:24:830 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 470,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:50:20:580 |
| R\$ 450,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:50:35:030 |
| R\$ 430,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:50:47:587 |
| R\$ 400,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:51:02:850 |
| R\$ 410,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:51:03:933 |
| R\$ 380,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:51:12:880 |
| R\$ 360,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:52:31:993 |
| R\$ 340,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:52:54:210 |
| R\$ 320,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:53:50:413 |
| R\$ 300,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:54:11:937 |
| R\$ 280,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:54:46:097 |
| R\$ 250,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:55:04:260 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:32:44 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 10:16:33 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:40:08 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Aceite | 30/09/2020 14:37:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. |
| Recusa | 01/10/2020 15:03:19 | Recusa da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: a empresa A Suprema Comercial Ltda encaminhou o termo de desistência para este item. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 15:03:19 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 15:04:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 16:07:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83. |
| Aceite | 01/10/2020 16:29:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - BALDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Marca: ECOBIN Fabricante: ECOBIN Modelo / Versão: LP-008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL E ACIONADA POR PEDAL | Sim | Sim | 11 | R\$ 500,0000 | R\$ 5.500,0000 | 28/09/2020 16:13:46 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: FABRICA 11 Fabricante: FABRICA 11 | Sim | Sim | 11 | R\$ 583,8000 | R\$ 6.421,8000 | 28/09/2020 17:31:39 |

Modelo / Versão: 50LT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde a pedal De 49 litros, confeccionado em aço inox

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 600,0000 | R\$ 6.600,0000 | 28/09/2020 16:28:28 |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|

Marca: PURIMAX**Fabricante:** PURIMAX**Modelo / Versão:** 501**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL E ACIONADA POR PEDAL

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|
| 33.243.924/0001-78 | MOVEIS CARVALHO LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 670,0000 | R\$ 7.370,0000 | 24/09/2020 14:48:22 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|

Marca: FUNILAR**Fabricante:** FUNILAR**Modelo / Versão:** 50LITROS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde a pedal De 49 litros, confeccionado em aço inox.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 09.313.600/0001-84 | ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA. | Sim | Sim | 11 | R\$ 1.240,0000 | R\$ 13.640,0000 | 28/09/2020 16:00:00 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: ACE**Fabricante:** ACE**Modelo / Versão:** 0050**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde a pedal de aproximadamente 49 litros, confeccionado em aço inox. 11 UNIDADES MARCA/FABRICANTE: ACE MODELO: 0050 PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias GARANTIA: 12 (doze) meses sobre defeito de fabricação. O valor proposto engloba todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 16.500,0000 | 28/09/2020 18:10:13 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: BRINOX**Fabricante:** BRINOX**Modelo / Versão:** BRINOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde a pedal De 49 litros, confeccionado em aço inox.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 14.517.117/0001-51 | ONE COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 11 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 22.000,0000 | 25/09/2020 20:51:13 |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: puroinox**Fabricante:** puroinox**Modelo / Versão:** puroinox**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lixeira com pedal 50 litros confeccionado em aço inox.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 14.676.091/0001-94 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 11 | R\$ 3.800,0000 | R\$ 41.800,0000 | 28/09/2020 16:30:58 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Purimax**Fabricante:** Purimax**Modelo / Versão:** 45555**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balde a pedal De 49 litros, confeccionado em aço inox.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 41.800,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 22.000,0000 | 14.517.117/0001-51 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 16.500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 13.640,0000 | 09.313.600/0001-84 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 7.370,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.600,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.421,8000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.500,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 7.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:33:32:993 |
| R\$ 6.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:33:37:287 |
| R\$ 5.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:33:44:490 |
| R\$ 5.733,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:34:29:580 |
| R\$ 4.880,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:34:54:550 |
| R\$ 5.799,0700 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:35:08:250 |
| R\$ 4.800,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:35:14:740 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 13.617,0000 | 09.313.600/0001-84 | 29/09/2020 09:36:22:713 |
| R\$ 4.780,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:38:26:987 |
| R\$ 4.700,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:38:59:173 |
| R\$ 4.680,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:39:37:343 |
| R\$ 4.600,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:39:46:360 |
| R\$ 4.580,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:39:59:870 |
| R\$ 4.560,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:40:54:483 |
| R\$ 4.500,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:41:07:700 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:33:07 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 29/09/2020 12:56:19 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:56:19 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:44:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 31.639.450/0001-52. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 14:02:58 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 31.639.450/0001-52. |
| Item cancelado no julgamento | 01/10/2020 14:03:17 | Item cancelado no julgamento. Motivo: todos os licitantes cotaram o item acima do estimado |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.150,0000 | R\$ 6.300,0000 | 28/09/2020 10:53:17 |
| | Marca: HTM Fabricante: HTM Modelo / Versão: HTM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser para tratamento odontológico Frequência com 02 comprimentos de onda, tipo: de mesa. | | | | | | |
| 08.191.380/0001-09 | J E R COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.275,0000 | R\$ 8.550,0000 | 29/09/2020 08:39:40 |
| | Marca: MMO LASER DUO Fabricante: MMO LASER DUO Modelo / Versão: MMO LASER DUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser para tratamento odontológico Frequência com 02 comprimentos de onda, tipo: de mesa | | | | | | |
| 23.443.459/0001-65 | CAROLAYNE CARBONI BERNARDO | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.800,0000 | R\$ 9.600,0000 | 27/09/2020 12:44:20 |
| | Marca: MMOptics Fabricante: MMOptics Modelo / Versão: Laser Duo ILIB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser portátil, leve e prático. Contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser vermelho e Laser infra-vermelho. Atualmente a Laserterapia tem atuado nas diferentes especialidades da Odontologia como uma ferramenta tecnológica indispensável. A utilização dessa Terapia Fotônica, associada aos mais diferentes procedimentos odontológicos, proporciona maior conforto aos pacientes e maior confiabilidade no trabalho do cirurgião-dentista. Efeitos do Laser • Reparação tecidual (bioestimulação) • Analgesia e desinflamação • Aceleração da cicatrização pós cirúrgica e ferimentos • Diminuição do edema, hematoma e escaras • Redução antimicrobiana Indicações • Mucosite oral • Terapia Fotodinâmica (PDT) • Herpes Zoster • Nevralgia do trigêmeo • Paralisia facial • Dores articulares • Inflamações em geral • Lesões da mucosa oral • Hipersensibilidade dentinária • Aftas e Cândiase • Dor e disfunção de ATM • Herpes simples labial recorrente • Tratamento periodontal • Dentística restauradora • Tratamento ortodôntico • Tratamento endodôntico • Língua geográfica • Liquen plano oral • Pós-operatório cirúrgico • Pós-operatório de implantes • Queilite Angular • Trismo • Xerostomia • Cefaléia • ILIB Acessórios • Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional) • Óculos de segurança bloqueador (Paciente) • Protocolos de odontologia (via Aplicativo no Play Store - MMO Protocolos) Características Técnicas • Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA • Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas • Tempo para carga completa: 60 - 120 minutos • Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz Vs: 9V/1,2 A • Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP) • Área do feixe laser de saída no BICO da caneta | | | | | | |

laser: 3mm2 • Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho) Acompanha pulseira ILIB

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.838,8000 | R\$ 9.677,6000 | 28/09/2020 17:58:02 |
| | Marca: MMO Fabricante: MMO Modelo / Versão: LASER DUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser para tratamento odontológico Frequência com 02 comprimentos de onda, tipo: de mesa | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 6.000,0000 | R\$ 12.000,0000 | 28/09/2020 18:10:13 |
| | Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser para tratamento odontológico Frequência com 02 comprimentos de onda, tipo: de mesa. | | | | | | |
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 2 | R\$ 6.462,0000 | R\$ 12.924,0000 | 29/09/2020 07:37:43 |
| | Marca: MMO Fabricante: MMO Modelo / Versão: Laser Duo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MMO Laser Duo | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 9.423,0000 | R\$ 18.846,0000 | 28/09/2020 17:31:39 |
| | Marca: MMO Fabricante: MMO Modelo / Versão: LASER DUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser para tratamento odontológico Frequência com 02 comprimentos de onda, tipo: de mesa. | | | | | | |
| 14.053.344/0001-73 | EBENEZER TRANSPORTES LOGISTICA COMERCIO EXPORTACAO IMPO | Sim | Sim | 2 | R\$ 18.846,0000 | R\$ 37.692,0000 | 29/09/2020 08:31:37 |
| | Marca: KAVO Fabricante: AQIA Modelo / Versão: KAVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento odontológico, tipo: laser terapêutico, aspecto físico: motor de bancada, fonte: laser vermelho e infravermelho (660 e 810 nm), componentes adicionais: peça de mão, ponteira, 3 óculos, pedal, cabo | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 37.692,0000 | 14.053.344/0001-73 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 18.846,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 12.924,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 12.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 9.677,6000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 9.600,0000 | 23.443.459/0001-65 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.550,0000 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.300,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.615,0000 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 09:42:30:730 |
| R\$ 6.280,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:43:34:667 |
| R\$ 6.260,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:44:55:080 |
| R\$ 6.200,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:45:57:943 |
| R\$ 6.100,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:47:25:493 |
| R\$ 6.180,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:47:35:483 |
| R\$ 6.080,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:48:34:993 |
| R\$ 5.936,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:49:15:257 |
| R\$ 5.900,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:50:05:257 |
| R\$ 5.880,0000 | 23.443.459/0001-65 | 29/09/2020 09:50:24:277 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.830,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:51:28:987 |
| R\$ 5.810,0000 | 23.443.459/0001-65 | 29/09/2020 09:51:36:833 |
| R\$ 5.780,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:52:13:350 |
| R\$ 5.760,0000 | 23.443.459/0001-65 | 29/09/2020 09:52:18:397 |
| R\$ 5.730,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:52:34:217 |
| R\$ 5.700,0000 | 23.443.459/0001-65 | 29/09/2020 09:53:08:703 |
| R\$ 5.680,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:53:25:857 |
| R\$ 5.660,0000 | 23.443.459/0001-65 | 29/09/2020 09:55:10:347 |
| R\$ 5.640,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:55:24:360 |
| R\$ 5.935,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:56:41:163 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:42:18 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 11:48:15 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:45:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Aceite | 30/09/2020 14:38:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5.640,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12 |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/10/2020 11:20:05 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - BIOMBO HOSPITALAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Marca: UTI Fabricante: UTI Modelo / Versão: 5105 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aço ou ferro pintado, possui rodízios, tamanho triplo. | Sim | Sim | 3 | R\$ 450,0000 | R\$ 1.350,0000 | 25/09/2020 15:06:36 |
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM312 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo Aço ou ferro pintado, possui rodízios, tamanho triplo | Sim | Sim | 3 | R\$ 450,9000 | R\$ 1.352,7000 | 28/09/2020 10:58:40 |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: FUTURA MÓVEIS Fabricante: FUTURA MÓVEIS Modelo / Versão: FM.040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS | Sim | Sim | 3 | R\$ 498,0000 | R\$ 1.494,0000 | 28/09/2020 16:28:28 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM312 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo Aço ou ferro pintado, possui rodízios, tamanho triplo. | Sim | Sim | 3 | R\$ 498,0000 | R\$ 1.494,0000 | 28/09/2020 17:31:39 |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, | Sim | Sim | 3 | R\$ 498,0000 | R\$ 1.494,0000 | 29/09/2020 00:25:33 |

APARELHOS E
EQUIPAMENTOS E

Marca: INALAMED

Fabricante: INALAMED

Modelo / Versão: INALAMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 3 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.500,0000 | 28/09/2020 20:13:11 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: FORÇAMEDICA

Fabricante: FORÇAMEDICA

Modelo / Versão: FM0077

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo - Aço ou ferro pintado, possui rodízios, tamanho triplo

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 578,3600 | R\$ 1.735,0800 | 28/09/2020 17:59:12 |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: OM312

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo Aço ou ferro pintado, possui rodízios, tamanho triplo

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 3 | R\$ 700,0000 | R\$ 2.100,0000 | 29/09/2020 07:37:43 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: FM

Fabricante: FM

Modelo / Versão: "FM-0077 BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO LONADO...C/ RODÍZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FM-0077 BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO LONADO...C/ RODÍZIOS....."

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 32.597.474/0001-59 | STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 800,0000 | R\$ 2.400,0000 | 23/09/2020 11:03:06 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo / Versão: MT142PC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo Aço ou ferro pintado, possui rodízios, tamanho triplo.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/09/2020 18:10:13 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: ORTOMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo Aço ou ferro pintado, possui rodízios, tamanho triplo.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.003,2000 | R\$ 3.009,6000 | 28/09/2020 11:11:26 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: FM

Fabricante: FM

Modelo / Versão: FM-0181

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: Biombo Triplo Esmaltado Estrutura de quatro pés em tubos de aço esmaltado com 19,05 mm de diâmetro na cor branco gelo. Painéis com tecido em lona plástica. Pés com rodízios de 42 mm. MEDIDAS Comprimento total aberto: 175 cm Altura: 185 cm Marca: FM Fabricante: FM Modelo: FM-0181 Procedência: Nacional

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 14.676.091/0001-94 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.840,0000 | R\$ 8.520,0000 | 28/09/2020 16:31:46 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: Olimedica

Fabricante: Olimedica

Modelo / Versão: OLI104

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo Aço ou ferro pintado, possui rodízios, tamanho triplo.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8.520,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.009,6000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.400,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.100,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.735,0800 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.494,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.494,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.494,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.352,7000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.350,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.330,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:28:817 |
| R\$ 1.310,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:29:930 |
| R\$ 1.290,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:30:303 |
| R\$ 1.270,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:31:150 |
| R\$ 1.250,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:31:813 |
| R\$ 1.230,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:32:347 |
| R\$ 1.210,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:33:810 |
| R\$ 1.190,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:34:537 |
| R\$ 1.170,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:35:310 |
| R\$ 1.150,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:36:003 |
| R\$ 1.130,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:37:817 |
| R\$ 1.110,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:38:437 |
| R\$ 1.090,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:39:813 |
| R\$ 1.070,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:40:400 |
| R\$ 1.050,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:41:943 |
| R\$ 1.030,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:42:603 |
| R\$ 1.010,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:44:333 |
| R\$ 990,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:45:273 |
| R\$ 970,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:46:820 |
| R\$ 950,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:47:423 |
| R\$ 930,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:49:330 |
| R\$ 910,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:49:960 |
| R\$ 890,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:52:337 |
| R\$ 870,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:53:083 |
| R\$ 850,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:53:850 |
| R\$ 830,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:54:410 |
| R\$ 810,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:55:843 |
| R\$ 790,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:56:450 |
| R\$ 770,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:57:343 |
| R\$ 750,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:42:58:567 |
| R\$ 730,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:42:59:343 |
| R\$ 710,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:44:01:170 |
| R\$ 690,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:44:04:440 |
| R\$ 1.302,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:45:05:897 |
| R\$ 670,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:13:363 |
| R\$ 650,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:45:17:003 |
| R\$ 1.365,3800 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:45:23:760 |
| R\$ 600,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:46:08:323 |
| R\$ 580,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:46:11:147 |
| R\$ 560,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:47:07:317 |
| R\$ 540,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:47:12:267 |
| R\$ 1.301,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:47:50:157 |
| R\$ 500,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:48:51:657 |
| R\$ 480,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:48:52:883 |
| R\$ 450,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:49:05:433 |
| R\$ 1.200,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:50:14:863 |
| R\$ 2.080,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:50:35:703 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:42:27 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 10:00:59 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 09:47:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Aceite | 30/09/2020 14:38:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 450,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12 |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/10/2020 11:20:05 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - ASPIRADOR CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: hr Fabricante: hr Modelo / Versão: 6005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16 Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM Marca e fabricante:HR Modelo:6005 | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 2.500,0000 | 23/09/2020 16:30:54 |
| 09.721.729/0001-21 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI Marca: " HR- INL-6005C 5 LT Fabricante: " HR- INL-6005C 5 LTS COM CARRO SUPORTE POTENCIA 1 Modelo / Versão: " HR- INL-6005C 5 LTS COM CARRO SUPORTE POTENCIA 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM." | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 2.500,0000 | 28/09/2020 17:31:03 |
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: INL 6005C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreção elétrico móvel - Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM. | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.631,2500 | R\$ 2.631,2500 | 28/09/2020 14:58:05 |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA Marca: NEVONI Fabricante: NEVONI Modelo / Versão: 14014POC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM. | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.636,4600 | R\$ 2.636,4600 | 28/09/2020 18:00:24 |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: HR HOSPITALAR Fabricante: HR HOSPITALAR Modelo / Versão: INL6005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM spirador de secreção elétrico móvel - | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.700,0000 | R\$ 2.700,0000 | 28/09/2020 20:13:11 |
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI - COMERCIAL Marca: HR HOSPITALAR Fabricante: HR HOSPITALAR | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.700,0000 | R\$ 2.700,0000 | 28/09/2020 20:13:25 |

Modelo / Versão: INL6005C 49LPM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 3.160,0000 | R\$ 3.160,0000 | 28/09/2020 15:02:30 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: Olidef**Fabricante:** OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BR**Modelo / Versão:** A 45 - PLUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.375,0000 | R\$ 3.375,0000 | 28/09/2020 15:25:08 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: NEVONI**Fabricante:** NEVONI**Modelo / Versão:** 14014POC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aspirador de Secreções elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM"

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.537,0000 | R\$ 3.537,0000 | 28/09/2020 16:13:46 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: ASPIRATEX**Fabricante:** ASPIRATEX**Modelo / Versão:** INL6005C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO, ADICIONAIS ACIONAMENTO POR PEDAL

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 25/09/2020 15:06:36 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: HR ASPIRATEX**Fabricante:** HR ASPIRATEX**Modelo / Versão:** INL6005**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 29/09/2020 07:37:43 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: Nevoni**Fabricante:** Nevoni**Modelo / Versão:** 14014 POC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nevoni 14014 POC

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.366,6600 | R\$ 4.366,6600 | 28/09/2020 11:58:22 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: HR HOSPITALAR**Fabricante:** HR HOSPITALAR**Modelo / Versão:** INL 6005C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.500,0000 | R\$ 4.500,0000 | 25/09/2020 15:58:28 |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: HR**Fabricante:** HR**Modelo / Versão:** HR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/09/2020 14:19:15 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: ASPIRATEX**Fabricante:** HR HOSPITALAR EIRELI - ME

Modelo / Versão: INL 6005 C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/09/2020 18:10:13 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: INALATEX**Fabricante:** INALATEX**Modelo / Versão:** INALATEX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.337,0000 | R\$ 5.337,0000 | 28/09/2020 16:28:28 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MEDICAT**Fabricante:** MEDICAT**Modelo / Versão:** MD600**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUMECERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGIC O, ADICIONAIS ACIONAMENTO POR PEDAL

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.337,0000 | R\$ 5.337,0000 | 28/09/2020 17:31:39 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: HR HOSPITALAR**Fabricante:** HR HOSPITALAR**Modelo / Versão:** INL-6005**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador de secreção elétrico móvel Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.337,0000 | R\$ 5.337,0000 | 29/09/2020 00:25:33 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: NEVONI**Fabricante:** NEVONI**Modelo / Versão:** NEVONI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUMECERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGIC O, ADICIONAIS ACIONAMENTO POR PEDAL

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.395,2000 | R\$ 5.395,2000 | 28/09/2020 11:11:26 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: Nevoni**Fabricante:** NSR**Modelo / Versão:** 1001VF-PE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS: 1001VF-PE - Bomba Vácuo Aspiradora Sugador de Sangue e Secreção com Pedestal A nova Bomba Vácuo Aspiradora Portátil 1001-VF foi projetada para satisfazer as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. Com exclusivo design moderno e arrojado, possibilita um suave movimento deslizante graças aos rodízios em sua base. Uso Cirúrgico e Odontológico. Frasco coletor de plástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros. Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP Proteção do motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal Rotações: 1.750 rpm Consumo: Baixo(aproximadamente 341w) Tensão de alimentação: Automática 127/220V Amperagem: 2.4A em 127V e 125A em 220V Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Fluxo: 34 litros de ar por minuto(livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio(hg) Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de plástico Tampa do frasco:Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança:Contra transbordamento do frasco 1 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada 01 Jogo de canulas(3 unidades) 1,6 Metros de tubo de silicone 01 Filtro bactericida 01 Vacuômetro 01 Folheto com manual de intruções 01 Folheto SAN(Serviço Autorizado Nevoni) Marca: Nevoni Fabricante: NSR Modelo: 1001VF-PE Procedência: Nacional Anvisa: 80112550003

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 05.743.288/0001-08 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 28/09/2020 17:14:05 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: FANEM**Fabricante:** FANEM**Modelo / Versão:** DPS 40**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Possui suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco em termoplástico ou vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM. Registro no MS nº 10224620077.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.395,2000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.337,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.337,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.337,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.500,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.366,6600 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.000,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.000,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.537,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.375,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.160,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.700,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.700,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.636,4600 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.631,2500 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.500,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.500,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.480,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:43:33:197 |
| R\$ 2.450,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:43:48:367 |
| R\$ 2.480,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:43:50:547 |
| R\$ 2.430,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:43:53:023 |
| R\$ 2.410,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:44:28:693 |
| R\$ 2.390,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:44:29:860 |
| R\$ 2.370,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:44:39:733 |
| R\$ 2.350,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:44:41:757 |
| R\$ 2.370,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:44:50:990 |
| R\$ 2.330,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:44:51:730 |
| R\$ 2.310,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:44:53:560 |
| R\$ 2.200,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:44:55:060 |
| R\$ 2.180,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:44:57:830 |
| R\$ 2.290,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:04:147 |
| R\$ 2.160,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:08:910 |
| R\$ 5.200,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 09:45:11:743 |
| R\$ 2.140,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:16:127 |
| R\$ 2.290,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:45:17:617 |
| R\$ 2.120,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:19:050 |
| R\$ 2.100,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:22:330 |
| R\$ 2.080,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:25:313 |
| R\$ 2.100,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:45:26:210 |
| R\$ 2.060,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:26:787 |
| R\$ 2.040,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:28:453 |
| R\$ 2.020,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:30:047 |
| R\$ 2.000,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:33:207 |
| R\$ 1.980,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:36:740 |
| R\$ 1.960,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:40:123 |
| R\$ 1.940,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:42:277 |
| R\$ 1.960,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:45:44:860 |
| R\$ 1.920,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:46:530 |
| R\$ 1.900,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:50:073 |
| R\$ 1.880,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:52:463 |
| R\$ 1.860,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:45:55:753 |
| R\$ 1.840,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:45:58:273 |
| R\$ 1.820,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:46:01:473 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.800,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:46:04:307 |
| R\$ 1.780,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:46:08:447 |
| R\$ 1.760,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:46:11:543 |
| R\$ 1.740,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:46:15:470 |
| R\$ 1.700,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:46:19:730 |
| R\$ 1.680,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:46:22:077 |
| R\$ 1.690,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:46:23:373 |
| R\$ 1.660,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:46:42:067 |
| R\$ 1.940,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:46:46:277 |
| R\$ 1.640,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:46:50:250 |
| R\$ 2.916,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:46:52:007 |
| R\$ 1.650,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:46:59:800 |
| R\$ 1.620,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:47:05:740 |
| R\$ 1.600,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:47:16:670 |
| R\$ 2.099,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:47:25:457 |
| R\$ 2.100,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:48:06:903 |
| R\$ 1.999,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:48:23:613 |
| R\$ 1.580,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:50:33:857 |
| R\$ 1.600,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:50:40:767 |
| R\$ 2.896,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:51:40:263 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 09:43:28 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 10:27:51 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:09:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 13:18:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09. |
| Aceite | 30/09/2020 14:54:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - LARINGOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 1.890,0000 | R\$ 1.890,0000 | 28/09/2020 15:02:30 |
| | Marca: Mikatos Fabricante: MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHO Modelo / Versão: Fibra otica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscópio adulto Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.298,0000 | R\$ 2.298,0000 | 28/09/2020 17:31:39 |
| | Marca: MISSOURI Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscópio adulto Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.300,0000 | R\$ 2.300,0000 | 28/09/2020 16:28:29 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------|----------|
| | Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: FOBRA OPTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 6 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO | | | | | | | |
| 18.031.325/0001-05 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 2.500,0000 | 28/09/2020 | 15:33:33 |
| | Marca: REALSTAR Fabricante: REALSTAR Modelo / Versão: FIBRA ÓPTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. | | | | | | | |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 25/09/2020 | 15:58:28 |
| | Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscopia adulto Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. | | | | | | | |
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.005,9200 | R\$ 3.005,9200 | 28/09/2020 | 14:58:05 |
| | Marca: MISSOURI Fabricante: MISSOURI Modelo / Versão: MISSOURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscopia adulto - Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. | | | | | | | |
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.018,6000 | R\$ 4.018,6000 | 28/09/2020 | 11:11:26 |
| | Marca: Missouri Fabricante: Mikatos Modelo / Versão: 400/LED + 3 laminas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscopia adulto Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas Marca: Missouri Fabricante: MIKatos Modelo: 400/LED + 3 laminas Procedência: Nacional Anvisa: 80218930005 | | | | | | | |
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.020,0000 | R\$ 4.020,0000 | 28/09/2020 | 15:25:09 |
| | Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: MISSOURI C/ 06 LÂMINAS (0,1,2,3,4,5) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscopia adulto Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. | | | | | | | |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.900,0000 | R\$ 4.900,0000 | 28/09/2020 | 16:13:46 |
| | Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: FIBRA OPTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 6 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO | | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/09/2020 | 18:10:13 |
| | Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: MIKATOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscopia adulto Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. | | | | | | | |
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 29/09/2020 | 07:37:43 |
| | Marca: Mikatos Fabricante: Mikatos Modelo / Versão: Laringoscopia Fibra Otica Led c/ 6 Laminas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscopia Fibra Otica Led c/ 6 Laminas | | | | | | | |

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON Sim Sim 1 R\$ 5.243,3200 R\$ 5.243,3200 28/09/2020 11:58:22
 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

Marca: MD

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscópio adulto Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.243,3200 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.900,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.020,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.018,6000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.005,9200 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.500,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.298,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.890,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.457,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:47:41:707 |
| R\$ 2.650,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:47:55:870 |
| R\$ 2.456,9900 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:48:02:153 |
| R\$ 1.870,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:48:23:607 |
| R\$ 2.900,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:48:26:013 |
| R\$ 1.800,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:48:57:250 |
| R\$ 1.809,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:49:10:727 |
| R\$ 1.780,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:50:21:663 |
| R\$ 1.600,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:51:27:287 |
| R\$ 2.280,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:55:02:113 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 09:46:54 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 10:48:50 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 29/09/2020 10:48:51 | Item teve empate real para o valor 5.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:13:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:35:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Aceite | 01/10/2020 11:09:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - LARINGOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS | Não | Não | 1 | R\$ 1.890,0000 | R\$ 1.890,0000 | 28/09/2020 15:02:30 |

PARA SAUDE EIRELI

Marca: Mikatos**Fabricante:** MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHO**Modelo / Versão:** Fibra otica**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio infantil Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas.

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.298,0000 | R\$ 2.298,0000 | 28/09/2020 17:31:39 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MISSOURI**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** INFANTIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio infantil Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.300,0000 | R\$ 2.300,0000 | 28/09/2020 16:28:29 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MIKATOS**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** FIBRA OPTICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 7 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO E INFANTIL, EMBALAGEM* C/ ESTOJO

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.381,1200 | R\$ 2.381,1200 | 28/09/2020 14:58:05 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MISSOURI**Fabricante:** MISSOURI**Modelo / Versão:** MISSOURI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio infantil - Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 18.031.325/0001-05 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 2.500,0000 | 28/09/2020 15:33:33 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: REALSTAR**Fabricante:** REALSTAR**Modelo / Versão:** FIBRA ÓPTICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 25/09/2020 15:58:28 |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** MD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio infantil Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.709,8000 | R\$ 3.709,8000 | 28/09/2020 11:11:26 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: Missouri**Fabricante:** Mikatos**Modelo / Versão:** 402/LED + 5 laminas**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio infantil Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas Marca: Missouri Fabricante: MIkatos Modelo: 402/LED + 5 laminas Procedência: Nacional Anvisa: 80218930005

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.020,0000 | R\$ 4.020,0000 | 28/09/2020 15:25:09 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MIKATOS**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** MISSOURI C/ 06 LÂMINAS (0,1,2,3,4,5)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Laringoscópio infantil Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas."

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.900,0000 | R\$ 4.900,0000 | 28/09/2020 16:13:46 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MD**Fabricante:** MND**Modelo / Versão:** OPTICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/

7 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO E INFANTIL, EMBALAGEM* C/ ESTOJO

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 28/09/2020 18:10:13
 PRODUTOS E
 SERVICOS P/
 LABORATORIOS
 LTDA

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: MIKATOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscópio infantil Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas.

27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 29/09/2020 07:37:43
 CORNETTA
 37224601829

Marca: Mikatos

Fabricante: Mikatos

Modelo / Versão: Laringoscopio Fibra Otica Led c/ 6 Laminas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscopio Fibra Otica Led c/ 6 Laminas

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON Sim Sim 1 R\$ 5.243,3200 R\$ 5.243,3200 28/09/2020 11:58:22
 IMPORTADORA E
 EXPORTADORA DE
 EQUIPAMENT

Marca: MD

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laringoscópio infantil Tipo fibra óptica, iluminação led, 06 laminas rígidas. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.243,3200 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.900,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.020,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.709,8000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.500,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.381,1200 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.298,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.890,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.870,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:56:47:483 |
| R\$ 1.850,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:56:54:937 |
| R\$ 1.800,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:57:01:253 |
| R\$ 1.600,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:57:12:843 |
| R\$ 1.830,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:57:15:587 |
| R\$ 1.780,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:57:17:637 |
| R\$ 2.457,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:57:21:450 |
| R\$ 2.620,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:58:05:420 |
| R\$ 2.500,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:58:44:393 |
| R\$ 2.900,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:59:20:240 |
| R\$ 1.799,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 10:00:53:440 |
| R\$ 1.870,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 10:04:16:820 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|----------------------|---------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 09:56:08 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 11:24:51 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de | 30/09/2020 | Convocado para envio de anexo o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Convocação - Anexo | 10:30:40 | EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:35:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Aceite | 01/10/2020 11:09:50 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI - COMERCIAL Marca: EMAI Fabricante: TRANSMAI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Modelo / Versão: BP150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e alarme. | Sim | Sim | 1 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 28/09/2020 20:13:25 |
| 20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: emai Fabricante: emai Modelo / Versão: bp150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19 Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e Alarme Marca e fabricante:EMAI Modelo:BP150 | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 23/09/2020 16:30:54 |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM Marca: Transmai Fabricante: Transmai Modelo / Versão: Transmai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e alarme. | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.700,0000 | R\$ 5.700,0000 | 25/09/2020 15:58:28 |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: TRANSMAI Fabricante: TRANSMAI Modelo / Versão: BP150S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 5 FR, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA FILAMENTO TRANÇADO, MATERIAL PONTEIRA AÇO INOXIDÁVEL E CERÂMICA, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.920,0000 | R\$ 5.920,0000 | 28/09/2020 16:28:29 |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT Marca: EMAI Fabricante: TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - Modelo / Versão: BP100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e alarme PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.932,3000 | R\$ 5.932,3000 | 28/09/2020 11:58:22 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: TRANSMAI Fabricante: TRANSMAI Modelo / Versão: BP 150 S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e alarme. | Sim | Sim | 1 | R\$ 6.400,8000 | R\$ 6.400,8000 | 28/09/2020 17:31:39 |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: EMAI Fabricante: EMAI Modelo / Versão: BP100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico - Potência de 100w, possui função bipolar e alarme | Sim | Sim | 1 | R\$ 8.000,0000 | R\$ 8.000,0000 | 28/09/2020 20:14:19 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 8.120,0000 | R\$ 8.120,0000 | 28/09/2020 15:02:30 |
| | Marca: Emai Fabricante: TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - Modelo / Versão: BP-150S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e alarme. | | | | | | |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 8.779,9300 | R\$ 8.779,9300 | 28/09/2020 18:01:41 |
| | Marca: TRANSMAI Fabricante: TRANSMAI Modelo / Versão: BP-150 S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e alarme | | | | | | |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 28/09/2020 14:19:16 |
| | Marca: EMAI Fabricante: TRANSMAI Modelo / Versão: BP 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 28/09/2020 18:10:13 |
| | Marca: EMAI Fabricante: EMAI Modelo / Versão: EMAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e alarme. | | | | | | |
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.400,0000 | R\$ 10.400,0000 | 29/09/2020 07:37:43 |
| | Marca: Transmai Fabricante: Transmai Modelo / Versão: BISTURI ELETRONICO MOD. BP-100 D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmai BISTURI ELETRONICO MOD. BP-100 D | | | | | | |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 11.200,0000 | R\$ 11.200,0000 | 28/09/2020 16:13:46 |
| | Marca: TRANSMAI Fabricante: TRANSMAIK Modelo / Versão: BP-150 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 5 FR, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA FILAMENTO TRANÇADO, MATERIAL PONTEIRA AÇO INOXIDÁVEL E CERÂMICA, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | | | | | | |
| 60.683.786/0001-10 | MEDICAL CIRURGICA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 12.000,0000 | R\$ 12.000,0000 | 29/09/2020 06:12:26 |
| | Marca: MEDCIR Fabricante: MEDICAL CIRURGICA Modelo / Versão: SMARTCUT 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico microcontrolado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saídas isoladas, monopolar e bipolar, para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia. Fornece corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente. Com sistema para manter automaticamente a curva de potência constante, independentemente do tipo de tecido proporcionando corte/coagulação de alta eficiência, com resposta instantânea que compensa a potência de saída em função da variação da impedância tecidual e garante uma taxa de eficiência de potência superior a 90%. Memória para 100 programações de ajuste de potência. Equipamento dotado de alça de transporte, conta com modo standby e sistema de ventilação por convecção natural (sem ventilador). Usado em modo monopolar para corte com potência de saída ajustada pelo usuário entre 0W e 100W nos modos de corte puro e corte de alta impedância ambos com 3 níveis de blend. Usado no modo monopolar para coagulação com potência de saída ajustada pelo usuário entre 0W e 100W, com 2 níveis de operação: dissecação e fulguração com alto fator de crista. Em modo bipolar a potência de saída pode ser ajustada entre 0W e 80W, e em 2 níveis de operação: macrobipolar e precisa. Comandos Acionamento do modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual. Modo bipolar acionado através de pedal exclusivo. Ajustes Controle de ajuste de potência de 1 em 1 watt, com dois displays digitais independentes para corte e coagulação/bipolar. Segurança Com tecnologia que faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato, garantindo total segurança para usuários e pacientes. Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativando alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa. Proteção contra temperatura excessiva. Classificação Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento). Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão). | | | | | | |

Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção. Dados técnicos Frequência: 400 kHz. Alimentação: 127/220VCA – seleção automática. Cabo de alimentação padrão ABNT. Dimensões (AxLxP): 10cm x 28,5cm x 31,5cm. Peso: 3 kg. Conexões para pedal duplo, pedal simples, caneta com comando manual e caneta com comando via pedal, pinças monopolares, conexão para placas de retorno para pacientes adultos, pediátricos ou neonatais (adesiva bipartida, adesiva simples ou aço inox), conexão para pinça bipolar e instrumentos para videocirurgia. Através das conexões do modo monopolar o equipamento pode ser acoplado a Coaguladores de Plasma de Argônio. Sistema PowerSure™, que mantém a potência constante mesmo em tecidos de alta impedância. Sistema CCQ™ de controle da qualidade de contato entre o eletrodo neutro (placa) e o paciente. Pedal Bipolar independente. Sistema de bloqueio para evitar queimaduras ao paciente e usuários. MARCA: MEDCIR MODELO: SMARCUT 100W FABRIC. MEDICA CIRURGICA PROC. NACIONAL REG MS: 10232100034

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 12.345,0000 | R\$ 12.345,0000 | 28/09/2020 15:25:09 |
| | Marca: EMAI | | | | | | |
| | Fabricante: EMAI | | | | | | |
| | Modelo / Versão: BP150-S | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bisturi elétrico Potência de 100w, possui função bipolar e alarme." | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 12.345,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 12.000,0000 | 60.683.786/0001-10 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 11.200,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 10.400,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 10.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 10.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.779,9300 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.120,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.000,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.400,8000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.932,3000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.920,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.700,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.000,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.980,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 10:00:56:540 |
| R\$ 3.960,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:01:10:837 |
| R\$ 3.940,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:01:20:103 |
| R\$ 3.900,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:01:33:200 |
| R\$ 3.880,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:01:45:543 |
| R\$ 3.860,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:01:56:813 |
| R\$ 3.840,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:02:07:613 |
| R\$ 3.800,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 10:02:12:900 |
| R\$ 5.555,2500 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 10:02:14:177 |
| R\$ 3.820,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:02:25:350 |
| R\$ 5.261,7800 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 10:02:32:613 |
| R\$ 6.600,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 10:02:40:673 |
| R\$ 3.750,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:02:43:133 |
| R\$ 4.290,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 10:02:46:950 |
| R\$ 3.780,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:02:50:320 |
| R\$ 3.550,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 10:04:14:453 |
| R\$ 5.000,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 10:04:22:877 |
| R\$ 3.500,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:04:54:647 |
| R\$ 5.700,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:05:23:090 |
| R\$ 3.450,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 10:06:35:033 |
| R\$ 6.000,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 10:06:46:837 |
| R\$ 3.400,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:06:48:267 |
| R\$ 3.380,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:07:20:517 |
| R\$ 3.350,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:07:34:340 |
| R\$ 3.330,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:08:08:183 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.300,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:09:01:223 |
| R\$ 3.280,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:09:11:727 |
| R\$ 3.250,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:09:31:820 |
| R\$ 3.230,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:09:47:017 |
| R\$ 3.200,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:09:58:700 |
| R\$ 3.210,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 10:10:03:583 |
| R\$ 3.180,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:10:10:000 |
| R\$ 3.100,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 10:10:22:940 |
| R\$ 3.000,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:10:31:323 |
| R\$ 2.970,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 10:11:05:737 |
| R\$ 2.950,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 10:11:19:437 |
| R\$ 5.680,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 10:12:04:423 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 10:00:21 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 11:40:19 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 29/09/2020 11:40:20 | Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:33:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L. FUZETI - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 05.523.731/0001-35. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:43:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V.L. FUZETI - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 05.523.731/0001-35. |
| Aceite | 30/09/2020 15:39:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: V.L. FUZETI - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 05.523.731/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: V.L. FUZETI - COMERCIAL - CNPJ/CPF: 05.523.731/0001-35 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - MESA GINECOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Marca: UTI Fabricante: UTI Modelo / Versão: 5701 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material de confecção aço, revestimento de curvin, medidas mínimas do leito 82cm x 51,5cm. | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.000,0000 | 25/09/2020 15:06:36 |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: FUTURA MÓVEIS Fabricante: FUTURA MÓVEIS Modelo / Versão: FM.010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ESMALTADO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINÁVEIS, ACABAMENTO PÉS PÉS C/ PONTEIRAS DE BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, DIMENSÕES 1,80 X 0,60 X 0,80M APROXIMADOS | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.090,0000 | R\$ 1.090,0000 | 28/09/2020 16:28:29 |
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM705.11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa ginecológica Material de confecção aço, revestimento de curvin, medidas mínimas do leito 82cm x 51,5cm | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.231,3600 | R\$ 1.231,3600 | 28/09/2020 10:58:40 |
| 32.597.474/0001-59 | STOKMETAL | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 1.500,0000 | 23/09/2020 |

COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo / Versão: MT464

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa ginecológica Material de confecção aço, revestimento de curvin, medidas mínimas do leito 82cm x 51,5cm

19.908.111/0001-29 COMERCIAL ROCHA Sim Sim 1 R\$ 1.562,4000 R\$ 1.562,4000 28/09/2020
CASTRO LTDA. 17:31:39

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: OM705.14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa ginecológica Material de confecção aço, revestimento de curvin, medidas mínimas do leito 82cm x 51,5cm.

07.377.015/0001-12 A SUPREMA Sim Sim 1 R\$ 1.579,2700 R\$ 1.579,2700 28/09/2020
COMERCIAL LTDA 18:02:47

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: OM705.11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa ginecológica Material de confecção aço, revestimento de curvin, medidas mínimas do leito 82cm x 51,5cm.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1 R\$ 2.500,0000 R\$ 2.500,0000 28/09/2020
PRODUTOS E 18:10:13
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: ORTOMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa ginecológica Material de confecção aço, revestimento de curvin, medidas mínimas do leito 82cm x 51,5cm.

22.654.814/0001-82 RAPHAEL Sim Sim 1 R\$ 3.286,8000 R\$ 3.286,8000 28/09/2020
GONCALVES 11:11:26
NICESIO

Marca: FM

Fabricante: FM

Modelo / Versão: FM-0243

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: Mesa Ginecológica Estrutura em tubos de 31,75mm totalmente esmaltada e com ponteiras. Leito fixo estofado, com articulação para regulagem de altura manual da cabeceira e peseira por meio de cremalheiras. Possui gaveta, par de perneiras em alumínio revestidas com espuma e napa com base cromada. Regulagem de altura por meio de manípulos. MEDIDAS Largura: 50 cm Comprimento: 180 cm Altura: 80 cm Marca: FM Fabricante: FM Modelo: FM-0243 Procedência: Nacional Anvisa: 81130990005

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.286,8000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.579,2700 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.562,4000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.231,3600 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.090,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.000,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 980,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:06:15:090 |
| R\$ 960,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:06:19:583 |
| R\$ 1.390,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:06:24:043 |
| R\$ 1.211,3600 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 10:06:26:133 |
| R\$ 940,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:06:47:513 |
| R\$ 920,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:06:52:530 |
| R\$ 934,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 10:07:30:640 |
| R\$ 900,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:07:35:023 |
| R\$ 880,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:07:38:997 |
| R\$ 860,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:08:24:633 |
| R\$ 840,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:08:28:363 |
| R\$ 800,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:08:38:200 |
| R\$ 780,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:08:41:160 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 760,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:08:51:080 |
| R\$ 740,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:08:54:460 |
| R\$ 720,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:09:04:643 |
| R\$ 700,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:09:07:283 |
| R\$ 1.015,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 10:09:09:560 |
| R\$ 680,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:09:18:690 |
| R\$ 660,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:09:21:667 |
| R\$ 640,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:10:00:123 |
| R\$ 620,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:10:03:547 |
| R\$ 600,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:10:18:217 |
| R\$ 580,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:10:23:463 |
| R\$ 550,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:10:52:073 |
| R\$ 530,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:10:57:700 |
| R\$ 510,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:11:14:567 |
| R\$ 490,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:11:52:970 |
| R\$ 2.480,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 10:14:04:437 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 10:05:55 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 10:17:50 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:33:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:43:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Aceite | 30/09/2020 11:54:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 490,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - MESA CLÍNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 900,0000 | R\$ 1.800,0000 | 25/09/2020 15:10:57 |
| | Marca: UTI Fabricante: UTI Modelo / Versão: 5672 | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material de confecção aço inox, pés com ponteira de borracha, cabeceira com regulagem de altura, suporte de lençol, dimensões mínimas 1,90x0,60x0,80 cm, capacidade: mínima de 150 kg, com gabinete e armário. | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 28/09/2020 16:37:25 |
| | Marca: FUTURA MÓVEIS Fabricante: FUTURA MÓVEIS Modelo / Versão: FM.028 | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CLÍNICA, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,90 M, LARGURA 0,60 CM, ALTURA 0,80 CM, ACESSÓRIOS ESTOFADO EM CURVIN, COM ESPUMA D28, ESTRUTURA ANTI-FERRUGEM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESMALTADA, ESTOFADA, CABECEIRA MÓVEL | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.014,0000 | R\$ 6.028,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM702 | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de exames Material de confecção aço inox, pés com ponteira de borracha, cabeceira com regulagem de altura, suporte de lençol, dimensões mínimas 1,90x0,60x0,80 cm, capacidade: mínima de 150 kg, com gabinete e armário.

24.237.168/0001-83 TARCAL COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 3.014,0000 R\$ 6.028,0000 29/09/2020 00:33:26
DE MAQUINAS,
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS E

Marca: INALAMED

Fabricante: INALAMED

Modelo / Versão: INALAMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CLÍNICA, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,90 M, LARGURA 0,60 CM, ALTURA 0,80 CM, ACESSÓRIOS ESTOFADO EM CURVIN, COM ESPUMA D28, ESTRUTURA ANTI-FERRUGEM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESMALTADA, ESTOFADA, CABECEIRA MÓVEL

03.509.801/0001-75 QUARTEL Sim Sim 2 R\$ 5.474,5600 R\$ 10.949,1200 28/09/2020 11:03:24
TECNOLOGIA LTDA

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: OM702.22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de exames Material de confecção aço inox, pés com ponteira de borracha, cabeceira com regulagem de altura, suporte de lençol, dimensões mínimas 1,90x0,60x0,80 cm, capacidade: mínima de 150 kg, com gabinete e armário

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 2 R\$ 7.000,0000 R\$ 14.000,0000 28/09/2020 18:16:20
PRODUTOS E
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: ORTOMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de exames Material de confecção aço inox, pés com ponteira de borracha, cabeceira com regulagem de altura, suporte de lençol, dimensões mínimas 1,90x0,60x0,80 cm, capacidade: mínima de 150 kg, com gabinete e armário.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 14.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 10.949,1200 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.028,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.028,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.000,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.800,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.780,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:19:59:960 |
| R\$ 1.760,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:20:02:437 |
| R\$ 1.740,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:20:20:320 |
| R\$ 1.720,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:20:25:230 |
| R\$ 1.700,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:20:37:880 |
| R\$ 1.680,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:20:40:430 |
| R\$ 1.660,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:20:55:250 |
| R\$ 1.640,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:20:59:450 |
| R\$ 1.600,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:21:05:593 |
| R\$ 1.580,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:21:08:297 |
| R\$ 1.560,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:21:22:160 |
| R\$ 1.540,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:21:25:453 |
| R\$ 1.520,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:21:40:907 |
| R\$ 1.500,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:21:41:813 |
| R\$ 1.480,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:22:14:503 |
| R\$ 1.460,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:22:17:747 |
| R\$ 2.040,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:22:23:427 |
| R\$ 1.440,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:22:32:583 |
| R\$ 1.420,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:22:35:717 |
| R\$ 1.400,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:22:42:447 |
| R\$ 1.380,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 10:22:45:147 |
| R\$ 9.300,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 10:24:46:967 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 10:19:19 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 29/09/2020 12:56:19 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:56:19 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:34:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:44:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Aceite | 30/09/2020 11:55:04 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - ESFIGMOMANÔMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 2 | R\$ 100,0000 | R\$ 200,0000 | 25/09/2020 16:03:10 |
| | Marca: Premium Fabricante: Premium Modelo / Versão: Premium Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 138,6800 | R\$ 277,3600 | 28/09/2020 18:03:15 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro obeso Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 150,0000 | R\$ 300,0000 | 28/09/2020 15:50:29 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU KANGJU Modelo / Versão: BR-20D GRANDE OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 2 | R\$ 165,0000 | R\$ 330,0000 | 28/09/2020 15:04:57 |
| | Marca: Premium Fabricante: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA Modelo / Versão: BR-20D adulto grande Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro obeso Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 2 | R\$ 166,1600 | R\$ 332,3200 | 28/09/2020 12:01:11 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: PREMIUM/ADULTO OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro obeso Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS | | | | | | |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 170,0000 | R\$ 340,0000 | 28/09/2020 16:18:52 |
| | Marca: PREMIUM | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| | Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO | | | | | | |
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 196,2000 | R\$ 392,4000 | 28/09/2020 11:11:26 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU Modelo / Versão: obeso Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU Modelo: obeso nylon/velcro Procedência: CHINA Anvisa: 80275310022 | | | | | | |
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 243,0000 | R\$ 486,0000 | 28/09/2020 15:27:24 |
| | Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: PREMIUM OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Esfigmomanômetro obeso Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem." | | | | | | |
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 257,1000 | R\$ 514,2000 | 28/09/2020 14:58:05 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro obeso - Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 347,0000 | R\$ 694,0000 | 28/09/2020 16:37:25 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: BR-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 347,0000 | R\$ 694,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem. | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 2 | R\$ 347,0000 | R\$ 694,0000 | 29/09/2020 00:33:26 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO | | | | | | |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 400,0000 | R\$ 800,0000 | 28/09/2020 14:24:27 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: ACCUMED Modelo / Versão: OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 2.400,0000 | 28/09/2020 18:34:46 |
| | Marca: PREMIUM | | | | | | |

Fabricante: PREMIUM**Modelo / Versão:** PREMIUM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esfigmomanômetro obeso Esfigmomanômetro para Obeso 35-51 cm, tipo analógico, manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon com fecho em velcro com estojo para viagem.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.400,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 800,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 694,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 694,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 694,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 514,2000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 486,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 392,4000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 340,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 332,3200 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 330,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 300,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 277,3600 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 200,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 167,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 10:22:46:503 |
| R\$ 178,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 10:22:59:210 |
| R\$ 230,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:23:08:513 |
| R\$ 170,4400 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 10:23:15:243 |
| R\$ 218,7000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 10:24:04:997 |
| R\$ 190,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 10:27:07:557 |
| R\$ 200,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 10:27:12:487 |
| R\$ 196,2000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 10:30:12:503 |
| R\$ 180,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 10:30:36:350 |
| R\$ 257,1000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 10:32:21:170 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 10:22:00 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:07:26 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 29/09/2020 12:07:26 | Item teve empate real para o valor 694,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:35:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:26:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15. |
| Recusa | 01/10/2020 11:19:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 167,0000. Motivo: a empresa Cirurgica Ceron Importadora e Exportadora de Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda EPP, encaminhou um termo de desistência deste item. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 11:24:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 15:05:14 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Recusa | 01/10/2020 15:05:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 170,4400. Motivo: a empresa A Suprema Comercial LTDA encaminhou o termo de |

desistência.

| | | |
|---|---------------------|--|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 15:32:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/10/2020 09:47:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43. |
| Aceite | 02/10/2020 11:39:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 178,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANA MARIA PIRES BELEM - CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - COMADRE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: 240025 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Comadre fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá | Sim | Sim | 6 | R\$ 170,0000 | R\$ 1.020,0000 | 28/09/2020 20:17:42 |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3.500 ML, TAMANHO TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ALÇA | Sim | Sim | 6 | R\$ 174,0000 | R\$ 1.044,0000 | 28/09/2020 16:37:25 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: FAMI ITA Fabricante: FAMI ITA Modelo / Versão: AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Comadre Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá. | Sim | Sim | 6 | R\$ 174,0000 | R\$ 1.044,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM Marca: Fortinox Fabricante: Fortinox Modelo / Versão: Fortinox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Comadre Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá. | Sim | Sim | 6 | R\$ 200,0000 | R\$ 1.200,0000 | 25/09/2020 16:03:10 |
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA Marca: FAMI-ITÁ Fabricante: FAMI-ITÁ Modelo / Versão: 240.025 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Comadre Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá. | Sim | Sim | 6 | R\$ 200,0000 | R\$ 1.200,0000 | 28/09/2020 15:50:29 |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Marca: FAMI-ITA Fabricante: FAMI-ITÁ Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3.500 ML, TAMANHO TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ALÇA | Sim | Sim | 6 | R\$ 200,0000 | R\$ 1.200,0000 | 28/09/2020 16:18:52 |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA Marca: FORTNOX Fabricante: FORTNOX | Sim | Sim | 6 | R\$ 206,2100 | R\$ 1.237,2600 | 28/09/2020 18:02:41 |

Modelo / Versão: 6.02.06.42500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Comadre Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 6 | R\$ 237,6000 | R\$ 1.425,6000 | 28/09/2020 11:11:26 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: Fami**Fabricante:** Ita**Modelo / Versão:** 240025**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Comadre Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá **Marca:** Fami **Fabricante:** Ita **Modelo:** 240.025 **Procedência:** Nacional Anvisa: 10253649014

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 6 | R\$ 247,0000 | R\$ 1.482,0000 | 29/09/2020 07:40:13 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: FAMI**Fabricante:** FAMI**Modelo / Versão:** COMADRE ESTILO PA 40X28 CM, CAP 3,5 L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FAMI COMADRE ESTILO PA 40X28 CM, CAP 3,5 L

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 272,3500 | R\$ 1.634,1000 | 28/09/2020 14:58:05 |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: FAMI**Fabricante:** FAMI**Modelo / Versão:** FAMI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Comadre - Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 300,0000 | R\$ 1.800,0000 | 28/09/2020 18:34:46 |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: FORTINOX**Fabricante:** FORTINOX**Modelo / Versão:** FORTINOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Comadre Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|
| 14.676.091/0001-94 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 6 | R\$ 830,0000 | R\$ 4.980,0000 | 28/09/2020 16:37:10 |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|----------------|---------------------|

Marca: Fami**Fabricante:** Fami**Modelo / Versão:** 240.025**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Comadre Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Comadre tipo Pá.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 30.037.851/0001-70 | SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 28/09/2020 16:30:13 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: MARCATTO FORTINOX**Fabricante:** MARCATTO FORTINOX**Modelo / Versão:** 42500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: MARCATTO FORTINOX **MODELO:** 42500 **DESCRIÇÃO:** COMADRE Comadre Pá Referência 42500 - 40 x 30 cm - capacidade 3500ml.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 6.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.980,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.800,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.634,1000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.482,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.425,6000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.237,2600 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.200,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.200,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.200,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.044,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.044,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.020,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 982,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 10:31:26:310 |
| R\$ 1.000,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 10:31:28:390 |
| R\$ 962,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 10:31:46:353 |
| R\$ 924,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 10:32:35:250 |
| R\$ 962,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 10:32:49:683 |
| R\$ 904,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 10:33:08:900 |
| R\$ 880,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 10:33:39:670 |
| R\$ 860,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:33:59:080 |
| R\$ 774,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 10:34:11:867 |
| R\$ 840,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 10:34:19:460 |
| R\$ 754,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:34:28:207 |
| R\$ 766,9200 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 10:35:04:387 |
| R\$ 810,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 10:36:16:617 |
| R\$ 781,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 10:37:51:180 |
| R\$ 900,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 10:38:38:473 |
| R\$ 734,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 10:39:08:093 |
| R\$ 714,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:40:31:920 |
| R\$ 5.920,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 10:42:09:913 |
| R\$ 900,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 10:43:08:160 |
| R\$ 817,5000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 10:44:03:003 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 10:31:01 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 11:59:20 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:38:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 13:41:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29. |
| Aceite | 01/10/2020 14:51:19 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 714,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. - CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - COMPADRE (URINOL)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: FORTINOX Fabricante: FORTINOX Modelo / Versão: 1LT | Sim | Sim | 10 | R\$ 100,0000 | R\$ 1.000,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA. Marca: FORTNOX Fabricante: FORTNOX Modelo / Versão: 6.02.12.46050 | Sim | Sim | 10 | R\$ 146,0800 | R\$ 1.460,8000 | 28/09/2020 18:06:17 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 150,0000 | R\$ 1.500,0000 | 28/09/2020 15:50:29 |
| | Marca: FAMI-ITÁ Fabricante: FAMI-ITÁ Modelo / Versão: 140.010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente. | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 150,0000 | R\$ 1.500,0000 | 28/09/2020 16:37:25 |
| | Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPADRE (URINOL), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000 ML | | | | | | |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 10 | R\$ 150,0000 | R\$ 1.500,0000 | 28/09/2020 20:17:42 |
| | Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: 140010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente | | | | | | |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 170,0000 | R\$ 1.700,0000 | 28/09/2020 16:18:52 |
| | Marca: MARCATTOFORTINOX Fabricante: MARCATTO FORTINOX Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPADRE (URINOL), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000 ML | | | | | | |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 10 | R\$ 200,0000 | R\$ 2.000,0000 | 25/09/2020 16:03:10 |
| | Marca: Fortinox Fabricante: Fortinox Modelo / Versão: Fortinox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente. | | | | | | |
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 10 | R\$ 211,6000 | R\$ 2.116,0000 | 28/09/2020 11:11:26 |
| | Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo / Versão: 140010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo: 140.010 Procedência: Nacional Anvisa: 10253649014 | | | | | | |
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 219,5000 | R\$ 2.195,0000 | 28/09/2020 14:58:05 |
| | Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: FAMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio - Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente. | | | | | | |
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 10 | R\$ 220,0000 | R\$ 2.200,0000 | 29/09/2020 07:40:13 |
| | Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: PAPAGAIO 26X13 CM, CAP 1 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPAGAIO 26X13 CM, CAP 1 L | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 300,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/09/2020 18:34:46 |
| | Marca: FORTINOX Fabricante: FORTINOX Modelo / Versão: FORTINOX | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente.

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO Sim Sim 10 R\$ 700,0000 R\$ 7.000,0000 28/09/2020
DE MAQUINAS E 16:37:10
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: Fami

Fabricante: Fami

Modelo / Versão: 140.010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papagaio em aço inox, capacidade 1000 ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO Sim Sim 10 R\$ 1.000,0000 R\$ 10.000,0000 28/09/2020
BRASIL 16:30:13
DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MARCATTO FORTINOX

Fabricante: MARCATTO FORTINOX

Modelo / Versão: 46050

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MARCATTO FORTINOX MODELO: 46050 DESCRIÇÃO: PAPAGAIO Papagaio. Referência 46050 - Capacidade 1000ml.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 7.000,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.200,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.195,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.116,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.000,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.700,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.460,8000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.000,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 980,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 10:51:04:303 |
| R\$ 1.140,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 10:51:15:190 |
| R\$ 960,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:51:24:743 |
| R\$ 1.027,1300 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 10:51:29:833 |
| R\$ 940,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 10:52:11:307 |
| R\$ 945,0300 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 10:52:25:467 |
| R\$ 920,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:52:34:287 |
| R\$ 900,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 10:53:30:593 |
| R\$ 880,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:56:01:607 |
| R\$ 1.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 10:57:22:210 |
| R\$ 1.130,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 10:57:48:810 |
| R\$ 1.110,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 10:58:44:317 |
| R\$ 854,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 10:59:12:020 |
| R\$ 834,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 10:59:39:900 |
| R\$ 1.097,5000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 11:01:10:267 |
| R\$ 1.077,5000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 11:01:24:950 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 10:50:26 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 11:46:53 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:39:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29. |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 13:41:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29. |
| Aceite | 01/10/2020 14:51:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 834,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. - CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Marca: INALAMED Fabricante: INALAMED Modelo / Versão: rb3003pti Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura/gabinete; aço inox, possui suporte para cilindro de oxigênio, suporte de soro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, suporte de desfibrilador, gaveteiro com no mínimo 3 gavetas e tampa basculante, tabua de massagem e com proteção de borracha em todo o perímetro contra impacto. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 5.000,0000 | 25/09/2020 15:10:57 |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM Marca: Renascer Fabricante: Renascer Modelo / Versão: RN7000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência Estrutura/gabinete; aço inox, possui suporte para cilindro de oxigênio, suporte de soro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, suporte de desfibrilador, gaveteiro com no mínimo 3 gavetas e tampa basculante, tabua de massagem e com proteção de borracha em todo o perímetro contra impacto. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 5.000,0000 | 25/09/2020 16:03:10 |
| 08.191.380/0001-09 | J E R COMERCIAL EIRELI Marca: HDX CEI Fabricante: HDX CEI Modelo / Versão: HDX CEI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência Estrutura/gabinete; aço inox, possui suporte para cilindro de oxigênio, suporte de soro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, suporte de desfibrilador, gaveteiro com no mínimo 3 gavetas e tampa basculante, tabua de massagem e com proteção de borracha em todo o perímetro contra impacto. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.850,0000 | R\$ 5.700,0000 | 29/09/2020 08:40:21 |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RNTI700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 8.000,0000 | 28/09/2020 14:24:27 |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: MED LIGTH Fabricante: MED LIGTH Modelo / Versão: PRC 3020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, PARA CHOQUE COM PARA CHOQUE, BORRACHA OUPVC EM TODA EXTENSÃO, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,00 X 0,45 X 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DEO2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.620,0000 | R\$ 9.240,0000 | 28/09/2020 16:37:25 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: UTI Fabricante: PORTAL Modelo / Versão: UTI 5302-I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência Estrutura/gabinete; aço inox, possui suporte para cilindro de oxigênio, suporte de soro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, suporte de desfibrilador, gaveteiro com no mínimo 3 gavetas e tampa basculante, tabua de massagem e com proteção de borracha em todo o perímetro contra impacto. | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.620,0000 | R\$ 9.240,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.674,2400 | R\$ 11.348,4800 | 28/09/2020 11:03:24 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM224L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência Estrutura/gabinete; aço inox, possui suporte para cilindro de oxigênio, suporte de soro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, suporte de desfibrilador, gaveteiro com no mínimo 3 gavetas e tampa basculante, tabua de massagem e com proteção de borracha em todo o perímetro contra impacto. | | | | | | |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 6.267,8000 | R\$ 12.535,6000 | 28/09/2020 18:01:33 |
| | Marca: MEDI SAUDE Fabricante: MEDI SAUDE Modelo / Versão: MS-03.004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 8.000,0000 | R\$ 16.000,0000 | 28/09/2020 18:34:46 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: ORTOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência Estrutura/gabinete; aço inox, possui suporte para cilindro de oxigênio, suporte de soro, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50 m, suporte de desfibrilador, gaveteiro com no mínimo 3 gavetas e tampa basculante, tabua de massagem e com proteção de borracha em todo o perímetro contra impacto. | | | | | | |
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 8.147,8000 | R\$ 16.295,6000 | 28/09/2020 11:11:26 |
| | Marca: Sanitas Fabricante: Salutem Modelo / Versão: S-8032 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: CARRO DE EMERG.C/4 GAVETAS Construído em chapa de aço de inox estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Dim.: 0,57 x 0,52 x 1,04m. Medidas da tabua de massagem 0,50 x 0,37 Marca: Sanitas Fabricante: Salutem Modelo: S-8032 Procedência: Nacional Anvisa: 81871110007 | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 16.295,6000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 16.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 12.535,6000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 11.348,4800 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 9.240,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 9.240,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.700,0000 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.976,7400 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:27:22:230 |
| R\$ 4.956,7400 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:27:26:653 |
| R\$ 4.898,6500 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:27:34:320 |
| R\$ 4.878,6500 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:27:41:383 |
| R\$ 4.787,0600 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:27:48:627 |
| R\$ 4.767,0600 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:27:54:017 |
| R\$ 7.407,4000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 11:27:56:443 |
| R\$ 4.742,3400 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:27:58:640 |
| R\$ 4.722,3400 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:28:03:613 |
| R\$ 4.691,7100 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:28:08:530 |
| R\$ 4.671,7100 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:28:14:673 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.573,3200 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:28:21:240 |
| R\$ 4.553,3200 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:28:27:033 |
| R\$ 8.400,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:28:30:520 |
| R\$ 4.510,4300 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:28:32:333 |
| R\$ 4.490,4300 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:28:37:690 |
| R\$ 4.463,2700 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:28:43:403 |
| R\$ 4.443,2700 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:28:48:870 |
| R\$ 4.400,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:28:54:393 |
| R\$ 4.410,0000 | 08.191.380/0001-09 | 29/09/2020 11:28:58:330 |
| R\$ 4.380,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:28:59:893 |
| R\$ 4.350,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:29:19:033 |
| R\$ 4.300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:29:24:110 |
| R\$ 4.280,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:29:29:210 |
| R\$ 4.200,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:29:37:220 |
| R\$ 4.180,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:29:40:223 |
| R\$ 4.250,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:29:41:973 |
| R\$ 4.150,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:30:18:047 |
| R\$ 4.130,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:30:20:553 |
| R\$ 4.100,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:30:26:633 |
| R\$ 4.080,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:30:31:683 |
| R\$ 4.000,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:30:40:783 |
| R\$ 4.050,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:30:43:737 |
| R\$ 3.980,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:30:47:953 |
| R\$ 3.950,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:30:55:330 |
| R\$ 3.900,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:30:59:563 |
| R\$ 3.930,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:31:02:090 |
| R\$ 3.880,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:31:06:147 |
| R\$ 3.850,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:31:10:257 |
| R\$ 3.830,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:31:13:903 |
| R\$ 3.800,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:31:17:573 |
| R\$ 3.780,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:31:20:820 |
| R\$ 3.700,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:31:30:207 |
| R\$ 3.680,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:31:33:837 |
| R\$ 3.620,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:31:51:510 |
| R\$ 3.600,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:31:54:770 |
| R\$ 4.298,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 11:32:00:373 |
| R\$ 3.580,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:34:48:060 |
| R\$ 3.560,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:34:52:827 |
| R\$ 3.500,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:35:07:647 |
| R\$ 3.480,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:35:11:647 |
| R\$ 3.400,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:35:24:733 |
| R\$ 3.380,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:35:29:293 |
| R\$ 8.380,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 11:35:35:143 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 11:27:15 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 11:38:37 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:40:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:44:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Aceite | 30/09/2020 11:57:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.380,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 2 | R\$ 750,0000 | R\$ 1.500,0000 | 25/09/2020 16:03:10 |
| | Marca: Renascer Fabricante: Renascer Modelo / Versão: RN4088 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. | | | | | | |
| 26.570.361/0001-67 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 25/09/2020 15:10:57 |
| | Marca: uti Fabricante: uti Modelo / Versão: 5410 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura | | | | | | |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 2.400,0000 | 28/09/2020 20:17:42 |
| | Marca: FORÇAMEDICA Fabricante: FORÇAMEDICA Modelo / Versão: FM6221 ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura | | | | | | |
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.248,0000 | R\$ 2.496,0000 | 28/09/2020 11:03:24 |
| | Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: OM204L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.257,0000 | R\$ 2.514,0000 | 28/09/2020 16:37:25 |
| | Marca: FUTURA MÓVEIS Fabricante: FUTURA MÓVEIS Modelo / Versão: FM.008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 3' C/ ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, MEDIDA 45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES 2 PRATELEIRAS COM GRADE DE PROTEÇÃO | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.257,0000 | R\$ 2.514,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |
| | Marca: UTI Fabricante: PORTAL Modelo / Versão: UTI 5410 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.257,0000 | R\$ 2.514,0000 | 29/09/2020 00:33:26 |

Marca: INALAMED**Fabricante:** INALAMED**Modelo / Versão:** INALAMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 3' C/ ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, MEDIDA 45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES 2 PRATELEIRAS COM GRADE DE PROTEÇÃO

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 32.597.474/0001-59 | STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 3.000,0000 | 23/09/2020 11:03:56 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: METALIC MEDICAL**Fabricante:** METALIC MEDICAL**Modelo / Versão:** MT2311**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.607,0100 | R\$ 3.214,0200 | 28/09/2020 18:01:47 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo / Versão:** OM2014I**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.200,0000 | R\$ 4.400,0000 | 29/09/2020 07:40:13 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: FM**Fabricante:** FM**Modelo / Versão:** "FM-6221 CARRO P/CURATIVO INOXIDAVEL C/BALDE E BA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FM-6221 CARRO P/CURATIVO INOXIDAVEL C/BALDE E BACIA INOX RDZ 3''' S/FR SOFT"

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/09/2020 18:36:28 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo / Versão:** ORTOMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 14.676.091/0001-94 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.010,0000 | R\$ 10.020,0000 | 28/09/2020 16:37:10 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Salutem**Fabricante:** Salutem**Modelo / Versão:** S-0860-E**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro de curativo inox, balde e bacia Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões mínimas: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 30.037.851/0001-70 | SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 28/09/2020 16:30:13 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: RENASCER**Fabricante:** RENASCER**Modelo / Versão:** RN14121**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: RENASCER MODELO: RN14121 DESCRIÇÃO: Carro curativo inox, com balde e bacia inox, com rod. de 3"**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 10.020,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.400,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.214,0200 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.514,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.514,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.514,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.496,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.400,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.000,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.480,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:40:01:183 |
| R\$ 1.460,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:40:02:063 |
| R\$ 1.440,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:40:02:627 |
| R\$ 1.420,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:40:06:567 |
| R\$ 1.400,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:40:07:320 |
| R\$ 1.380,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:40:20:963 |
| R\$ 1.360,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:40:22:843 |
| R\$ 1.340,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:40:31:107 |
| R\$ 1.320,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:40:34:060 |
| R\$ 1.899,2000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 11:40:39:277 |
| R\$ 3.950,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 11:40:46:870 |
| R\$ 1.293,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:41:29:120 |
| R\$ 1.273,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:41:32:810 |
| R\$ 1.555,7100 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 11:42:06:823 |
| R\$ 1.560,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 11:44:10:447 |
| R\$ 1.899,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 11:44:18:093 |
| R\$ 1.298,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 11:46:17:960 |
| R\$ 1.800,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:47:29:107 |
| R\$ 1.253,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:48:33:900 |
| R\$ 1.233,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:48:37:203 |
| R\$ 1.213,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:48:53:487 |
| R\$ 1.193,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:48:57:320 |
| R\$ 1.173,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:49:11:917 |
| R\$ 1.153,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:49:15:280 |
| R\$ 1.133,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:49:30:927 |
| R\$ 1.113,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:49:34:280 |
| R\$ 1.093,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:49:49:960 |
| R\$ 1.073,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:49:53:583 |
| R\$ 1.053,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 11:50:09:977 |
| R\$ 1.033,0000 | 26.570.361/0001-67 | 29/09/2020 11:51:08:313 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 11:40:00 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 11:53:36 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:41:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:44:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67. |
| Aceite | 30/09/2020 11:57:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.033,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - OTOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: tarse Fabricante: tarse Modelo / Versão: mini Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 27 Otoscópio Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao ostoscópio Marca e fabricante:TARSE Modelo:MINI | Sim | Sim | 2 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.000,0000 | 23/09/2020 16:32:19 |
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI - COMERCIAL Marca: RIESTER Fabricante: RUDOLPH RIESTER Modelo / Versão: RI-MINI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao ostoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos | Sim | Sim | 2 | R\$ 647,0000 | R\$ 1.294,0000 | 28/09/2020 20:15:19 |
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Marca: Riester Fabricante: RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA Modelo / Versão: Ri-Mini Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao ostoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos. | Não | Não | 2 | R\$ 723,0000 | R\$ 1.446,0000 | 28/09/2020 15:04:57 |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao ostoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos. | Sim | Sim | 2 | R\$ 750,0000 | R\$ 1.500,0000 | 25/09/2020 16:03:10 |
| 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD Marca: MD Fabricante: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO Modelo / Versão: OMNI 3000 LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 27 Otoscópio - Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao ostoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos. MARCA: MD / MODELO: OMNI 3000 LED / FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO / REGISTRO: 80070210012 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS. | Não | Não | 2 | R\$ 830,0000 | R\$ 1.660,0000 | 28/09/2020 16:18:15 |
| 18.031.325/0001-05 | I. S. COSTA CENTRAL | Sim | Sim | 2 | R\$ 900,0000 | R\$ 1.800,0000 | 28/09/2020 15:34:27 |

TELEMEDICINA
EIRELI

Marca: RIESTER

Fabricante: RIESTER

Modelo / Versão: E-SCOPE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A iluminacão 3.7 V LED com baterias alcalinas convencionais -* uma combinacão quase impossivel esta; disponivel agora! Um verdadeiro estado da arte. O novo e-scope e uma perfeita combinacão da tecnologia LED - que proporciona um diagnostico mais eficiente - com uma fonte de energia ambientalmente amigavel. Pois o e-scope quebra um paradigma e entra num novo mundo de inovacão, com o IPC (Integrated Power Converter ou Conversor de Forca Integrado) com um design jovem, inteligente e harmonizado com o meio ambiente. O potencial inovador do e-scope A tecnologia LED para otoscopia e oftalmoscopia com baixa reflexão e excelente iluminacão com luz branca. A luz branca (aprox. 5.500 K) garante a iluminacão em uma cor neutra, o que possibilita um aumento de nitidez das cores, permitindo um diagnostico mais eficiente em comparacão com as lampadas halogenas ou de xenon. Iluminacão LED Para uma iluminacão uniforme do campo de exames com a luz branca pura (5.500k). A iluminacão LED mostra as cores como elas realmente saem, auxiliando no diagnostico; stico e com um tempo de vida uilimitado. Baixos custos de manutencão; gracioso ao tempo de vida uil do LED e das baterias. Enquanto que a vida uil das baterias de xeno, non saem de aproximadamente 20 horas, o LED ate 769; podera se esgotar, contudo tera uma duracão de no minimo 20.000 horas! Portanto, com esta tecnologia aplicada ao e-scope e realizando um calculo meio; obteremos uma vida uil para este sistema de mais de 2 anos de continuidade e isto apenas utilizando 2 pilhas AA. Ambientalmente amigavel; vel, pois o novo desenvolvimento IPC no e-scope converte a voltagem de simples pilhas alcalinas na voltagem requerida pela operacão; a com uma sai; da de luz esta; vel, mesmo com o tempo de vida da bateria. Esta e; uma caracteristica excepcional que faz do e-scope um pioneiro nos instrumentos pocket ("de bolso") para diagnostico; sticos flexiveis. • Selamento o; tico de precisão em ambos os lados, com tripla magnificacão; a para uma visã otimizada; • Ponteira de espe; culos para orelha em material ri; gido e higienico, assim como para o ri-scope L1/L2; • Lente giratoria de com 2,5 de aumento; • Compativel com espe; culos de outros fabricantes; • Com aplicabilidade para testes pneumaticos; • Acompanha 10 espe; culos reutilizaveis e autoclavaveis; 2 de cada tamanho: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm e 5 mm. • Disponivel nas cores preta e branca. • Fabricado em pla; stico ABS. • 2 anos de garantia.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.028,8500 | R\$ 2.057,7000 | 28/09/2020 18:00:51 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MD -

Fabricante: MD -

Modelo / Versão: OMNI 3000 LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao otoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.199,1300 | R\$ 2.398,2600 | 28/09/2020 15:27:24 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: OMNI 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Otoscópio Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao otoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos."

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.341,0400 | R\$ 2.682,0800 | 28/09/2020 12:01:11 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MD

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: OMNI3000 LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do timpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao otoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.400,0000 | R\$ 2.800,0000 | 28/09/2020 16:18:52 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: OMNI3000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS,ESTOJO EM NYLON

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.456,0000 | R\$ 2.912,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** OMNI 3000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Otoscópio Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao ostoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.456,0000 | R\$ 2.912,0000 | 29/09/2020 00:33:26 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: RIESTER**Fabricante:** RIESTER**Modelo / Versão:** RIESTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS,ESTOJO EM NYLON

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.520,0000 | R\$ 3.040,0000 | 29/09/2020 07:40:13 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: md**Fabricante:** md**Modelo / Versão:** Omni 3000 Led**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Omni 3000 Led

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.726,6600 | R\$ 5.453,3200 | 28/09/2020 14:58:05 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: HEINE**Fabricante:** HEINE**Modelo / Versão:** D-008. 70.110**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Otoscópio - Iluminação fibra óptica led, duas vezes mais brilhante que um instrumento com lâmpada xenon halogêna, alta durabilidade, controle termico do LED, iluminação fibra ótica distal (F.O) que garante um campo de iluminação homogênea, visibilidade do canal do ouvido e do tímpano sem reflexos, janela de visualização com ampliação de 3X, lentes de visualização giratória integrada ao ostoscópio, lente anti risco, com 10 espéculos reutilizáveis, abertura para conexão de insuflador para teste pneumático do tímpano, funcionamento com 2 pilhas AA, garantia de 5 anos.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 5.453,3200 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.040,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.912,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.912,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.800,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.682,0800 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.398,2600 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.057,7000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.800,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.660,0000 | 95.433.397/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.500,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.446,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.294,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.000,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 800,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 11:42:39:970 |
| R\$ 1.640,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 11:42:54:190 |
| R\$ 1.273,1800 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 11:43:04:040 |
| R\$ 1.079,2200 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 11:44:50:837 |
| R\$ 1.690,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 11:45:03:823 |
| R\$ 1.800,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:46:39:027 |
| R\$ 1.390,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 11:46:56:737 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.106,0000 | 95.433.397/0001-11 | 29/09/2020 11:46:58:713 |
| R\$ 1.450,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:47:03:520 |
| R\$ 4.253,3200 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 11:48:41:757 |
| R\$ 780,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 11:51:10:510 |
| R\$ 600,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 11:51:42:130 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 11:42:18 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:01:21 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:42:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:35:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Aceite | 01/10/2020 11:10:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - FOCO CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|-------------------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| * 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 712,8000 | R\$ 712,8000 | 28/09/2020 18:00:29 |
| <p>Marca: MEDI SAUDE Fabricante: MEDI SAUDE Modelo / Versão: MS-21.102-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto em duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle elétrico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; pelo menos uma das cúpulas de sistema deve ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminação e cavidade); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, cada cúpula de sistema de iluminação por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta, o índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k ou maio, a intensidade luminosa de cada cúpula de sistema de iluminação deve ser igual ou maior do que 120.000 lux, medidos a 1 metro de distancia. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombra, cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível, manopla de focalização facilmente retirável sem utilização de ferramenta e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através do painel eletrônico, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas, as cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e o paciente, vida útil do sistema de iluminação led de 30.000 horas ou maior.</p> | | | | | | | |
| 09.721.729/0001-21 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 35.884,0000 | R\$ 35.884,0000 | 28/09/2020 17:32:02 |
| <p>Marca: INPROMED-FOCO CIRÚR Fabricante: INPROMED-FOCO CIRÚRGICO DE TETO DUPLO - MODELO IN Modelo / Versão: INPROMED-FOCO CIRÚRGICO DE TETO DUPLO - MODELO IN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Foco cirúrgico de teto em duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle elétrico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; pelo menos uma das cúpulas de sistema deve ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminação e cavidade); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, cada cúpula de sistema de iluminação por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta, o índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k ou maio, a</p> | | | | | | | |

intensidade luminosa de cada cúpula deveser igual ou maior do que 120.000 lux, medidos a 1 metro de distancia. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombra, cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível, manopla de focalização facilmente retirável sem utilização de ferramenta e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através do painel eletrônico, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas, as cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e o paciente, vida útil do sistema de iluminação led de 30.000 horas ou maior."

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 48.000,0000 | R\$ 48.000,0000 | 28/09/2020 16:18:52 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: MED LIGHT

Fabricante: MED LIGHT

Modelo / Versão: FT APOLLO 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 29.245.128/0001-05 | G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 28/09/2020 13:55:15 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej Equipamentos Medicos

Modelo / Versão: FL2000TLM24X24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico FL-2000 TL ANVISA nº 80127840015 Descrição do produto O Foco cirúrgico FL-2000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer um sistema de iluminação eficiente para auxiliar profissionais que atuam em Centros cirúrgicos, CTIs (Centro de terapia intensiva), salas de enfermaria e clínicas onde o ambiente ou tais procedimentos exija maior iluminação. Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possui articulação com movimentos suaves para posicionar a cúpula e partes do equipamento. Sistema de iluminação uniforme com LEDS potentes e eficientes, distribuídos de modo que proporcione ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional, sem causar sombras pela interposição de raios ou por interferência do usuário. Vida útil prevista para os LEDS de 60 000 horas e baixíssimo consumo. Cúpula com distância de trabalho (profundidade) entre 500 mm e 1500 mm. Ajuste e centralização do feixe de luz através da empunhadora que é removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. Especificações Técnicas Tensão de alimentação: 110 230 V c.a. 50/60 Hz. Potência máxima: 220 VA / 220 W. Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250 V. Tipo de equipamento: fixo instalado permanentemente no teto. Modo de operação: contínuo. Diâmetro do feixe de luz: ajustável na faixa 110 mm - 250 mm. Índice de reprodução de cor Ra: 95. Índice específico R9: >73. Vida útil prevista para os LEDS: 60.000 horas. Articulação horizontal do braço giratório: 360°. Empunhadora de silicone removível e autoclavável. Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. Certificação INMETRO. Registro ANVISA.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 28/09/2020 18:36:28 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: MEDPEJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto Foco cirúrgico de teto em duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle elétrico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; pelo menos uma das cúpulas deveser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminação e cavidade); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, cada cúpula deveser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta, o índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k ou maio, a intensidade luminosa de cada cúpula deveser igual ou maior do que 120.000 lux, medidos a 1 metro de distancia. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombra, cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível, manopla de focalização facilmente retirável sem utilização de ferramenta e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através do painel eletrônico, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para

cada uma das cúpulas, as cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e o paciente, vida útil do sistema de iluminação led de 30.000 horas ou maior.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 79.805.263/0001-28 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 28/09/2020 14:39:21 |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: SKYLED 120/120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto em duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle elétrico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminação e cavidade); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, cada cúpula dotada com sistema de iluminação por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta, o índice de reprodução de cores de 96 e temperatura de cor de 3.000 a 6.000 K, a intensidade luminosa de cada cúpula 120.000 lux, medidos a 1 metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombra, cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível, manopla de focalização facilmente retirável sem utilização de ferramenta e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através do painel eletrônico, diâmetro de campo focal de 210 mm, para cada uma das cúpulas, as cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e o paciente, vida útil do sistema de iluminação led de 60.000 a 100.000 horas.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 01.676.238/0001-02 | MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 28/09/2020 17:35:26 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: Ortosintese

Fabricante: Ortosintese

Modelo / Versão: 102

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO - LUX - LED O Foco Cirúrgico LUX LED 102, apresenta a mais alta tecnologia eletrônica, com lâmpadas LED de longa durabilidade e baixo consumo, que proporcionam zona de foco mais abrangente e baixa incidência de sombras durante os procedimentos cirúrgicos. Construção • Foco LUX LED Construído com 02 cúpulas (102) de alumínio com 600 mm de diâmetro, com pintura eletrostática a pó, suportados por braços pantográficos e concebido estruturalmente para a obtenção da precisão e equilíbrio necessários ao ambiente cirúrgico, além de excelente vedação, com fixação por haste central. • Cúpulas em alumínio o que confere alta resistência à corrosão, leveza, resistência mecânica, além de superfície lisa. • Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. • Um moderno sistema de molas torna o deslocamento extremamente leve e de fácil posicionamento sem uso de contrapesos, podendo ser manuseado tanto pela parte estéril quanto pela parte externa da cúpula, com movimento de rotação horizontal de 360º. • Destacam-se entre suas principais características, seus LED's que evitam ao máximo a incidência de sombras na região do foco. • Permite passagem das faixas mais brancas de luz, e bloqueando a passagem de ondas infravermelhas e redução de radiação ultravioleta, que carregam o calor existente na fonte geradora de luz. Manopla Manopla esterilizável, de fácil encaixe e limpeza, fabricada em polisulfona. Principais Vantagens • Sistema de iluminação cirúrgica, com alto fluxo de luz. • Superfície lisa e fácil limpeza. • Proporciona uma iluminação isenta de calor e com maior profundidade para visualização de cavidades e do campo operatório. • Braços articulados independentes com movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central. • Proporciona uma iluminação linear e fria. • Cúpulas em alumínio, com alta resistência mecânica e à corrosão. • IR (Índice de Reconhecimento de Cor) de 90-95%, nitidez excelente na visualização das cores. • Vida útil dos LED's aproximadamente 50.000 horas. • Intensidade luminosa de cada cúpula igual ou superior a 150.000 Lux a 1 metro do paciente; • Com sistema de controle de intensidade luminosa, com variação de 01 a 100% da potência total. Com sistema de controle da área do campo de luminosidade de 10 a 20 cm. • Sistema de Redução de Sombras • A iluminação cirúrgica destaca-se por fornecer uma zona de foco abrangente, permitindo uma fácil regulação e um excelente campo de trabalho. • Filtros, dissipadores de calor, fonte elétricas e componentes eletrônicos especialmente desenvolvidos para a aplicação, encarregam-se de não transmitir cores indesejáveis e calor a superfície do tecido, permitindo a passagem das faixas mais brancas de luz, e não permitindo a passagem de ondas infravermelhas que carregam o calor existente na fonte geradora de luz. • Opcional: Módulo de Bateria - Foco LUX LED (teto). Conjunto de LED's Em cada Cúpula do Foco LUX LED 102 existem 06 bulbos com 10 LED's, totalizando 60 LED's, o que proporciona uma excelente iluminação. Além disso, todo o sistema foi projetado para fácil acesso em eventuais manutenções, e todo o conjunto é facilmente destacável, permitindo a rápida reposição de LED's caso necessário. Especificações Técnicas Diâmetro da Cúpula 600 mm 2 cúpulas 200.000 LUX +/-5% - Peso 120kg LED's 60 unidades por cúpula Vida Útil Aproximadamente 50.000 horas Tensão de Trabalho 220 V Consumo 144W por cúpula Temperatura da Cor 4.000 / 4.500ºK Controle Elétrico IRC 90-95 ACESSORIO INCLUSO EM CADA CÚPULA 01 unid Manopla esterilizável

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI - COMERCIAL | Sim | Sim | 1 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 28/09/2020 20:15:19 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Modelo / Versão: FL-2000 TLD 24 x 24 E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto Foco cirúrgico de teto em duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle elétrico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; pelo menos uma das cúpulas deveser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco

perpendicular a mesma (iluminação e cavidade); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, cada cúpula deveser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta, o índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k ou maio, a intensidade luminosa de cada cúpula deveser igual ou maior do que 120.000 lux, medidos a 1 metro de distancia. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombra, cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível, manopla de focalização facilmente retirável sem utilização de ferramenta e autoclavável, permitindo ajuste pelo procedimento e através do painel eletrônico, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas, as cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e o paciente, vida útil do sistema de iluminação led de 30.000 horas ou maior.

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 1 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 28/09/2020 20:17:42 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo / Versão: FL2000TLM24X24E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto em duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle elétrico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; pelo menos uma das cúpulas deveser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminação e cavidade); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, cada cúpula deveser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta, o índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k ou maio, a intensidade luminosa de cada cúpula deveser igual ou maior do que 120.000 lux, medidos a 1 metro de distancia. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombra, cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível, manopla de focalização facilmente retirável sem utilização de ferramenta e autoclavável, permitindo ajuste pelo procedimento e através do painel eletrônico, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas, as cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e o paciente, vida útil do sistema de iluminação led de 30.000 horas ou maior

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 1 | R\$ 68.389,0000 | R\$ 68.389,0000 | 29/09/2020 00:33:26 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: SKYLED 120+120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico de Teto KSS com 02 cúpulas com lâmpadas LED'S brancos - Fornece iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento, sem infravermelho e ultravioleta no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Possui controle de diluição/redução das sombras com sistema de compensação de luz. Equipamento fabricado e certificado conforme as normas técnicas: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Potência do equipamento: 110 watts (por cúpula: 55 watts). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V). Frequência Hz 50/60. Diâmetro interno das cúpulas - 520 mm / Diâmetro total das cúpulas: 610 mm cada cúpula / Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa máxima de 120.000 lux por cúpula a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor RA >96% e R9 >96%, diâmetro do campo luminoso de 180 a 320 mm, Diâmetro do campo focal: 180 mm para cada uma das cúpulas; Profundidade de iluminação do campo (L1+L2) 100 cm. Profundidade do campo de iluminação de 1,30 metros. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3.000 a 5600K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Ajuste de iluminância de 0 a 100%. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. O foco KSS SKY LED possui mínima geração de calor, o que impede a dessecação dos tecidos, em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo. Controle de iluminância de 0 a 100°. MODO PENUMBRA (ENDO): Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo PENUMBRA (ENDO), com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e permitir maior concentração da equipe nos monitores de vídeo. Sistema de braços (05 articulações): O moderno sistema de braços (03 articulações) apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado em três eixos verticais e preciso posicionamento, 45° para cima e 70° para baixo na vertical. Dispõe de mais duas articulações horizontais, para atender por completo todas as necessidades de posicionamento durante as cirurgias. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Arco Duplo (este que está diretamente conectado a cúpula, com movimento de 270°). Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Painel de Controle: Todas as funções do equipamento (09 níveis de ajuste) podem ser realizadas no moderno painel eletrônico de controle em LCD que fica localizado no braço da cúpula, e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto e outro fixado na parede e via manopla

de focalização existente no centro da cúpula. A alimentação dos LEDs é feita por Driver Eletrônico que mantém a corrente constante, não permitindo oscilações indesejáveis da luz emitida. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 60.000 a 100.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Cúpula: A cúpula é confeccionada em alumínio / fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira externa e dificuldades na higienização. Seu diâmetro interno de 520 mm combinado a perfeita disposição dos LEDs evitam a incidência de sombras no campo operatório. Não necessita de sistema de dissipação de calor devido a baixa potência do equipamento. NOTA: Os Led's não emitem raios infravermelhos (IR) e nem de ultravioletas (UV), portanto não há riscos de queimadura dos tecidos do paciente (dessecação ou sepse por conta de degeneração de tecidos) dentro do campo operatório e não há aumento de temperatura na cabeça do cirurgião Cúpula é dotada de sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural. Não necessita utilização de filtros absorventes de calor. Uma das cúpulas permite ficar a 1 metro do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesa (iluminação de cavidades). Possui manopla em alumínio, retirável e autoclavável, a qual propicia um local seguro para focalização do feixe luminoso e movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio cirurgião, sem risco de contaminação. A equipe também

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 69.389,0000 | R\$ 69.389,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo / Versão: FT APOLLO 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto em duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle elétrico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; pelo menos uma das cúpulas deveser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminação e cavidade); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, cada cúpula deveser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta, o índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 14.053.344/0001-73 | EBENEZER TRANSPORTES LOGISTICA COMERCIO EXPORTACAO IMPO | Sim | Sim | 1 | R\$ 69.389,0000 | R\$ 69.389,0000 | 29/09/2020 08:33:11 |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: KAVO

Fabricante: AQIA

Modelo / Versão: KAVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico, tipo: de teto, componentes: 2 cúpulas geração luz diodo (led), características adicionais: iluminação isenta de infravermelho e ultravioleta, outros componentes: cada cúpula com iluminação efetiva e independente

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.000,0000 | R\$ 70.000,0000 | 28/09/2020 14:24:27 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: SKYLED 120 + 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 1 | R\$ 86.700,0000 | R\$ 86.700,0000 | 29/09/2020 07:40:13 |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Marca: MedPej

Fabricante: MedPej

Modelo / Versão: FL 2000 TLM 24 x 24E - 160.000 lux em cada cúpula,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FL 2000 TLM 24 x 24E - 160.000 lux em cada cúpula, totalizando 320.000 lux

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 05.743.288/0001-08 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 115.000,0000 | R\$ 115.000,0000 | 28/09/2020 17:15:15 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: HYLED 600/600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto em duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle elétrico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; pelo menos uma das cúpulas deveser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminação e cavidade); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada, sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade, cada cúpula deveser dotada com

sistema de iluminação por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta, o índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior, a intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 lux, medidos a 1 metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombra, cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível, manopla de focalização facilmente retirável sem utilização de ferramenta e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através do painel eletrônico, diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas, as cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e o paciente, vida útil do sistema de iluminação led de 30.000 horas ou maior. Registro no MS nº 80102511033.

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 28/09/2020
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA
16:30:13

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo / Versão: FT APOLLO 200 03x04 03x04 BULBOS LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MEDLIGHT MODELO: FT APOLLO 200 03x04 03x04 BULBOS LED DESCRIÇÃO: FOCO DE TETO APOLLO 200 03X04 SEM SISTEMA DE EMERGÊNCIA Fixação no teto através de suporte central único em aço carbono, confeccionado de acordo com o pé direito da sala cirúrgica, dotado de giratórios principais e braços tensionados, biarticulados, independentes para cada cúpula, confeccionados em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, com movimentação suave e preciso, possibilitando movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central. Braços Giratórios com movimentação do eixo principal com rotações infinitas (360° na horizontal) em ambos os lados. Braços tensionados montados com mola, com sistema de suspensão leve para regulagem de altura, garantindo perfeita mobilidade e versatilidade à equipe médica, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade. Acabamento do teto e das junções em polipropileno de alto impacto e fácil assepsia. Sistema de freio que permite o posicionamento das cúpulas sem necessidade de contra peso. Cúpulas: Dotado de 02 cúpulas confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia, compactas, design modern. Utiliza manopla em alumínio ou aço inoxidável, totalmente autoclaváveis e removidas facilmente através do Sistema de pino nipple. Sistema de focalização ajustável com luminosidade de 120 mil lux por cúpula. Cada cúpula contém 03 Bulbos e em cada bulbo 04 placas de led, Luminosidade: Iluminação de ambas as cúpulas com geração através de tecnologia de leds brancos, baixo custo de energia e calor radiado, com filtragem eficiente dos raios infra-vermelhos e isentos dos raios ultra-violetas que proporcionam luz fria, branca, homogênea e circular, fornecendo luz corrigida próxima ao branco natural. Os LEDs são guiados através de feixes de luz sobrepostos a partir de lentes de alta eficiência TIR (Total Internal Reflection), projetadas para o uso de leds de última geração, proporcionando uma perfeita reprodução da luz. Essas lentes emitem luz proveniente da fonte de LED em um perfeito e ultra estreito que maximiza os lúmens utilizáveis na área médica que requerem profundidade focal melhorada e projetam um feixe de luz suave de intensidade uniforme. Possui sistema de redução de sombras, pois devido à distribuição dos LEDs na cúpula e seu conjunto ótico eliminam quaisquer sombras no campo operatório, tornando um ambiente cirúrgico perfeito e isento de sombras. Produz luz fria, os Leds tornam o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. O índice de reprodução de cor é de 98. A temperatura de cor 4.200K. O diâmetro do campo focal é de até 300mm para ambas as cúpulas. Possuem luminosidade de 120.000 lux a um metro de distância, e 36 power leds por cúpula em sua composição. Vida útil dos módulos LED superior às lâmpadas halógenas, aproximadamente 50.000 horas. Os módulos LED são de fácil acesso, facilitando as trocas e manutenções, permitindo substituição dos módulos LED sem necessidade de ferramentas. Alimentação elétrica bivolt (110V/220V 50 -60Hz). Cada cúpula possui fonte individual, e mesmo nos casos de queima de uma a outra permanece em funcionamento (fontes independentes). Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível. Possui luz ambiente para vídeo cirurgias, ajustável por meio de painel de controle, que proporciona luz estável e suficiente para a realização da cirurgia, porém evitando reflexos nos monitores e fadiga nos olhos durante procedimentos minimamente invasivos. Cada cúpula possui sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa, disposto no braço da cúpula, com a utilização membrana com tecnologia touch screen de fácil higienização, com funções de liga/desliga e controle da intensidade luminosa, com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis (entre 0, 25%, 50%, 75% a 100%) e via manopla existente no centro da cúpula. O ajuste é feito de forma automática nos Leds, possibilitando o monitoramento do aquecimento e iluminação estável, sem perda de luz ao longo do procedimento. Ao ajustar a luminosidade e temperatura de cor este mantém a luz estável e uniforme. Serão entregues junto com o equipamento os manuais de operação e serviço, bem como todos os componentes e acessórios indispensáveis ao perfeito funcionamento, tais como cabos, conexões, acessórios, discos para fixação no teto, manoplas, dentre outros. Suprimento de potência: Fonte automática com full range entre 190 a 240 VAC (bivolt) Iluminação: 120.000 lux por cúpula Diâmetro do campo luminoso: 290mm para ambas as cúpulas índice mínimo de retribuição da cor (CRI): 98 Temperatura de cor : 4.200K Energia irradiada por cúpula: 3,5mW/m² Diâmetro da cúpula: 600 mm Alimentação elétrica: bivolt automático Consumo por cúpula: 70 W Vida útil dos leds (Aprox.): 60.000 horas

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 115.000,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 86.700,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 70.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 69.389,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 69.389,0000 | 14.053.344/0001-73 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 68.389,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 60.000,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 60.000,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 60.000,0000 | 01.676.238/0001-02 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 60.000,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 50.000,0000 | 29.245.128/0001-05 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 50.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 48.000,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 35.884,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 35.800,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:49:53:643 |
| R\$ 35.780,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 11:50:51:827 |
| R\$ 47.900,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:52:11:090 |
| R\$ 35.500,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:52:41:443 |
| R\$ 35.480,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 11:54:42:313 |
| R\$ 35.460,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:54:51:917 |
| R\$ 35.420,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:55:08:283 |
| R\$ 35.400,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:55:12:090 |
| R\$ 35.000,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 11:55:22:513 |
| R\$ 34.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:55:27:520 |
| R\$ 34.900,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:55:43:493 |
| R\$ 47.800,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 11:55:44:543 |
| R\$ 34.880,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:55:46:477 |
| R\$ 34.840,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:55:56:063 |
| R\$ 34.820,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:55:59:070 |
| R\$ 34.500,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:56:02:167 |
| R\$ 34.480,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:03:997 |
| R\$ 49.999,9000 | 01.676.238/0001-02 | 29/09/2020 11:56:04:763 |
| R\$ 34.000,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:56:12:147 |
| R\$ 33.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:13:543 |
| R\$ 33.500,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:56:21:750 |
| R\$ 33.480,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:23:807 |
| R\$ 33.000,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 11:56:27:653 |
| R\$ 32.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:29:137 |
| R\$ 32.000,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:56:32:863 |
| R\$ 31.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:34:327 |
| R\$ 32.900,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:56:38:610 |
| R\$ 31.000,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:56:40:617 |
| R\$ 30.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:41:863 |
| R\$ 30.000,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:56:47:490 |
| R\$ 29.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:49:817 |
| R\$ 29.000,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 11:56:55:753 |
| R\$ 28.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:56:983 |
| R\$ 29.000,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:56:58:197 |
| R\$ 28.500,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:57:00:213 |
| R\$ 28.480,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:01:040 |
| R\$ 27.000,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:57:05:703 |
| R\$ 27.500,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:57:06:730 |
| R\$ 26.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:07:113 |
| R\$ 26.960,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:57:29:153 |
| R\$ 26.940,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:30:630 |
| R\$ 26.920,0000 | 29.245.128/0001-05 | 29/09/2020 11:57:46:837 |
| R\$ 26.900,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:47:497 |
| R\$ 26.880,0000 | 29.245.128/0001-05 | 29/09/2020 11:58:04:340 |
| R\$ 26.860,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:58:09:123 |
| R\$ 16.840,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:58:12:690 |
| R\$ 24.194,7000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:58:15:863 |
| R\$ 25.000,0000 | 29.245.128/0001-05 | 29/09/2020 11:58:32:213 |
| R\$ 24.100,0000 | 79.805.263/0001-28 | 29/09/2020 11:58:46:483 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 09.721.729/0001-21 | 01/10/2020 11:35:07:947 | 01/10/2020 11:40:07:947 | Tempo para envio de lance expirou | - |
| 29.245.128/0001-05 | 01/10/2020 11:40:08:397 | 01/10/2020 11:45:08:397 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Proposta desclassif. pelo pregoeiro | 29/09/2020 11:49:17 | Desclassificação da proposta de R\$ 712,8000. valor da proposta exequível |
| Aberto | 29/09/2020 11:49:29 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:07:42 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 29/09/2020 12:07:42 | Item teve empate real para o valor 60.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:43:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29. |
| Recusa | 01/10/2020 10:25:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 16.840,0000. Motivo: a empresa pediu desistência do Item, pois cotou erroneamente |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:29:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:52:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28. |
| Desempate - Retorno do Julgamento | 01/10/2020 11:35:06 | Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp. |
| Início do desempate | 01/10/2020 11:35:07 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do Lance Expirado | 01/10/2020 11:40:08 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:40:08 de 01/10/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CPF/CNPJ: 09.721.729/0001-21. |
| Início do desempate | 01/10/2020 11:40:08 | Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do Lance Expirado | 01/10/2020 11:45:08 | O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:45:08 de 01/10/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 29.245.128/0001-05. |
| Encerrado | 01/10/2020 11:45:08 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 01/10/2020 11:45:08 | Item teve empate real para o valor 60.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Aceite | 01/10/2020 11:47:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 24.100,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - DESFIBRILADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 90.909.631/0001-10 | INSTRAMED INDUSTRIA | Não | Não | 1 | R\$ 12.400,0000 | R\$ 12.400,0000 | 28/09/2020 17:42:26 |

MEDICO
HOSPITALAR LTDA

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: APOLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR CONVENCIONAL: Tipo bifásico, de até 360 joules, tempo de descarga de acordo com impedência do paciente, bateria interna de Lithium-ion, fonte de alimentação, entrada para batria de ambulância, indicador de carga da bateria, display, análise de impedância torácica do pacinte, contendo o desfibrilador, carregador de bateria, pá de choque intercambiável reutilizável (adulto e Infantil), cabo sincronismo, certificado de garantia e manual. ANVISA: 10242950011

36.764.774/0001-36 HOSP-ODONTO Sim Sim 1 R\$ 13.974,0000 R\$ 13.974,0000 28/09/2020
COMERCIO 16:37:25
ATACADISTA LTDA

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DDRAKE

Modelo / Versão: LIFE400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTE I CABOS 3 A 5 E 10 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

19.908.111/0001-29 COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 13.974,0000 R\$ 13.974,0000 28/09/2020
ROCHA CASTRO 17:38:21
LTDA.

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: ION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador convencional Tipo bifásico, de até 360 joules, tempo de descarga de acordo com impedência do paciente, bateria interna de Lithium-ion, fonte de alimentação, entrada para batria de ambulância, indicador de carga da bateria, display, análise de impedância torácica do pacinte, contendo o desfibrilador, carregador de bateria, pá de choque intercambiável reutilizável (adulto e Infantil), cabo sincronismo, certificado de garantia e manual.

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA Sim Sim 1 R\$ 14.800,0000 R\$ 14.800,0000 28/09/2020
COSTA - EIRELI 17:32:02

Marca: INSTRAMED-DESFIBRIL

Fabricante: INSTRAMED-DESFIBRILADOR CONVENCIONAL APOLUS

Modelo / Versão: INSTRAMED-DESFIBRILADOR CONVENCIONAL APOLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Desfibrilador convencional Tipo bifásico, de até 360 joules, tempo de descarga de acordo com impedência do paciente, bateria interna de Lithium-ion, fonte de alimentação, entrada para batria de ambulância, indicador de carga da bateria, display, análise de impedância torácica do pacinte, contendo o desfibrilador, carregador de bateria, pá de choque intercambiável reutilizável (adulto e Infantil), cabo sincronismo, certificado de garantia e manual."

20.444.829/0001-90 CMED Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 23/09/2020
DISTRIBUIDORA 16:32:19
LTDA

Marca: instramed

Fabricante: instramed

Modelo / Versão: apollus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 29 Desfibrilador convencional Tipo bifásico, de até 360 joules, tempo de descarga de acordo com impedência do paciente, bateria interna de Lithium-ion, fonte de alimentação, entrada para batria de ambulância, indicador de carga da bateria, display, análise de impedância torácica do pacinte, contendo o desfibrilador, carregador de bateria, pá de choque intercambiável reutilizável (adulto e Infantil), cabo sincronismo, certificado de garantia e manual. Marca e fabricante:INSTRAMED Modelo:APOLLUS

32.593.430/0001-50 M. CARREGA Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 28/09/2020
COMERCIO DE 14:24:27
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: ION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

03.620.716/0001-80 CMOS DRAKE DO Não Não 1 R\$ 17.147,5700 R\$ 17.147,5700 29/09/2020
NORDESTE S.A 08:54:24

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: VIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR: POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE LCD DE NO MINIMO 6,0 POLEGADAS, ATE 5,5 KG, FORMA DE ONDA BIFASICA, FAIXA DE 01 ATE 200 JOULES. FUNCIONAMENTO DE FORMA SIMPLIFICADA (SISTEMA 1-2-3) INDICACAO CLARA DAS FASES, CARREGANDO, PRONTO, DESCARREGANDO E DESARMANDO. ALARMES NO MINIMO PARA: ELETRODO SOLTO, FIBRILACAO, TAQUICARDIA E BRADICARDIA. ADAPTAVEL PARA QUALQUER PACIENTE, COM ALCA PARA TRANSPORTE, PAS EXTERNAS COM COMANDO PARA CARGA E CHOQUE, LIMITE DE CARGA ATE 50 JOULES PARA USO PEDIATRICO. TEMPO DE CARGA MENOR QUE 6 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. TEMPO DE DESCARGA INTERNA MENOR QUE 30 SEGUNDOS. BATERIA RECARREGAVEL COM ALARME DE CARGA BAIXA, AUTONOMIA DE NO MINIMO

3,0 HORAS DE MONITORAMENTO. O TEMPO DE RECARGA TOTAL DA BATERIA NAO DEVERA ULTRAPASSAR 4 HORAS. ACIONAMENTO DE CARGA, DISPARO PELAS PAS COM BOTOES INDEPENDENTES PARA CADA FUNCAO. POSSUIR BOTAO DE SINCRONISMO DEDICADO PARA POSSIBILITAR A REALIZACAO DE CARDIOVERSAO SINCRONIZADA. REALIZAR A DESFIBRILACAO ATRAVES DAS PAS EXTERNAS REUTILIZAVEIS. DEVE REALIZAR A MONITORACAO DE ECG TANTO PELAS PAS EXTERNAS, E PELO CABO PACIENTE. DEVERA POSSUIR INDICE DE PROTECAO CONTRA SOLIDOS E LIQUIDO IGUAL OU SUPERIOR A CLASSIFICACAO IP 33 (INGRESS PROTECTION). PARAMETROS OPCIONAIS: IMPRESSORA, MARCAPASSO, TRANSMISSAO DE DADOS E MODO DEA.

07.377.015/0001-12 A SUPREMA Sim Sim 1 R\$ 17.938,0000 R\$ 17.938,0000 28/09/2020 17:59:38
COMERCIAL LTDA

Marca: INSTRAMED -

Fabricante: INSTRAMED -

Modelo / Versão: APOLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador convencional Tipo bifásico, de até 360 joules, tempo de descarga de acordo com impedência do paciente, bateria interna de Lithium-ion, fonte de alimentação, entrada para batria de ambulância, indicador de carga da bateria, display, análise de impedância torácica do pacinte, contendo o desfibrilador, carregador de bateria, pá de choque intercambiável reutilizável (adulto e Infantil), cabo sincronismo, certificado de garantia e manual.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 28/09/2020 18:36:28
PRODUTOS E
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: NIHON

Fabricante: NIHON

Modelo / Versão: NIHON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador convencional Tipo bifásico, de até 360 joules, tempo de descarga de acordo com impedência do paciente, bateria interna de Lithium-ion, fonte de alimentação, entrada para batria de ambulância, indicador de carga da bateria, display, análise de impedância torácica do pacinte, contendo o desfibrilador, carregador de bateria, pá de choque intercambiável reutilizável (adulto e Infantil), cabo sincronismo, certificado de garantia e manual.

31.639.450/0001-52 MEDKAL Sim Sim 1 R\$ 48.000,0000 R\$ 48.000,0000 29/09/2020 07:17:32
COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA

Marca: MED LIGHT

Fabricante: MED LIGHT

Modelo / Versão: FT APOLLO 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTE I CABOS 3 A 5 E 10 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

05.743.288/0001-08 HOSPCOM Não Não 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 28/09/2020 17:15:15
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
EIRELI

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDAY

Modelo / Versão: BENEHEART D3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador portátil com tecnologia de onda bifásica, com nível de energia de até 360J; Apresenta possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; Desfibrilação manual com escala, selecionável no painel frontal e nas pás de desfibrilação, com botões dedicados para seleção de energia, carga e choque. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida; Dotado de alta performance permite carga de energia a 200J em menos de 5 segundos, com a bateria totalmente carregada; Possui monitor de ECG com traçado contínuo através de tela LCD colorida de alta resolução com 7" (polegadas); Possui detecção automática de marca-passo; Permite a captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas; Eletrodos de desfibrilação e Pá de desfibrilação utilizam o mesmo conector. Possui modos manual e semi-automático de desfibrilação (DEA); Possui Marca passo; Possui porta que permite upgrade para obter feedback na tela e através de mensagens de voz da profundidade das compressões durante a RCP. Registro de ECG através de papel com largura de 50mm, manual ou automático, após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme; Realiza autoteste para verificar a funcionalidade do equipamento, carga e descarga do choque e carga da bateria; Fonte interna para alimentação em rede alternada 100 a 240v automático e recarga da bateria; Bateria recarregável de ion lítio com autonomia para mais de 2 (duas) horas de monitorização contínua de ECG sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; Baterias com fácil remoção para trocas podendo ser feita pelo próprio usuário, sem a necessidade de desmontar o equipamento, as mesmas dotadas de leds de indicação do nível da carga. O equipamento possui proteção contra entrada de líquidos (ligado com bateria) igual ou superior a IP44; Peso de aproximadamente 6kg com a bateria instalada. O equipamento está enquadrado na norma EN1789. Registro no MS nº 80102511021.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 50.000,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 48.000,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 30.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 17.938,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 17.147,5700 | 03.620.716/0001-80 | 29/09/2020 09:00:11:000 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 15.000,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 15.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 14.800,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 13.974,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 13.974,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 12.400,0000 | 90.909.631/0001-10 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 21.660,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 11:51:37:050 |
| R\$ 12.380,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 11:51:42:913 |
| R\$ 12.300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:54:15:277 |
| R\$ 12.280,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:54:53:090 |
| R\$ 12.200,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:55:20:873 |
| R\$ 12.180,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:55:25:817 |
| R\$ 12.100,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:55:33:167 |
| R\$ 12.080,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:55:36:083 |
| R\$ 12.040,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:55:43:510 |
| R\$ 12.020,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:55:47:123 |
| R\$ 12.000,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:55:51:640 |
| R\$ 11.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:55:55:570 |
| R\$ 11.960,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:56:05:167 |
| R\$ 11.940,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:06:737 |
| R\$ 11.900,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:56:08:320 |
| R\$ 11.880,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:09:957 |
| R\$ 11.800,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:56:15:473 |
| R\$ 11.780,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:16:617 |
| R\$ 11.700,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:56:23:877 |
| R\$ 11.680,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:25:310 |
| R\$ 11.600,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:56:32:577 |
| R\$ 11.580,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:33:840 |
| R\$ 11.500,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:56:38:703 |
| R\$ 11.480,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:40:287 |
| R\$ 11.400,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:56:45:340 |
| R\$ 11.380,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:46:727 |
| R\$ 11.300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:56:53:323 |
| R\$ 11.280,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:55:000 |
| R\$ 11.200,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:56:58:197 |
| R\$ 11.180,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:56:59:777 |
| R\$ 11.100,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:57:05:897 |
| R\$ 11.080,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:06:883 |
| R\$ 11.000,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:57:20:183 |
| R\$ 10.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:21:947 |
| R\$ 11.180,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 11:57:24:457 |
| R\$ 10.900,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:57:30:897 |
| R\$ 10.880,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:32:287 |
| R\$ 10.800,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:57:36:917 |
| R\$ 10.780,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:37:953 |
| R\$ 10.700,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:57:44:257 |
| R\$ 10.680,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:45:623 |
| R\$ 10.600,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:57:50:247 |
| R\$ 10.580,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:51:297 |
| R\$ 10.500,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:57:53:737 |
| R\$ 10.480,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:57:54:790 |
| R\$ 10.400,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:58:08:453 |
| R\$ 10.702,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 11:58:10:890 |
| R\$ 10.380,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:58:12:270 |
| R\$ 10.300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:58:15:657 |
| R\$ 10.280,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:58:17:843 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.240,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:58:22:460 |
| R\$ 10.100,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:58:23:543 |
| R\$ 10.080,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:58:24:960 |
| R\$ 13.490,0000 | 03.620.716/0001-80 | 29/09/2020 11:58:25:377 |
| R\$ 10.250,0000 | 90.909.631/0001-10 | 29/09/2020 11:58:28:670 |
| R\$ 10.000,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:58:31:140 |
| R\$ 9.900,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:58:45:037 |
| R\$ 9.990,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 11:58:48:920 |
| R\$ 9.800,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:59:00:250 |
| R\$ 9.870,0000 | 90.909.631/0001-10 | 29/09/2020 11:59:05:287 |
| R\$ 9.700,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:59:09:523 |
| R\$ 9.600,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:59:17:543 |
| R\$ 9.400,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:59:21:980 |
| R\$ 9.580,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:59:24:567 |
| R\$ 9.300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 11:59:30:500 |
| R\$ 9.380,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:59:32:160 |
| R\$ 9.200,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:59:34:250 |
| R\$ 8.900,0000 | 90.909.631/0001-10 | 29/09/2020 11:59:43:773 |
| R\$ 9.180,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:59:46:393 |
| R\$ 8.800,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:59:48:217 |
| R\$ 8.780,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 11:59:54:823 |
| R\$ 8.700,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 11:59:59:543 |
| R\$ 8.245,0000 | 90.909.631/0001-10 | 29/09/2020 12:00:53:413 |
| R\$ 8.200,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 12:00:59:610 |
| R\$ 8.180,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:01:06:920 |
| R\$ 8.100,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 12:01:22:133 |
| R\$ 7.675,0000 | 90.909.631/0001-10 | 29/09/2020 12:01:49:930 |
| R\$ 7.600,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 12:02:17:767 |
| R\$ 7.200,0000 | 90.909.631/0001-10 | 29/09/2020 12:03:01:687 |
| R\$ 7.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 12:03:14:497 |
| R\$ 6.627,0000 | 90.909.631/0001-10 | 29/09/2020 12:04:11:227 |
| R\$ 6.600,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 12:04:34:330 |
| R\$ 22.000,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 12:04:37:027 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 11:50:24 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:07:26 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:47:57 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 12:09:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50. |
| Aceite | 30/09/2020 15:58:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50 |
| Registro Intenção de Recurso | 05/10/2020 11:05:27 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 90909631000110. Motivo: Manifestamos a intenção de recurso devido a ora arrematante não atender ao descritivo do edital no que tange o solicitado. O arrematante apresentou proposta Desfibrilador Extern |
| Intenção de Recurso Recusada | 05/10/2020 11:19:49 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90909631000110. Motivo: a proposta realinhada encaminhada está conforme o edital, instrumento de convocação. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|---|----------------------|---------------------------|----------|
| 90.909.631/0001-10 | 05/10/2020 11:05 | 05/10/2020 11:19 | Recusado |
| <p>Motivo Intenção: Manifestamos a intenção de recurso devido a ora arrematante não atender ao descritivo do edital no que tange o solicitado. O arrematante apresentou proposta Desfibrilador Externo Automático e o que se trata no descritivo é uma Desfibrilador Bifásico Convencional, que faça sincronismo, estando assim em desacordo com o instrumento convocatório. Explanaremos melhor na peça recursal.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: a proposta realinhada encaminhada está conforme o edital, instrumento de convocação.</p> | | | |

Item: 30 - REANIMADOR MANUAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 250,0000 | R\$ 250,0000 | 23/09/2020 16:32:19 |
| <p>Marca: mikatos Fabricante: mikatos Modelo / Versão: pediátrico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30 Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, máscara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico. Marca e fabricante:MIKATOS Modelo:PEDIATRICO</p> | | | | | | | |
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 250,0000 | R\$ 250,0000 | 28/09/2020 15:51:02 |
| <p>Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: Ressuscitador Manual Infantil em Silicone Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico fabricado em silicone de alta qualidade, máscara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraquel a se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável.</p> | | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 295,0000 | R\$ 295,0000 | 28/09/2020 16:37:25 |
| <p>Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: MISSOURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 250 ML, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2 RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3 ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS NEONATAL</p> | | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 295,0000 | R\$ 295,0000 | 28/09/2020 17:38:21 |
| <p>Marca: MISSOURI Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: PEDIATRICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, máscara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura</p> | | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 1 | R\$ 295,0000 | R\$ 295,0000 | 29/09/2020 00:33:26 |
| <p>Marca: ROMED Fabricante: ROMED Modelo / Versão: ROMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 250 ML, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2 RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3 ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS NEONATAL</p> | | | | | | | |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 1 | R\$ 304,6200 | R\$ 304,6200 | 28/09/2020 12:01:11 |
| <p>Marca: XIAMEN MEDICAL Fabricante: Xiamen Compower Medical Tech</p> | | | | | | | |

Modelo / Versão: XIAMENPEDIATRICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, máscara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 344,8000 | R\$ 344,8000 | 28/09/2020 11:11:26 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|

Marca: Missouri**Fabricante:** Mikatos**Modelo / Versão:** 321

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS REANIMADOR PULMONAR MANUAL EM SILICONE TIPO AMBU, MISSOURI INFANTIL COM BALÃO AUTO INFLÁVEL E MASCARA. Balão auto inflável em SILICONE, com capacidade de 500 ml. Válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio. Acompanha 01 máscara transparente (bojo em policarbonato e coxim anatômico em silicone) tamanho infantil. Válvula unidirecional em policarbonato, pressão Pop-off de 40 cm H2O 01 válvula reservatório (descartável), acompanhada de bolsa, (saco reservatório de ar com capacidade de 1.000 ml) descartável. Extensão para alimentação de oxigênio. Acondicionado num invólucro plástico. Esterilização: BALÃO DE SILICONE E MASCARA DE SILICONE ATÉ 130º/140 °C GARANTIA: 01 (UM) ANO Manual de instrução e garantia Marca: Missouri Fabricante: Mikatos Modelo: 321 Procedência: Nacional Anvisa: 80218930007

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 1 | R\$ 345,0000 | R\$ 345,0000 | 28/09/2020 15:04:57 |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|

Marca: Mikatos**Fabricante:** MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHO**Modelo / Versão:** Pediátrico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, máscara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 1 | R\$ 350,0000 | R\$ 350,0000 | 25/09/2020 16:03:10 |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, máscara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|
| 18.031.325/0001-05 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 350,0000 | R\$ 350,0000 | 28/09/2020 15:34:27 |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|

Marca: HOSPICENTER**Fabricante:** HOSPICENTER**Modelo / Versão:** PEDIÁTRICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador Pulmonar com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha: § 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE; § Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara. § Válvula de escape (pop-off); § Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector; Anvisa: 81766600002

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIO | Sim | Sim | 1 | R\$ 360,0000 | R\$ 360,0000 | 28/09/2020 15:27:24 |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|

Marca: MIKATOS**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** REF 321

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, máscara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico."

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 393,0000 | R\$ 393,0000 | 28/09/2020 17:59:10 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** PEDIATRICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, máscara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula

Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico.

32.593.430/0001-50 M. CARREGA Sim Sim 1 R\$ 400,0000 R\$ 400,0000 28/09/2020
COMERCIO DE 14:24:27
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Marca: ROMED

Fabricante: ROMED

Modelo / Versão: INFANTIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

27.806.274/0001-29 PROMEDI Sim Sim 1 R\$ 450,0000 R\$ 450,0000 28/09/2020
DISTRIBUIDORA DE 14:58:05
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Marca: MISSOURI

Fabricante: MISSOURI

Modelo / Versão: MISSOURI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico - Fabricado em silicone de alta qualidade, mascara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possuir válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1 R\$ 500,0000 R\$ 500,0000 28/09/2020
PRODUTOS E 18:36:28
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: MIKATOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, mascara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possuir válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico.

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 1.310,0000 R\$ 1.310,0000 28/09/2020
DE MAQUINAS E 16:37:50
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: Protec

Fabricante: Protec

Modelo / Versão: 5920

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar pediátrico Fabricado em silicone de alta qualidade, mascara de silicone translúcida, almofada e anel de silicone que permite uma conexão segura, conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possuir válvula Pop-off cm limite de pressão ajustável, permitindo regulagem ou bloqueio, montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, de uso pediátrico.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.310,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 450,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 400,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 393,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 360,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 350,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 350,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 345,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 344,8000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 304,6200 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 295,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 295,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 295,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 250,0000 | 20.444.829/0001-90 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 250,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 230,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 11:56:59:433 |
| R\$ 304,2800 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 11:57:29:847 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 244,5000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 11:57:47:310 |
| R\$ 200,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 11:58:10:973 |
| R\$ 220,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 11:58:19:683 |
| R\$ 180,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 11:58:48:623 |
| R\$ 160,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 11:59:01:573 |
| R\$ 165,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 12:00:41:897 |
| R\$ 190,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:02:50:877 |
| R\$ 140,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 12:03:12:583 |
| R\$ 172,4000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 12:04:56:207 |
| R\$ 160,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:06:24:150 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 11:56:42 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:08:24 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 29/09/2020 12:08:25 | Item teve empate real para o valor 250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:49:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:35:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Aceite | 01/10/2020 11:10:43 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 140,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - REANIMADOR MANUAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: MISSOURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 2,0 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH20, COMPONENTE 2 RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3 ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS ADULTO | Sim | Sim | 1 | R\$ 293,0000 | R\$ 293,0000 | 28/09/2020 17:07:11 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: MISSOURI Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar manual adulto Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento, os anéis das válvulas coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento | Sim | Sim | 1 | R\$ 293,0000 | R\$ 293,0000 | 28/09/2020 17:45:26 |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E Marca: ROMED Fabricante: ROMED Modelo / Versão: ROMED ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 2,0 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH20, COMPONENTE 2 RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3 ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS ADULTO | Sim | Sim | 1 | R\$ 293,0000 | R\$ 293,0000 | 29/09/2020 00:41:10 |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E | Sim | Sim | 1 | R\$ 304,6200 | R\$ 304,6200 | 28/09/2020 12:04:25 |

EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

Marca: XIAMEN MEDICAL**Fabricante:** Xiamen Compower Medical Tech**Modelo / Versão:** XIAMEN ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar manual adulto Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento, os anéis das válvulas coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento, o balão de silicone é macio e permite uma excelente expansão e flexibilidade, sendo possível utilizá-lo com as pontas dos dedos, máscara de silicone translúcida, facilita a visualização das secreções e a verificação da respiração, almofada em silicone que proporciona melhor vedação e conforto, anel também em silicone que permite uma conexão segura, evitando desconexões acidentais, a conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, permitindo regulagem ou bloqueio, pode ser montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, reservatório material silicone e válvula unidirecional. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE Não Não 1 R\$ 345,0000 R\$ 345,0000 28/09/2020
PRODUTOS PARA SAUDE 15:07:45
EIRELI

Marca: Mikatos**Fabricante:** MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHO**Modelo / Versão:** adulto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar manual adulto Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento, os anéis das válvulas coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento, o balão de silicone é macio e permite uma excelente expansão e flexibilidade, sendo possível utilizá-lo com as pontas dos dedos, máscara de silicone translúcida, facilita a visualização das secreções e a verificação da respiração, almofada em silicone que proporciona melhor vedação e conforto, anel também em silicone que permite uma conexão segura, evitando desconexões acidentais, a conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, permitindo regulagem ou bloqueio, pode ser montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, reservatório material silicone e válvula unidirecional.

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES Sim Sim 1 R\$ 350,0000 R\$ 350,0000 25/09/2020
BELEM 16:07:15

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar manual adulto Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento, os anéis das válvulas coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento, o balão de silicone é macio e permite uma excelente expansão e flexibilidade, sendo possível utilizá-lo com as pontas dos dedos, máscara de silicone translúcida, facilita a visualização das secreções e a verificação da respiração, almofada em silicone que proporciona melhor vedação e conforto, anel também em silicone que permite uma conexão segura, evitando desconexões acidentais, a conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, permitindo regulagem ou bloqueio, pode ser montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, reservatório material silicone e válvula unidirecional.

18.031.325/0001-05 I. S. COSTA CENTRAL Sim Sim 1 R\$ 350,0000 R\$ 350,0000 28/09/2020
TELEMEDICINA EIRELI 15:35:53

Marca: HOSPICENTER**Fabricante:** HOSPICENTER**Modelo / Versão:** ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador Pulmonar com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha: § 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE; § Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara. § Válvula de escape (pop-off); § Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector; Anvisa: 81766600002

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES Sim Sim 1 R\$ 363,0000 R\$ 363,0000 28/09/2020
NICESIO 11:11:26

Marca: Missouri**Fabricante:** Mikatos**Modelo / Versão:** 320

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS REANIMADOR PULMONAR MANUAL EM SILICONE TIPO AMBU, MISSOURI ADULTO COM BALÃO AUTO INFLÁVEL E MASCARA. Balão auto inflável em SILICONE, com capacidade de 1.600 ml. Válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio. Acompanha: 01 máscara transparente (bojo em policarbonato e coxim anatômico em silicone) tamanho adulto Válvula unidirecional em policarbonato, pressão Pop-off de 60 cm H2O 01 válvula reservatório (descartável) acompanhada de Bolsa, (saco reservatório de ar com capacidade de 2.750 ml) descartável. Extensão para alimentação de oxigênio. Acondicionado num invólucro plástico. Esterilização: BALÃO DE SILICONE E MASCARA DE SILICONE ATÉ 130º/140 °C GARANTIA: 01 (UM) ANO Manual de instrução e garantia Marca: Missouri Fabricante: Mikatos Modelo: 320 Procedência: Nacional Anvisa: 80218930007

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS Sim Sim 1 R\$ 378,0000 R\$ 378,0000 28/09/2020
MEDICOS, 15:30:11
ODONTOLOGICOS E
VETERINARIO

Marca: MIKATOS**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** REF. 320

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Reanimador pulmonar manual adulto Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento, os anéis das válvulas coloridos para melhorar a

identificação durante os processos de montagem do instrumento, o balão de silicone é macio e permite uma excelente expansão e flexibilidade, sendo possível utilizá-lo com as pontas dos dedos, máscara de silicone translúcida, facilita a visualização das secreções e a verificação da respiração, almofada em silicone que proporciona melhor vedação e conforto, anel também em silicone que permite uma conexão segura, evitando desconexões acidentais, a conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, permitindo regulagem ou bloqueio, pode ser montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, reservatório material silicone e válvula unidirecional."

07.377.015/0001-12 A SUPREMA COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 393,0000 R\$ 393,0000 28/09/2020
LTDA 17:58:45

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar manual adulto Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento, os anéis das válvulas coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento, o balão de silicone é macio e permite uma excelente expansão e flexibilidade, sendo possível utilizá-lo com as pontas dos dedos, máscara de silicone translúcida, facilita a visualização das secreções e a verificação da respiração, almofada em silicone que proporciona melhor vedação e conforto, anel também em silicone que permite uma conexão segura, evitando desconexões acidentais, a conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, permitindo regulagem ou bloqueio, pode ser montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, reservatório material silicone e válvula unidirecional.

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 400,0000 R\$ 400,0000 28/09/2020
DE PRODUTOS 14:28:59
HOSPITALARES LTDA

Marca: ROMED

Fabricante: ROMED

Modelo / Versão: ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

27.806.274/0001-29 PROMEDI Sim Sim 1 R\$ 450,0000 R\$ 450,0000 28/09/2020
DISTRIBUIDORA DE 14:58:05
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Marca: MISSOURI

Fabricante: MISSOURI

Modelo / Versão: MISSOURI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar manual adulto - Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento, os anéis das válvulas coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento, o balão de silicone é macio e permite uma excelente expansão e flexibilidade, sendo possível utilizá-lo com as pontas dos dedos, máscara de silicone translúcida, facilita a visualização das secreções e a verificação da respiração, almofada em silicone que proporciona melhor vedação e conforto, anel também em silicone que permite uma conexão segura, evitando desconexões acidentais, a conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, permitindo regulagem ou bloqueio, pode ser montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, reservatório material silicone e válvula unidirecional.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA PRODUTOS E Sim Sim 1 R\$ 500,0000 R\$ 500,0000 28/09/2020
SERVICOS P/ 18:39:00
LABORATORIOS LTDA

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: MIKATOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar manual adulto Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento, os anéis das válvulas coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento, o balão de silicone é macio e permite uma excelente expansão e flexibilidade, sendo possível utilizá-lo com as pontas dos dedos, máscara de silicone translúcida, facilita a visualização das secreções e a verificação da respiração, almofada em silicone que proporciona melhor vedação e conforto, anel também em silicone que permite uma conexão segura, evitando desconexões acidentais, a conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição, possui válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, permitindo regulagem ou bloqueio, pode ser montado e desmontado facilmente, reutilizável, produto autoclavável, reservatório material silicone e válvula unidirecional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 450,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 400,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 393,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 378,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 363,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 350,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 350,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 345,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 304,6200 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 293,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 293,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 293,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 270,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 12:01:10:893 |
| R\$ 273,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 12:01:17:497 |
| R\$ 244,5000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 12:01:46:050 |
| R\$ 250,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 12:01:57:557 |
| R\$ 220,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:02:34:987 |
| R\$ 225,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 12:02:48:877 |
| R\$ 190,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:03:28:763 |
| R\$ 170,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 12:04:06:117 |
| R\$ 220,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 12:05:46:367 |
| R\$ 175,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:07:44:653 |
| R\$ 181,5000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 12:09:20:090 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 12:00:45 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:11:29 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:50:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 10:36:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05. |
| Aceite | 01/10/2020 11:10:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 170,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - LANTERNA NÃO ELÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 50,0000 | R\$ 300,0000 | 28/09/2020 15:52:28 |
| | Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: MULTICLINIC 022PPR | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanterna clínica LED. Alta performance com iluminação LED de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência, LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clip de bolso com alimentação 2 pilhas AAA inclusas. | | | | | | |
| 05.743.288/0001-08 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Não | Não | 6 | R\$ 50,0000 | R\$ 300,0000 | 28/09/2020 17:16:16 |
| | Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lampada de Alta Intensidade; - Corpo em Alumínio Anodizado; - Clip para prender no bolso; - Interruptor de botão na parte superior. Especificações Técnicas - Funciona com 2 pilhas palito AAA (incluso). | | | | | | |
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 6 | R\$ 56,2000 | R\$ 337,2000 | 28/09/2020 11:11:26 |
| | Marca: Missouri Fabricante: Mikatos Modelo / Versão: 022PPR | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: LANTERNA MISSOURI LED Cabo em Alumínio na cor Prata (uso com 02 pilhas AAA tipo palito), sistema de Liga/Desliga por contato da haste no cabo. Cabeçote com | | | | | | |

Lâmpada LED, Tensão Elétrica = 3,0 Volts, Intensidade Luminosa = 4.000 MCD (MiliCandelas), Temperatura de Cor = 5,500 a 5,800 K (graus K), vida útil estimada de 20.000 horas (mínima) Marca: Missouri Fabricante: Mikatos Modelo: 022PPR Procedência: Nacional

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 60,0000 | R\$ 360,0000 | 28/09/2020 16:28:02 |
| | Marca: MISSOURY Fabricante: MISSOURY Modelo / Versão: LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA AAA OU AA, TIPO FOCO FIXO, COMPRIMENTO 140 MM, DIÂMETRO 13 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM ABAIXADOR DE LÍNGUA, PESO 80 G | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 68,0000 | R\$ 408,0000 | 28/09/2020 17:07:11 |
| | Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: MISSOURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA AAA OU AA, TIPO FOCO FIXO, COMPRIMENTO 140 MM, DIÂMETRO 13 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM ABAIXADOR DE LÍNGUA, PESO 80 G | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 6 | R\$ 68,0000 | R\$ 408,0000 | 28/09/2020 17:45:26 |
| | Marca: MISSOURI Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanterna clinica LED. Alta performance com iluminação LED de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência, LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clip de bolso com alimentação 2 pilhas AAA inclusas. | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 6 | R\$ 68,0000 | R\$ 408,0000 | 29/09/2020 00:41:10 |
| | Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: 022PPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA AAA OU AA, TIPO FOCO FIXO, COMPRIMENTO 140 MM, DIÂMETRO 13 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM ABAIXADOR DE LÍNGUA, PESO 80 G | | | | | | |
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 6 | R\$ 72,5000 | R\$ 435,0000 | 28/09/2020 15:07:45 |
| | Marca: Mikatos Fabricante: MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHO Modelo / Versão: 022PPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanterna clinica LED. Alta performance com iluminação LED de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência, LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clip de bolso com alimentação 2 pilhas AAA inclusas. | | | | | | |
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 82,5000 | R\$ 495,0000 | 28/09/2020 14:58:05 |
| | Marca: MISSOURI Fabricante: MISSOURI Modelo / Versão: MISSOURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanterna clinica LED. - Alta performance com iluminação LED de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência, LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clip de bolso com alimentação 2 pilhas AAA inclusas. | | | | | | |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 6 | R\$ 100,0000 | R\$ 600,0000 | 25/09/2020 16:07:15 |
| | Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanterna clinica LED. Alta performance com iluminação LED de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência, LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clip de bolso com alimentação 2 pilhas AAA inclusas. | | | | | | |
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 6 | R\$ 100,0000 | R\$ 600,0000 | 28/09/2020 20:19:11 |
| | Marca: MIKATOS | | | | | | |

Fabricante: MIKATOS**Modelo / Versão:** 022PPR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lanterna clínica LED Alta performance com iluminação LED de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência, LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clip de bolso com alimentação 2 pilhas AAA inclusas

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 150,0000 | R\$ 900,0000 | 28/09/2020 14:28:59 |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|--------------|------------------------|

Marca: MISSOURI**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** LED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 200,6000 | R\$ 1.203,6000 | 28/09/2020 17:58:04 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** LED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lanterna clínica LED. Alta performance com iluminação LED de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência, LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clip de bolso

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 1.500,0000 | R\$ 9.000,0000 | 28/09/2020 18:39:00 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: MIKATOS**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** MIKATOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lanterna clínica LED. Alta performance com iluminação LED de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência, LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clip de bolso com alimentação 2 pilhas AAA inclusas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.203,6000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 900,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 600,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 600,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 495,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 435,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 408,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 408,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 408,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 360,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 337,2000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 300,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 300,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 280,0000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 12:03:47:993 |
| R\$ 260,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:04:27:623 |
| R\$ 200,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 12:05:15:270 |
| R\$ 180,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:05:25:690 |
| R\$ 160,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 12:05:33:120 |
| R\$ 247,5000 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 12:05:35:797 |
| R\$ 168,6000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 12:11:24:377 |
| R\$ 220,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 12:12:44:027 |
| R\$ 235,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:13:30:010 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------|------------|--------------|
| Aberto | 29/09/2020 | Item Aberto. |

| | | |
|---|------------------------|---|
| | 12:03:09 | |
| Encerrado | 29/09/2020 12:15:42 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 29/09/2020 12:15:42 | Item teve empate real para o valor 600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:54:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 11:45:57 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08. |
| Aceite | 30/09/2020 16:20:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 160,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BLK25EB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 25 KG, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY/CONCHA ANATÔMICA POLIPROPILENO/ANTI-GERME, TIPO ANTROPOMETRICA PARA PESAR BEBÊS, DIMENSÕES 55 X 33 X 8,50 CM, TIPO PAINELDISPLAY LCD, TECLADO MEMBRANA SELADA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO | Sim | Sim | 3 | R\$ 955,0000 | R\$ 2.865,0000 | 28/09/2020 17:07:11 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELP25BBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g. | Sim | Sim | 3 | R\$ 955,0000 | R\$ 2.865,0000 | 28/09/2020 17:45:26 |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: B-25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 25 KG, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY/CONCHA ANATÔMICA POLIPROPILENO/ANTI-GERME, TIPO ANTROPOMETRICA PARA PESAR BEBÊS, DIMENSÕES 55 X 33 X 8,50 CM, TIPO PAINELDISPLAY LCD, TECLADO MEMBRANA SELADA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO | Sim | Sim | 3 | R\$ 955,0000 | R\$ 2.865,0000 | 29/09/2020 00:41:10 |
| 22.065.938/0001-22 | CCK COMERCIAL LTDA Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELP-25BBBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil - Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo 1Cno-break 1D com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo 1Cmembrana 1D, painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g. | Sim | Sim | 3 | R\$ 955,0000 | R\$ 2.865,0000 | 29/09/2020 08:04:15 |
| 33.243.924/0001-78 | MOVEIS CARVALHO LTDA Marca: WELMY | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 3.600,0000 | 24/09/2020 14:50:32 |

Fabricante: WELMY**Modelo / Versão:** 109E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g

20.371.330/0001-09 MUNDI Sim Sim 3 R\$ 1.340,3700 R\$ 4.021,1100 28/09/2020
EQUIPAMENTOS 15:30:11
MÉDICOS,
ODONTOLOGICOS E
VETERINARIO

Marca: BALMAK**Fabricante:** BALMAK**Modelo / Versão:** ELP-25BB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança antropométrica infantil Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g."

03.509.801/0001-75 QUARTEL Sim Sim 3 R\$ 1.402,1300 R\$ 4.206,3900 28/09/2020
TECNOLOGIA LTDA 11:07:47

Marca: BALMAK**Fabricante:** BALMAK**Modelo / Versão:** FAN200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g.

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON Sim Sim 3 R\$ 1.485,0000 R\$ 4.455,0000 28/09/2020
IMPORTADORA E 12:04:26
EXPORTADORA DE
EQUIPAMENT

Marca: BALMAK**Fabricante:** BALMAK**Modelo / Versão:** ELP25BB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

07.377.015/0001-12 A SUPREMA Sim Sim 3 R\$ 1.539,5800 R\$ 4.618,7400 28/09/2020
COMERCIAL LTDA 17:58:02

Marca: BALMAK**Fabricante:** BALMAK**Modelo / Versão:** ELP- 25BBBCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g.

05.523.731/0001-35 V.L. FUZETI - Sim Sim 3 R\$ 1.600,0000 R\$ 4.800,0000 28/09/2020
COMERCIAL 20:18:27

Marca: BALAMK**Fabricante:** BALMAK INDUSTRIA E COMÉRCIO**Modelo / Versão:** ELP25BBB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga,

tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g.

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 25/09/2020
BELEM 16:07:15

Marca: Welmy
Fabricante: Welmy
Modelo / Versão: W200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g. (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão.

26.517.495/0001-14 VIDENTE Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 28/09/2020
CONSTRUCOES E 17:14:13
COMERCIO LTDA

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: ELP-25BBBCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo no-break com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo membrana, painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 3 R\$ 2.500,0000 R\$ 7.500,0000 28/09/2020
PRODUTOS E 18:39:00
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo / Versão: WELMY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil Balança médica pediátrica digital portátil, alimentado por fonte automática interna, possuir bateria interna tipo "no-break" com autonomia para 6 horas, gabinete em aço inox com garantia, display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo, teclado tipo "membrana", painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, botão liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima) e Impressão. concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, dimensões da concha mínimo de 540 x 290 mm, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens. Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 2/5 g.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.000,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.000,0000 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.800,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.618,7400 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.455,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.206,3900 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.021,1100 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.600,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.865,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.865,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.865,0000 | 22.065.938/0001-22 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.865,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.000,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 12:09:01:320 |
| R\$ 3.599,9700 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 12:09:03:773 |
| R\$ 2.839,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 12:09:14:570 |
| R\$ 2.630,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:09:55:947 |
| R\$ 1.950,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 12:10:32:420 |
| R\$ 1.930,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:15:26:263 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.610,0000 | 22.065.938/0001-22 | 29/09/2020 12:16:38:933 |
| R\$ 1.910,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:18:15:703 |
| R\$ 1.880,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:18:27:030 |
| R\$ 1.860,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:18:45:630 |
| R\$ 1.840,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:18:58:510 |
| R\$ 1.820,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:20:53:963 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 12:08:54 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:22:54 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:57:47 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 14:36:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83. |
| Aceite | 30/09/2020 16:37:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1.820,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - OXÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 18.031.325/0001-05 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI Marca: MOBIL SAUDE Fabricante: MOBIL SAUDE Modelo / Versão: PC66B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Tipo de tela: LCD de matriz de pontos coloridos • SpO2 - variação de tela: 35%-99% • SpO2 - acuracidade de medição: ≤3% para SpO2, variação de 70% a 100%. • FC - variação de tela: 30-240 bpm • FC - acuracidade de medição: ±2bpm ou ±2% • Energia necessária: 1 bateria de lítio recarregável 3.70V/500mAh2 • Índice de perfusão (PI): 0,2%~20% • Fonte de alimentação: 10-240 V, 50/60Hz, 0,5A • Classe de proteção contra choque elétrico: Classe II • Grau de proteção contra penetração nociva de água: IP22 • Modo de operação: contínua • Tempo de operação contínua (com a tela desligada): 15 horas GARANTIA: 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO E 3 MESES PARA O SENSOR SpO2. DESCRICÃO TÉCNICA • Prático e facilmente transportável • Tela LCD 2,2" • Exibe SpO2, Frequência Cardíaca, Índice de perfusão Pulmonar, Barra de Pulso • Permite o Monitoramento contínuo • Alimentação e carregador bi volt • Alarme Sonoro configurável • Até 384 horas de armazenamento de dados • Baixo consumo de bateria • Modelos adulto e pediátrico/neonatal • SOFTWARE SEM NECESSIDADE DE LICENÇA (FREEWARE) - BAIXADO DIRETAMENTE NO SITE. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 28/09/2020 15:35:53 |
| 26.749.239/0001-52 | SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Marca: CREATIVE Fabricante: CREATIVE Modelo / Versão: SP-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 28/09/2020 18:37:52 |
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI - COMERCIAL Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G1B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.400,0000 | R\$ 4.800,0000 | 28/09/2020 20:18:27 |

de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 5.000,0000 | 25/09/2020 16:07:15 |
| | <p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD UT100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO.</p> | | | | | | |
| 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD | Não | Não | 2 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/09/2020 16:27:55 |
| | <p>Marca: MD Fabricante: UTECH CO., LTD - CHINA / Modelo / Versão: UT-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 34 Oxímetro de pulso - Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO. MARCA: MD / MODELO: UT-100 / FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA / REGISTRO: 80070219017 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.</p> | | | | | | |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.680,0000 | R\$ 5.360,0000 | 28/09/2020 17:07:11 |
| | <p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: UT-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR</p> | | | | | | |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.680,0000 | R\$ 5.360,0000 | 28/09/2020 17:45:27 |
| | <p>Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G1B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros</p> | | | | | | |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.680,0000 | R\$ 5.360,0000 | 29/09/2020 00:41:10 |
| | <p>Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G1B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR</p> | | | | | | |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.707,7000 | R\$ 5.415,4000 | 28/09/2020 12:04:26 |
| | <p>Marca: RONSEDA Fabricante: RONSEDA ELECTRONICS Modelo / Versão: VT200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal,</p> | | | | | | |

acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 25.386.146/0001-48 | LOTUS MEDICAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 28/09/2020 15:52:28 |
| <p>Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G1B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de Pulso com Monitorização de batimentos cardíacos. Portátil (quando fora da base). De mesa (quando alojado na base). Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). Tecnologia de Medição Digital. Alarmes de parâmetros programáveis (todos). Medições precisas em perfusões baixas. Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso. Sensor Digital SPO2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte. Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas de uso contínuo ou 72 horas em Standby. Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna do oxímetro das últimas 24 horas. Software de gerenciamento externo de informações capaz de apresentar curvas e tabela de tendência das informações armazenadas na memória. Display de LCD colorido com tela rotacional Curva Pletismográfica, indicação numérica e barra gráfi a ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente. Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável. Sensor SpO2 para Adulto. Tela rotacional Base carregadora Capa de silicone Gráfico e tabela de tendência (Para visualização no computador por software externo). Dimensões: 13.5x6.5x3.0cm.</p> | | | | | | | |
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Não | Não | 2 | R\$ 3.200,0000 | R\$ 6.400,0000 | 28/09/2020 15:07:45 |
| <p>Marca: Creative Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ Modelo / Versão: SP-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO.</p> | | | | | | | |
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.300,0000 | R\$ 6.600,0000 | 28/09/2020 15:30:11 |
| <p>Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G1B C/ 01 SENSOR UNIVERSAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Oxímetro de pulso Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO. "</p> | | | | | | | |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.775,0000 | R\$ 7.550,0000 | 28/09/2020 17:57:11 |
| <p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: UT - 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO.</p> | | | | | | | |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 8.000,0000 | 28/09/2020 14:28:59 |
| <p>Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: ENDOBRAX Modelo / Versão: G1B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p> | | | | | | | |
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 8.000,0000 | 28/09/2020 18:39:00 |

LABORATORIOS
LTDA

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico,OU neonatal, acompanha suporte de mesa, 1 sensor, Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|---------------|---------------|------------------------|
| 01.212.789/0001-07 | R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.000,000 | R\$ 8.000,000 | 29/09/2020 07:35:51 |
|--------------------|---|-----|-----|---|---------------|---------------|------------------------|

Marca: R&D MEDIQ

Fabricante: R&D MEDIQ

Modelo / Versão: HANDY SAT TC R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|---------------|---------------|------------------------|
| 09.721.729/0001-21 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.490,000 | R\$ 8.980,000 | 28/09/2020 17:33:26 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|---------------|---------------|------------------------|

Marca: Oxímetro de Pulso P

Fabricante: Oxímetro de Pulso Portátil, LCD Colorido, Bateria

Modelo / Versão: Oxímetro de Pulso Portátil, LCD Colorido, Bateria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, acompanha suporte de mesa, sensor, Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|---------------|----------------|------------------------|
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.400,000 | R\$ 10.800,000 | 28/09/2020 16:28:02 |
|--------------------|--|-----|-----|---|---------------|----------------|------------------------|

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: UT-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|---------------|----------------|------------------------|
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.660,000 | R\$ 11.320,000 | 29/09/2020 07:41:33 |
|--------------------|--|-----|-----|---|---------------|----------------|------------------------|

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: UT-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UT-100

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|---------------|----------------|------------------------|
| 05.743.288/0001-08 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Não | Não | 2 | R\$ 8.500,000 | R\$ 17.000,000 | 28/09/2020 17:16:16 |
|--------------------|---|-----|-----|---|---------------|----------------|------------------------|

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: PM 60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PM-60 é um dispositivo leve, de pequeno porte, capaz de fazer verificação pontual e monitoramento contínuo de SpO2 e frequência de pulso. Você determina os recursos e o desempenho, dependendo do modo operacional escolhido. Para verificações de sinais vitais simples, o modo de verificação pontual oferece as funções básicas, incluindo atribuição automática de IDs de pacientes, estado de supressão de alarme e recursos de espera e desligamento automáticos. Para monitoramento de longa duração, o modo contínuo oferece entrada manual de IDs exclusivas de pacientes, gerenciamento de alarme e exibição de curva pletismográfica. Se a oximetria de pulso varia de um dia para o outro ou talvez de uma hora para a outra, o PM-60 é ideal como sua opção de dispositivo. Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Executa medidas de SpO2 e frequência de pulso tanto no modo de verificação pontual quanto no modo contínuo; Projeto em dimensões reduzidas, oferece um dispositivo impressionante leve, tornando-o fácil de usar em qualquer lugar; O LCD colorido de 2,4 polegadas exibe, de forma destacada, as leituras de SpO2 e frequência de pulso; O brilho variável da tela permite que você altere a intensidade do LCD e economize a energia da bateria; Alarmes sonoros e visuais ajustáveis: você pode optar por mostrar os limites de alarme de SpO2 e frequência de pulso no LCD; No modo contínuo, a memória suporta o armazenamento de 96 horas de dados de tendência para um único paciente; No modo

de verificação pontual, a memória suporta o armazenamento de 4.000 conjuntos de dados para um máximo de 99 IDs de pacientes; Exporte dados do paciente em tempo real para um PC usando a tecnologia de raio infravermelho; Opte por baterias de íon de lítio ou alcalinas AA, dependendo de sua necessidade de tempo de execução; O modo automático de espera e o modo de desligamento automático selecionável ajudam a economizar a energia da bateria. Acompanha um sensor ADULTO. Registro no MS nº 80102510736.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 17.000,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 11.320,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 10.800,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.000,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.000,0000 | 01.212.789/0001-07 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 8.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 7.550,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.600,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.400,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 6.000,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.415,4000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.360,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.360,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.360,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 95.433.397/0001-11 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.800,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.000,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 4.000,0000 | 26.749.239/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.980,0000 | 26.749.239/0001-52 | 29/09/2020 12:09:20:267 |
| R\$ 5.800,0000 | 05.743.288/0001-08 | 29/09/2020 12:09:42:540 |
| R\$ 3.180,0000 | 95.433.397/0001-11 | 29/09/2020 12:09:48:370 |
| R\$ 3.600,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:10:09:647 |
| R\$ 3.160,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 12:10:32:647 |
| R\$ 3.060,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 12:10:50:157 |
| R\$ 3.139,7000 | 26.749.239/0001-52 | 29/09/2020 12:10:58:100 |
| R\$ 3.040,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 12:11:39:107 |
| R\$ 3.400,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 12:12:08:203 |
| R\$ 2.980,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 12:12:30:770 |
| R\$ 3.300,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 12:13:36:353 |
| R\$ 2.940,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 12:13:42:597 |
| R\$ 2.850,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 12:13:58:430 |
| R\$ 2.800,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 12:14:25:200 |
| R\$ 2.700,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 12:14:50:740 |
| R\$ 4.596,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 12:14:59:850 |
| R\$ 2.570,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 12:15:04:890 |
| R\$ 2.550,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 12:15:34:083 |
| R\$ 2.997,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:16:11:413 |
| R\$ 2.425,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 12:16:33:990 |
| R\$ 2.400,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 12:16:55:507 |
| R\$ 6.400,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 12:17:33:457 |
| R\$ 2.285,0000 | 07.626.776/0001-60 | 29/09/2020 12:17:50:637 |
| R\$ 2.250,0000 | 25.386.146/0001-48 | 29/09/2020 12:18:10:543 |
| R\$ 1.700,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 12:19:53:700 |
| R\$ 3.390,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:21:31:770 |
| R\$ 3.800,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 12:21:32:100 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 12:09:04 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:23:32 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 29/09/2020 12:23:32 | Item teve empate real para o valor 8.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 10:59:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Aceite | 30/09/2020 14:39:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000. |
| Recusa | 01/10/2020 15:34:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000. Motivo: a Empresa A Suprema encaminhou o termo de desistência para este item |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 15:34:11 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 15:42:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.386.146/0001-48. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 16:41:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.386.146/0001-48. |
| Aceite | 05/10/2020 09:07:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOTUS MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.386.146/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOTUS MEDICAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.386.146/0001-48 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI - COMERCIAL | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.700,0000 | R\$ 1.700,0000 | 28/09/2020 20:18:27 |
| | Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK INDUSTRIA E COMÉRCIO Modelo / Versão: BK300FAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional. | | | | | | |
| 09.721.729/0001-21 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.926,0000 | R\$ 1.926,0000 | 28/09/2020 17:33:26 |
| | Marca: " WELMY - Balança An Fabricante: " WELMY - Balança Antropométrica Digital 300 Kilos Modelo / Versão: " WELMY - Balança Antropométrica Digital 300 Kilos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional. | | | | | | |
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 25/09/2020 16:07:15 |
| | Marca: Welmy Fabricante: Welmy Modelo / Versão: W300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional. | | | | | | |
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.093,7600 | R\$ 2.093,7600 | 28/09/2020 17:57:25 |
| | Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo / Versão: W300 A | | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional.

33.243.924/0001-78 MOVEIS CARVALHO LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.100,0000 R\$ 2.100,0000 24/09/2020 14:50:32

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo / Versão: W300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional

36.764.774/0001-36 HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.134,0000 R\$ 2.134,0000 28/09/2020 17:07:11

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo / Versão: BK 300 FAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 300 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM AÇO CARBONO, PRATO REMOVÍVEL, TIPO DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS 6, DIMENSÕES 60 X 60 CM

19.908.111/0001-29 COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Sim Sim 1 R\$ 2.134,0000 R\$ 2.134,0000 28/09/2020 17:45:27

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo / Versão: W300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional.

24.237.168/0001-83 TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E Sim Sim 1 R\$ 2.134,0000 R\$ 2.134,0000 29/09/2020 00:41:10

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo / Versão: B-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 300 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM AÇO CARBONO, PRATO REMOVÍVEL, TIPO DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS 6, DIMENSÕES 60 X 60 CM

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.134,0000 R\$ 2.134,0000 29/09/2020 08:04:15

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo / Versão: BK-300FAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos - Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional.

31.639.450/0001-52 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.400,0000 R\$ 2.400,0000 28/09/2020 16:28:02

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo / Versão: W300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 300 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM AÇO CARBONO, PRATO REMOVÍVEL, TIPO DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS 6, DIMENSÕES 60 X 60 CM

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIO Sim Sim 1 R\$ 2.437,5900 R\$ 2.437,5900 28/09/2020 15:30:11

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo / Versão: BK-300FAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na

cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional."

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.500,0000 | R\$ 2.500,0000 | 28/09/2020 18:39:00 |
| | <p>Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo / Versão: WELMY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional.</p> | | | | | | |
| 21.971.041/0001-03 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.985,0000 | R\$ 2.985,0000 | 24/09/2020 10:50:44 |
| | <p>Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: P300C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos. Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epóxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, assistência técnica em todo território nacional. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P300C PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal / Fatura. ENTREGA 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido (Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento ou Requisição). GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.</p> | | | | | | |
| 26.517.495/0001-14 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/09/2020 17:14:13 |
| | <p>Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo / Versão: W300A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional.</p> | | | | | | |
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.100,0000 | R\$ 3.100,0000 | 29/09/2020 07:41:33 |
| | <p>Marca: Ramuza Fabricante: Ramuza Modelo / Versão: Obeso 300kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obeso 300kg</p> | | | | | | |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.120,0000 | R\$ 3.120,0000 | 28/09/2020 12:04:26 |
| | <p>Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BKH200F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS</p> | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 29/09/2020 08:25:40 |
| | <p>Marca: welmy Fabricante: welmy Modelo / Versão: BAL W 0300/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de</p> | | | | | | |

altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional.

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 8.790,0000 R\$ 8.790,0000 28/09/2020
DE MAQUINAS E 16:38:39
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: Welmy

Fabricante: Welmy

Modelo / Versão: W300A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica para obesos Balança com coluna de 1,20m de altura, capacidade 300 kg, divisões de 50g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos, estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi, padrão na cor branca, função TARA até a capacidade máxima da balança, tensão 220V, homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, 01 ano de garantia, assistência técnica em todo território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8.790,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 5.000,0000 | 10.942.831/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.120,0000 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.100,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.985,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.500,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.437,5900 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.400,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.134,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.134,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.134,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.134,0000 | 22.065.938/0001-22 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.100,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.093,7600 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.000,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.926,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.700,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.675,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 12:09:23:527 |
| R\$ 2.399,9700 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 12:09:24:740 |
| R\$ 1.250,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 12:09:27:653 |
| R\$ 1.291,7000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 12:09:34:990 |
| R\$ 1.400,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:10:25:840 |
| R\$ 1.230,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 12:11:13:537 |
| R\$ 1.699,9999 | 18.258.209/0001-15 | 29/09/2020 12:11:14:613 |
| R\$ 1.210,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 12:11:50:940 |
| R\$ 1.190,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 12:12:08:387 |
| R\$ 1.274,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 12:12:39:500 |
| R\$ 1.100,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 12:13:16:063 |
| R\$ 1.080,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 12:13:41:023 |
| R\$ 1.390,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 12:15:11:153 |
| R\$ 1.096,9200 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:16:26:913 |
| R\$ 1.230,0000 | 22.065.938/0001-22 | 29/09/2020 12:16:40:317 |
| R\$ 1.399,9900 | 10.942.831/0001-36 | 29/09/2020 12:17:32:540 |
| R\$ 1.400,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 12:17:57:677 |
| R\$ 1.500,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:19:51:310 |
| R\$ 1.060,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:20:26:297 |
| R\$ 1.040,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 12:21:00:547 |
| R\$ 1.020,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:21:45:833 |
| R\$ 1.000,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 12:21:57:370 |
| R\$ 980,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:23:03:473 |
| R\$ 960,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 12:23:25:420 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 940,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:23:43:430 |
| R\$ 920,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 12:23:58:287 |
| R\$ 900,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 12:25:00:463 |
| R\$ 880,0000 | 21.971.041/0001-03 | 29/09/2020 12:25:12:870 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 12:09:14 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:27:13 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 11:02:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 11:29:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03. |
| Aceite | 30/09/2020 16:59:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 880,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - FOCO CLÍNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 20.371.330/0001-09 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO Marca: GG Fabricante: GG Modelo / Versão: MD100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), garantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2." | Sim | Sim | 3 | R\$ 510,0000 | R\$ 1.530,0000 | 28/09/2020 15:30:11 |
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: FUTURA MÓVEIS Fabricante: FUTURA MÓVEIS Modelo / Versão: FM.165 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO LÂMPADA LÂMPADA HALÓGENA 50W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM AJUSTE DE MOVIMENTO, APRESENTAÇÃO COM ESPELHO, TIPO LUZ REFLETOR DICRÓICO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO BASE BASE EM FERRO FUNDIDO,COM RODÍZIOS | Sim | Sim | 3 | R\$ 594,0000 | R\$ 1.782,0000 | 28/09/2020 17:07:11 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: GEG Fabricante: GEG Modelo / Versão: LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca) | Sim | Sim | 3 | R\$ 594,0000 | R\$ 1.782,0000 | 28/09/2020 17:45:27 |
| 24.237.168/0001-83 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 3 | R\$ 594,0000 | R\$ 1.782,0000 | 29/09/2020 00:41:10 |

Marca: GG**Fabricante:** GG**Modelo / Versão:** MD100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO LÂMPADA LÂMPADA HALÓGENA 50W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM AJUSTE DE MOVIMENTO, APRESENTAÇÃO COM ESPELHO, TIPO LUZ REFLETOR DICRÓICO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO BASE BASE EM FERRO FUNDIDO, COM RODÍZIOS

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 600,0000 | R\$ 1.800,0000 | 28/09/2020 14:28:59 |
|--------------------|---|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: OURO VERDE**Fabricante:** OURO VERDE**Modelo / Versão:** LED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 18.031.325/0001-05 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 600,0000 | R\$ 1.800,0000 | 28/09/2020 15:35:53 |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: GD**Fabricante:** GD**Modelo / Versão:** MD 100**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos • Com haste superior flexível e cromada • Pedestal com haste inferior pintada • Altura variável entre 100 a 150 cm • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento • Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz • Lâmpada de Led (luz fria e branca) • Intensidade luminosa de 6.000 LUX • Peso líquido: 3 kg • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação • Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 • Lâmpada 5W - 6000K

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 640,6400 | R\$ 1.921,9200 | 28/09/2020 11:07:48 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo / Versão:** OM511**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 04.360.651/0001-43 | ANA MARIA PIRES BELEM | Sim | Sim | 3 | R\$ 700,0000 | R\$ 2.100,0000 | 25/09/2020 16:07:15 |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: Medicate**Fabricante:** Medicate**Modelo / Versão:** Medicate**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 09.721.729/0001-21 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 700,0000 | R\$ 2.100,0000 | 28/09/2020 17:33:26 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: MEDPEJ-FL 4000 H -**Fabricante:** MEDPEJ-FL 4000 H - SE**Modelo / Versão:** MEDPEJ-FL 4000 H - SE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI - COMERCIAL | Sim | Sim | 3 | R\$ 720,0000 | R\$ 2.160,0000 | 28/09/2020 20:18:27 |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------------------|

Marca: MEDPEJ**Fabricante:** MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS**Modelo / Versão:** FL 4000 H - SE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02.605.669/0001-32 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | Sim | Sim | 3 | R\$ 800,0000 | R\$ 2.400,0000 | 28/09/2020 20:19:11 |
| | Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: FL4000HR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 | | | | | | |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 972,0000 | R\$ 2.916,0000 | 28/09/2020 16:28:02 |
| | Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: FL400HR LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO LÂMPADA LÂMPADA HALÓGENA 50W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM AJUSTE DE MOVIMENTO, APRESENTAÇÃO COM ESPELHO, TIPO LUZ REFLETOR DICRÓICO, TIPO AJUSTE ALTURA AJUSTÁVEL, TIPO BASE BASE EM FERRO FUNDIDO,COM RODÍZIOS | | | | | | |
| 32.597.474/0001-59 | STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 23/09/2020 11:04:42 |
| | Marca: METALIC MEDICAL Fabricante: METALIC MEDICAL Modelo / Versão: MT387 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2. | | | | | | |
| 22.654.814/0001-82 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.007,0000 | R\$ 3.021,0000 | 28/09/2020 11:11:26 |
| | Marca: GG Móveis Fabricante: GG Móveis Modelo / Versão: MD100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: Foco Clínico LED com haste flexível Foco de luz auxiliar em LED para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada CARACTERÍSTICAS Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de LED (luz fria e branca) com vida útil de 5.000 horas. Intensidade luminosa de 6.000 LUX Peso líquido: 3 kg. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Marca: GG Móveis Fabricante: GG Móveis Modelo: MD100 Procedência: Nacional | | | | | | |
| 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.128,4400 | R\$ 3.385,3200 | 28/09/2020 14:58:05 |
| | Marca: MEDICATE Fabricante: MEDICATE Modelo / Versão: MEDICATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco refletor ambulatorial - Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2. | | | | | | |
| 27.302.069/0001-26 | RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 3.600,0000 | 29/09/2020 07:41:33 |
| | Marca: MedPej Fabricante: MedPej Modelo / Versão: FL 4000 HR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MedPej FL 4000 HR | | | | | | |
| 30.037.851/0001-70 | SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE | Sim | Sim | 3 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 28/09/2020 16:35:16 |

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** ARTMED**Fabricante:** ARTMED**Modelo / Versão:** ART 166**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: ARTMED MODELO: ART 166 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA FLEXÍVEL SEMI-LUXO Estrutura em tubo redondo, com anel de fixação. Haste flexível e cromada. Pés em ferro fundido. Acabamento em pintura epoxi. Altura mínima 1,15m. Altura máxima 1,62m.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|-----------------|------------------|------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA | Sim | Sim | 3 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 105.000,0000 | 28/09/2020 |
| | PRODUTOS E | | | | | | 18:39:00 |
| | SERVICOS P/ | | | | | | |
| | LABORATORIOS | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |

Marca: MEDPEJ**Fabricante:** MEDPEJ**Modelo / Versão:** MEDPEJ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----|---|-----------------|------------------|------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA | Sim | Sim | 3 | R\$ 66.670,0000 | R\$ 200.010,0000 | 28/09/2020 |
| | COMERCIAL LTDA | | | | | | 17:56:44 |

Marca: MED PEJ**Fabricante:** MED PEJ**Modelo / Versão:** FL-2000 TLD 24 X 24**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco refletor ambulatorial Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220V. lâmpada de Led (luz fria e branca), grantia de 01 ano, contra defeitos de fabricação**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 200.010,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 105.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 30.000,0000 | 30.037.851/0001-70 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.600,0000 | 27.302.069/0001-26 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.385,3200 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.021,0000 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 32.597.474/0001-59 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.916,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.400,0000 | 02.605.669/0001-32 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.160,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.100,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.100,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.921,9200 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.800,0000 | 32.593.430/0001-50 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.800,0000 | 18.031.325/0001-05 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.782,0000 | 24.237.168/0001-83 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.782,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.782,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.530,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.692,6600 | 27.806.274/0001-29 | 29/09/2020 12:09:46:483 |
| R\$ 1.510,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:10:46:910 |
| R\$ 1.490,0000 | 05.523.731/0001-35 | 29/09/2020 12:12:00:327 |
| R\$ 1.470,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:12:11:793 |
| R\$ 1.400,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 12:13:36:083 |
| R\$ 1.380,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:13:52:410 |
| R\$ 1.300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 12:14:04:070 |
| R\$ 1.280,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:14:07:870 |
| R\$ 1.260,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:14:17:687 |
| R\$ 1.240,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:14:19:633 |
| R\$ 1.220,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:14:34:793 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.200,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:14:37:053 |
| R\$ 1.180,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:14:45:590 |
| R\$ 1.160,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:14:47:040 |
| R\$ 1.100,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 12:14:52:380 |
| R\$ 1.080,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:14:54:510 |
| R\$ 1.000,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:14:59:103 |
| R\$ 980,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:14:59:970 |
| R\$ 940,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:15:14:563 |
| R\$ 920,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:15:17:130 |
| R\$ 1.467,0000 | 04.360.651/0001-43 | 29/09/2020 12:15:18:853 |
| R\$ 900,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:16:16:667 |
| R\$ 880,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:16:18:297 |
| R\$ 860,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:16:46:413 |
| R\$ 840,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:16:48:727 |
| R\$ 820,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 12:16:55:710 |
| R\$ 800,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:16:56:973 |
| R\$ 820,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:16:57:250 |
| R\$ 780,0000 | 20.371.330/0001-09 | 29/09/2020 12:17:04:323 |
| R\$ 760,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:17:06:217 |
| R\$ 700,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 12:17:12:497 |
| R\$ 680,0000 | 09.721.729/0001-21 | 29/09/2020 12:17:13:813 |
| R\$ 1.672,6600 | 22.654.814/0001-82 | 29/09/2020 12:17:49:380 |
| R\$ 1.730,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 12:18:30:187 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/09/2020 12:09:33 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:20:30 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 29/09/2020 12:20:30 | Item teve empate real para o valor 1.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 11:05:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 11:14:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21. |
| Aceite | 30/09/2020 17:20:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 680,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - BEBEDOURO ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 684,0000 | R\$ 684,0000 | 28/09/2020 17:45:27 |
| | Marca: LIBELL | | | | | | |
| | Fabricante: LIBELL | | | | | | |
| | Modelo / Versão: PRESS INOX | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas, base plástica de auto impacto, pia em aço inox polido, torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada, serpentina em aço localizada na parte interna do reservatório, refrigerado por compressor, controlador de temperatura entre 4 e 15°C, sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem, vida útil do elemento filtrante: 4.000L ou 6 meses, medidas mínimas: altura 113 cm, largura 69cm, profundidade 32,50 cm, voltagem 220V | | | | | | |
| 22.065.938/0001-22 | CCK COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 684,0000 | R\$ 684,0000 | 29/09/2020 08:04:15 |

Marca: LIBELL**Fabricante:** LIBELL**Modelo / Versão:** PRESS BABY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bebedouro de pressão - Gabinete sem emendas, base plástica de auto impacto, pia em aço inox polido, torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada, serpentina em aço localizada na parte interna do reservatório, refrigerado por compressor, controlador de temperatura entre 4 e 15°C, sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem, vida útil do elemento filtrante: 4.000L ou 6 meses, medidas mínimas: altura 113 cm, largura 69cm, profundidade 32,50 cm, voltagem 220V.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 07.377.015/0001-12 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.086,6000 | R\$ 1.086,6000 | 28/09/2020 17:54:30 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: BEGEL**Fabricante:** BEGEL**Modelo / Versão:** BRX40**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas, base plástica de auto impacto, pia em aço inox polido, torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada, serpentina em aço localizada na parte interna do reservatório, refrigerado por compressor, controlador de temperatura entre 4 e 15°C, sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem, vida útil do elemento filtrante: 4.000L ou 6 meses, medidas mínimas: altura 113 cm, largura 69cm, profundidade 32,50 cm, voltagem 220V.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.098,2400 | R\$ 1.098,2400 | 28/09/2020 11:07:48 |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: IBBL**Fabricante:** IBBL**Modelo / Versão:** PURIPRESS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas, base plástica de auto impacto, pia em aço inox polido, torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada, serpentina em aço localizada na parte interna do reservatório, refrigerado por compressor, controlador de temperatura entre 4 e 15°C, sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem, vida útil do elemento filtrante: 4.000L ou 6 meses, medidas mínimas: altura 113 cm, largura 69cm, profundidade 32,50 cm, voltagem 220V

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/09/2020 18:39:00 |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: IBBL**Fabricante:** IBBL**Modelo / Versão:** IBBL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas, base plástica de auto impacto, pia em aço inox polido, torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada, serpentina em aço localizada na parte interna do reservatório, refrigerado por compressor, controlador de temperatura entre 4 e 15°C, sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem, vida útil do elemento filtrante: 4.000L ou 6 meses, medidas mínimas: altura 113 cm, largura 69cm, profundidade 32,50 cm, voltagem 220V.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 29/09/2020 08:25:40 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|

Marca: libell**Fabricante:** libell**Modelo / Versão:** press**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Purificador press Star gabinete sem emendas. - gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto. - base plástica de alto impacto. - pia em aço inox polido. - torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água. - conexões hidráulicas internas em material atóxico. - reservatório para água gelada em aço inox 304. - serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório. - refrigerado por compressor. - controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura. - sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem. - vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses. Sistema de voltagem: refrigeração por compressor hermético potência: 154w voltagem: 127v ou 220v consumo médio: 127v: 24,80 kwh/mês 220v: 23,00 kwh/mês capacidade de resfriamento: 6 l/h (ambientes a 25°C) reservatório de água gelada: 3,6 litros disponível nas cores: branco e inox**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 5.000,0000 | 10.942.831/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 3.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.098,2400 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.086,6000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 684,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 684,0000 | 22.065.938/0001-22 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 664,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:16:49:273 |
| R\$ 680,0000 | 07.377.015/0001-12 | 29/09/2020 12:18:26:477 |
| R\$ 679,9900 | 10.942.831/0001-36 | 29/09/2020 12:20:13:957 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 12:12:04 | Item Aberto. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:22:14 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 11:06:46 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 13:41:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29. |
| Aceite | 01/10/2020 14:51:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 664,0000. |
| Habilitado | 05/10/2020 10:27:41 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. - CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 38 - BALDE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 36.764.774/0001-36 | HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo / Versão: ÁGATA | Sim | Sim | 2 | R\$ 150,0000 | R\$ 300,0000 | 28/09/2020 17:07:11 |
| 19.908.111/0001-29 | COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. Marca: JSN Fabricante: JSN Modelo / Versão: PI20 | Sim | Sim | 2 | R\$ 230,5800 | R\$ 461,1600 | 28/09/2020 17:45:27 |
| 31.639.450/0001-52 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Marca: ECOBIN Fabricante: ECOBIN Modelo / Versão: LP-005 | Sim | Sim | 2 | R\$ 300,0000 | R\$ 600,0000 | 28/09/2020 16:28:02 |
| 03.509.801/0001-75 | QUARTEL TECNOLOGIA LTDA Marca: LENOMAX Fabricante: LENOMAX Modelo / Versão: 20LP | Sim | Sim | 2 | R\$ 314,5000 | R\$ 629,0000 | 28/09/2020 11:07:48 |
| 33.243.924/0001-78 | MOVEIS CARVALHO LTDA Marca: JSN Fabricante: JSN Modelo / Versão: 20 LITROS | Sim | Sim | 2 | R\$ 320,0000 | R\$ 640,0000 | 24/09/2020 14:50:32 |
| 26.517.495/0001-14 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo / Versão: AGATA 20LT | Sim | Sim | 2 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.000,0000 | 28/09/2020 17:14:13 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|
| 05.895.525/0001-56 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: BRINOX Fabricante: BRINOX Modelo / Versão: BRINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balde a pedal para lixeira Fabricado em aço inoxidável, capacidade de 20 litros. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/09/2020 18:39:00 |
| 14.676.091/0001-94 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Purimax Fabricante: Purimax Modelo / Versão: 1480,00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balde a pedal para lixeira Fabricado em aço inoxidável, capacidade de 20 litros. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.480,0000 | R\$ 2.960,0000 | 28/09/2020 16:39:31 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.960,0000 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 2.000,0000 | 05.895.525/0001-56 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 1.000,0000 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 640,0000 | 33.243.924/0001-78 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 629,0000 | 03.509.801/0001-75 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 600,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 461,1600 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 300,0000 | 36.764.774/0001-36 | 29/09/2020 09:00:11:000 |
| R\$ 461,1300 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 12:17:32:840 |
| R\$ 512,7200 | 14.676.091/0001-94 | 29/09/2020 12:17:33:967 |
| R\$ 400,0000 | 31.639.450/0001-52 | 29/09/2020 12:18:47:563 |
| R\$ 399,9700 | 26.517.495/0001-14 | 29/09/2020 12:18:54:440 |
| R\$ 400,0000 | 19.908.111/0001-29 | 29/09/2020 12:19:24:300 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 29/09/2020 12:17:24 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 29/09/2020 12:56:19 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 29/09/2020 12:56:19 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 30/09/2020 11:07:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 17:27:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36. |
| Recusa | 05/10/2020 09:16:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: a empresa encaminhou um termo de desistência do item |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 05/10/2020 09:43:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/10/2020 10:10:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14. |
| Recusa | 05/10/2020 10:25:08 | Recusa da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 399,9700. Motivo: a empresa encaminhou o termo de desistência do item |
| Item cancelado no julgamento | 05/10/2020 10:26:06 | Item cancelado no julgamento. Motivo: todas as empresa estão acima do preço estimado |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:09:45 | Boa dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º 020/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Inaciolândia Estado de Goiás. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:09:56 | Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:10:04 | É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:10:15 | Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:10:28 | De acordo com as disposições do edital, parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – Sicaf. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:10:40 | Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:10:49 | Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:10:58 | Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.049/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:11:07 | A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexistência de preço. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:11:19 | Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:11:29 | As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:12:07 | senhores licitantes será aberto para lance de 10 em 10 itens até finaliza-lo |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:14:05 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:14:31 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:14:46 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:14:46 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:15:07 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:15:23 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:15:37 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:15:38 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:15:54 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:16:05 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:16:20 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:16:21 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:16:34 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:16:35 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:27:27 | O item 4 está encerrado. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 29/09/2020 09:27:35 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 09:27:51 | O item 6 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:32:19 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:32:19 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:32:44 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:32:44 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:33:08 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:33:25 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 09:36:12 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 09:40:26 | O item 9 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:41:21 | senhores licitantes a partir de agora vamos abrir os itens conforme se encerra os outros. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:42:18 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:42:27 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:43:29 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:43:29 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:44:59 | O item 7 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:46:55 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:53:39 | O item 10 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 09:56:09 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 09:56:56 | O item 11 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 10:00:22 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 10:00:59 | O item 15 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 10:05:56 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 10:16:33 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 10:17:50 | O item 20 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 10:19:20 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 10:22:01 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 10:27:51 | O item 16 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 10:31:02 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 10:48:50 | O item 17 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 10:48:50 | O item 17 teve empate real para o valor 5.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 10:50:26 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2020 11:24:51 | O item 18 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 11:27:16 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 11:27:16 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 11:38:38 | O item 25 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 11:40:00 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 11:40:20 | O item 19 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 11:40:20 | O item 19 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 11:42:19 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 11:46:53 | O item 24 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 11:48:15 | O item 14 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 11:49:29 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 11:50:24 | O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 11:53:36 | O item 26 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 11:56:42 | O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 11:56:42 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 11:59:20 | O item 23 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:00:45 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:00:45 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:01:21 | O item 27 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:03:10 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:03:10 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:07:26 | O item 22 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:07:26 | O item 22 teve empate real para o valor 694,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 29/09/2020 12:07:26 | O item 29 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:07:42 | O item 28 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:07:42 | O item 28 teve empate real para o valor 60.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 29/09/2020 12:08:24 | O item 30 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:08:25 | O item 30 teve empate real para o valor 250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:08:54 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:08:54 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:09:05 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema | 29/09/2020 12:09:05 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:09:15 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:09:34 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:11:29 | O item 31 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:12:04 | O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:12:04 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:15:42 | O item 32 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:15:42 | O item 32 teve empate real para o valor 600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:17:24 | O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 29/09/2020 12:20:30 | O item 36 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:20:30 | O item 36 teve empate real para o valor 1.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 29/09/2020 12:22:14 | O item 37 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:22:54 | O item 33 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:23:32 | O item 34 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:23:32 | O item 34 teve empate real para o valor 8.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 29/09/2020 12:27:13 | O item 35 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:56:19 | A etapa aberta do item 38 foi encerrada. |
| Sistema | 29/09/2020 12:56:19 | O item 38 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:56:19 | A etapa aberta do item 21 foi encerrada. |
| Sistema | 29/09/2020 12:56:19 | O item 21 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:56:19 | A etapa aberta do item 13 foi encerrada. |
| Sistema | 29/09/2020 12:56:19 | O item 13 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:56:20 | A etapa aberta do item 2 foi encerrada. |
| Sistema | 29/09/2020 12:56:20 | O item 2 está encerrado. |
| Pregoeiro | 29/09/2020 12:56:20 | A etapa aberta do item 1 foi encerrada. |
| Sistema | 29/09/2020 12:56:20 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 29/09/2020 12:56:20 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 29/09/2020 17:32:54 | senhores licitantes, vamos suspender a licitação e reiniciaremos amanhã dia 30 de setembro, no mesmo horário às 09:00, horário de Brasília. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 08:59:55 | bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão referente ao pregão eletrônico 020/2020. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:08:59 | Para KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/09/2020 09:09:34 | Senhor fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:13:04 | Para PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:13:22 | Senhor fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:16:37 | Para HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:16:50 | Senhor fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:18:40 | Para KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:18:55 | Senhor fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:19:36 | Para HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:19:48 | Senhor fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:22:50 | Para 3S INFORMATICA LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:23:51 | Senhor fornecedor 3S INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 32.674.351/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| 32.674.351/0001-74 | 30/09/2020 09:26:30 | De 3S INFORMATICA LTDA - Bom dia! Infelizmente não consigo redução do valor, paramos no nosso limite. |
| 32.674.351/0001-74 | 30/09/2020 09:27:02 | De 3S INFORMATICA LTDA - Já estamos providenciando a proposta ajustada. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:28:38 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:29:08 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7. |
| Sistema | 30/09/2020 09:33:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor 3S INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 32.674.351/0001-74, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:34:37 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante o item 08 está acima do valor estimado, tem a possibilidade de negociação e adequação ao valor estimado? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:34:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Sistema | 30/09/2020 09:34:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Sistema | 30/09/2020 09:35:36 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:36:48 | Para HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:37:05 | Senhor fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:38:00 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:38:14 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:39:06 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:39:18 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:39:51 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:40:08 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:44:06 | Para MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de adequação do item 13 para o valor estimado? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:44:33 | Senhor fornecedor MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 31.639.450/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 13. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:45:46 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:45:56 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 14. |
| Sistema | 30/09/2020 09:46:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 09:47:20 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 09:47:32 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 15. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:08:57 | Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:09:15 | Senhor fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 16. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:13:18 | Para I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:13:28 | Senhor fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 17. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:30:10 | Para I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:30:40 | Senhor fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 18. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:32:50 | Para V.L. FUZETI - COMERCIAL - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:33:02 | Senhor fornecedor V.L. FUZETI - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 05.523.731/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 19. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:33:46 | Para PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:33:56 | Senhor fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 20. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:34:36 | senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:34:43 | Senhor fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 21. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:35:40 | Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:35:53 | Senhor fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 22. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:36:23 | Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:37:59 | Para COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:38:11 | Senhor fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 23. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:39:23 | Para COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:39:32 | Senhor fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 24. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:40:22 | Para PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:40:32 | Senhor fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 25. |
| Sistema | 30/09/2020 10:40:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, enviou o anexo para o item 7. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:41:04 | Para PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:41:14 | Senhor fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 26. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:42:04 | Para I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:42:19 | Senhor fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 27. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:43:07 | Para COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:43:17 | Senhor fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 28. |
| Sistema | 30/09/2020 10:43:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, enviou o anexo para o item 20. |
| Sistema | 30/09/2020 10:43:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor V.L. FUZETI - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 05.523.731/0001-35, enviou o anexo para o item 19. |
| Sistema | 30/09/2020 10:44:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, enviou o anexo para o item 21. |
| Sistema | 30/09/2020 10:44:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, enviou o anexo para o item 25. |
| Sistema | 30/09/2020 10:44:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, enviou o anexo para o item 26. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:47:45 | Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:47:57 | Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 29. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:49:06 | Para I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:49:16 | Senhor fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 30. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:50:04 | Para I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:50:15 | Senhor fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 31. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:54:03 | Para HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:54:16 | Senhor fornecedor HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 32. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:57:37 | Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:57:47 | Senhor fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 33. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 10:59:04 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 10:59:16 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 34. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 11:02:07 | Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 | Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | 11:02:20 | 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 11:05:30 | Para G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 11:05:41 | Senhor fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 11:06:34 | Para COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA. - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 11:06:46 | Senhor fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 11:07:34 | Para HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA - senhor licitante tem a possibilidade de negociação no item vencido pela sua empresa, qual o menor valor que você consegue fazer? informamos que vamos solicitar o anexo da proposta realinhada. |
| Sistema | 30/09/2020 11:07:41 | Senhor fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38. |
| Sistema | 30/09/2020 11:14:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, enviou o anexo para o ítem 36. |
| Sistema | 30/09/2020 11:29:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o ítem 35. |
| Sistema | 30/09/2020 11:45:57 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08, enviou o anexo para o ítem 32. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 12:06:39 | senhores licitantes suspenderemos a licitação para almoço e retornaremos as 14:00 horas, horário de Brasília. |
| Sistema | 30/09/2020 12:09:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 29. |
| Sistema | 30/09/2020 13:18:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, enviou o anexo para o ítem 16. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 13:59:51 | Reaberta a sessão para julgamento de propostas |
| Sistema | 30/09/2020 14:27:17 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Sistema | 30/09/2020 14:31:55 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 30/09/2020 14:36:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, enviou o anexo para o ítem 33. |
| Sistema | 30/09/2020 15:00:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 30/09/2020 15:00:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Sistema | 30/09/2020 15:00:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, enviou o anexo para o ítem 9. |
| Pregoeiro | 30/09/2020 17:22:24 | boa tarde, senhores licitantes, vamos suspender a sessão e reabriremos amanhã dia 01 de outubro, as 09:30 horas no horário de Brasília |
| Pregoeiro | 01/10/2020 09:33:12 | Para KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - senhor licitante gostaria de saber se tem como das um desconto neste item, e após irei convocar a proposta realinhada. |
| Sistema | 01/10/2020 09:33:29 | Senhor fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 09:37:48 | Para PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - senhor licitante, houve a desistência deste item, e a vossa empresa é a segunda colocada, gostaria de saber se conseguiria dar um desconto deste item, e após vamos convocar o anexo de proposta realinhada. |
| Sistema | 01/10/2020 09:38:03 | Senhor fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 09:41:00 | Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - senhor licitante, houve a desistência deste item, e a vossa empresa é a segunda colocada, gostaria de saber se conseguiria dar um desconto deste item, e após vamos convocar o anexo de proposta realinhada. |
| Sistema | 01/10/2020 09:41:41 | Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 09:51:49 | Para KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - senhor licitante qual a possibilidade de desconto para esse item, iremos convocar o anexo da planilha realinhada |
| Sistema | 01/10/2020 09:52:00 | Senhor fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7. |
| Sistema | 01/10/2020 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 01/10/2020 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 10:26:09 | EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, enviou o anexo para o ítem 22. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 10:29:28 | Para KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - senhor licitante houve a desistência por parte da empresa deste ítem e sua empresa está classificada em segundo colocado, tem como negocia o valor desse ítem, após iremos convocar a proposta realinhada. |
| Sistema | 01/10/2020 10:29:51 | Senhor fornecedor KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28. |
| Sistema | 01/10/2020 10:35:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, enviou o anexo para o ítem 17. |
| Sistema | 01/10/2020 10:35:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, enviou o anexo para o ítem 18. |
| Sistema | 01/10/2020 10:35:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, enviou o anexo para o ítem 27. |
| Sistema | 01/10/2020 10:35:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, enviou o anexo para o ítem 30. |
| Sistema | 01/10/2020 10:36:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, enviou o anexo para o ítem 31. |
| 79.805.263/0001-28 | 01/10/2020 10:38:34 | Bom dia |
| 79.805.263/0001-28 | 01/10/2020 10:43:03 | Bom dia Prezado Pregoeiro (a) Infelizmente não temos como reduzir o valor, estaremos enviando o anexo conforme solicitado. |
| Sistema | 01/10/2020 10:52:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28, enviou o anexo para o ítem 28. |
| Sistema | 01/10/2020 10:56:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Sistema | 01/10/2020 11:09:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 01/10/2020 11:09:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11, enviou o anexo para o ítem 7. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 11:21:57 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante houve a desistência da empresa neste ítem e a vossa empresa foi classificada em segundo colocado, tem possibilidade de desconto neste ítem? após iremos convocar o anexo da proposta realinhada. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 11:24:24 | Para A SUPREMA COMERCIAL LTDA - senhor licitante houve a desistência da empresa primeira colocada neste ítem, e a vossa empresa foi classificada em segundo colocado, há a possibilidade de desconto para este ítem, após iremos convocar o anexo de proposta realinhada. |
| Sistema | 01/10/2020 11:24:38 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 11:34:46 | senhores licitante voltaremos a fase de desempate do ítem 28, após desistência da primeira empresa colocada. |
| Sistema | 01/10/2020 11:35:06 | O ítem 28 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 01/10/2020 11:35:07 | Sr. Fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CPF/CNPJ 09.721.729/0001-21 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o ítem 28 até às 11:40:07 do dia 01/10/2020. Acesse a fase de lance. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 11:35:55 | bom dia, abriremos o ítem 28 para desempate. |
| Sistema | 01/10/2020 11:40:08 | O ítem 28 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:40:08 de 01/10/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CPF/CNPJ 09.721.729/0001-21. |
| Sistema | 01/10/2020 11:40:08 | Sr. Fornecedor G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CPF/CNPJ 29.245.128/0001-05 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o ítem 28 até às 11:45:08 do dia 01/10/2020. Acesse a fase de lance. |
| Sistema | 01/10/2020 11:45:08 | O ítem 28 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:45:08 de 01/10/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CPF/CNPJ 29.245.128/0001-05. |
| Sistema | 01/10/2020 11:45:08 | O ítem 28 está encerrado. |
| Sistema | 01/10/2020 11:45:08 | O ítem 28 teve empate real para o valor 60.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 01/10/2020 11:45:08 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Sistema | 01/10/2020 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | 11:48:30 | LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 9. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 12:03:50 | senhores licitantes vamos suspender a licitação para o almoço e retornaremos as 14:00 horas horário de Brasília. |
| Sistema | 01/10/2020 13:41:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, enviou o anexo para o ítem 23. |
| Sistema | 01/10/2020 13:41:21 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, enviou o anexo para o ítem 24. |
| Sistema | 01/10/2020 13:41:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA., CNPJ/CPF: 19.908.111/0001-29, enviou o anexo para o ítem 37. |
| Sistema | 01/10/2020 14:02:58 | Senhor fornecedor MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 31.639.450/0001-52, o prazo para envio de anexo para o ítem 13 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 14:04:29 | senhores licitantes a sessão está reaberta |
| Sistema | 01/10/2020 14:55:25 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 01/10/2020 14:59:32 | Para HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA - senhor licitante a empresa A suprema Comercial LTDA, desistiu desse item e a vossa empresa foi classificada em segundo lugar, vou convocar o anexo de proposta atualizada. |
| Sistema | 01/10/2020 14:59:49 | Senhor fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. |
| Sistema | 01/10/2020 15:01:22 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 01/10/2020 15:01:55 | Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - senhor licitante a empresa A suprema Comercial LTDA, desistiu desse item e a vossa empresa foi classificada em segundo lugar, vou convocar o anexo de proposta atualizada. |
| Sistema | 01/10/2020 15:02:07 | Senhor fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Sistema | 01/10/2020 15:03:19 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 01/10/2020 15:04:02 | Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - senhor licitante a empresa A suprema Comercial LTDA, desistiu desse item e a vossa empresa foi classificada em segundo lugar, vou convocar o anexo de proposta atualizada. |
| Sistema | 01/10/2020 15:04:17 | Senhor fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12. |
| Sistema | 01/10/2020 15:05:14 | Senhor fornecedor A SUPREMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.015/0001-12, o prazo para envio de anexo para o ítem 22 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 15:32:18 | Para ANA MARIA PIRES BELEM - senhora licitante houve a desistência da empresa A Suprema Comercial Ltda sobres este item e a vossa empresa foi classifica em segundo colocado para este item, irei convocar o anexo de proposta realinhada para este item. |
| Sistema | 01/10/2020 15:32:49 | Senhor fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22. |
| Sistema | 01/10/2020 15:34:11 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 01/10/2020 15:42:42 | Para LOTUS MEDICAL LTDA - senhor licitante a empresa Suprema Comercial LTDA fez o termo de desistência para esse item e a sua empresa está classificada em segundo colocado, estarei fazendo a convocação de anexo da proposta realinha. |
| Sistema | 01/10/2020 15:42:53 | Senhor fornecedor LOTUS MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.386.146/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34. |
| Sistema | 01/10/2020 16:02:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, enviou o anexo para o ítem 11. |
| Sistema | 01/10/2020 16:07:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, enviou o anexo para o ítem 12. |
| Sistema | 01/10/2020 16:33:08 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 01/10/2020 16:41:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.386.146/0001-48, enviou o anexo para o ítem 34. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 16:42:51 | senhores licitantes suspenderemos a licitação e reabriremos a sessão dia 05 de setembro as 09:00 horas, horário de Brasília. |
| Sistema | 01/10/2020 17:27:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, enviou o anexo para o ítem 38. |
| Sistema | 02/10/2020 09:47:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43, enviou o anexo para o ítem 22. |
| Pregoeiro | 05/10/2020 09:09:24 | bom dia senhores licitantes está reaberta a sessão |
| Pregoeiro | 05/10/2020 09:14:49 | Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - senhor licitante a sua empresa foi classifica em segundo colocado para este item, vou convocar o |

anexo de proposta realinha

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 05/10/2020 09:15:00 | Senhor fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 10. |
| Pregoeiro | 05/10/2020 09:42:54 | Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - senhor licitante, a sua empresa foi classificado em segundo lugar para este item, após iremos convocar o anexo de proposta realinhada. |
| Sistema | 05/10/2020 09:43:07 | Senhor fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 38. |
| 26.517.495/0001-14 | 05/10/2020 09:53:01 | Bom dia, o preço total para as duas lixeiras e R\$ 302,00 Sr. Pregoeiro? |
| Sistema | 05/10/2020 10:01:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, enviou o anexo para o item 10. |
| Sistema | 05/10/2020 10:10:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, enviou o anexo para o item 38. |
| Pregoeiro | 05/10/2020 10:53:29 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/10/2020 às 11:14:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo Informado | 30/09/2020 14:27:17 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento de Prazo | 05/10/2020 10:53:29 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/10/2020 às 11:14:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:20 horas do dia 05 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDUARDO GOUVEIA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

REGIANE FRANCELINA FERREIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

