

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, BARBARA ARANTES QUEIROZ DIAS no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e de acordo com o parecer jurídico apresentado, e nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 28, I, e suas alterações posteriores, RESOLVE HOMOLOGAR, nos termos em que se encontra, o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 realizado na modalidade Pregão, objetivando AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DETECTOR DIGITAL PARA RAIOS X E SOFTWARE DE IMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JORGE ASSAD SALLES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - LOA 2024 - Nº 001/2023, tudo em conformidade com os trabalhos levados a efeito com regularidade pela Comissão de licitação, designados pelo Decreto nº 793/2024. Considerando como propostas mais vantajosas para a Administração o resultado classificatório a seguir, em favor das empresas:


SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 29.562.894/0001-95, estabelecida na QUADRA 11 LOTE 09 GALPÃO 01, PARQUE PRIMAVERA, CEP: 74.913-140, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	1 SISTEMA DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X – TIPO DR COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO 380 X 460 X 15MM APROXIMADAMENTE. ACOMPANHA SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS DR E ESTAÇÃO DE TRABALHO. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2304 X 2800 PIXELS. TAMANHO DO PIXEL MÍNIMO DE 140MM, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3,3 IP/MM, ESCALA DE CINZA 16 BIT, CONEXÃO WIFI COM TRANSMISSÃO DE DADOS SEM FIO, 2 ANTENAS / 2,5S PARA DIGITALIZAR E EXIBIR COM MODO SEM FIO, CINTILADOR CSI, REVESTIMENTO LATERAL LIGA DE MG-AL OU SUPERIOR, PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE ATÉ 3,5KG, RESISTENTE A POEIRA E LÍQUIDOS MÍNIMO DE IP54, BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4H. ARMAZENAMENTO INTERNO DE ATÉ 300 IMAGENS, TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA DE ATÉ 3 HORAS, APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS OFERECIDA PELO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA CONFORME REGISTRADO EM DOCUMENTOS OFICIAIS. ACESSÓRIOS: CABO CONECTOR MAGNÉTICO COM ETHERNET E ALIMENTAÇÃO, OPERÁVEL A TEMPERATURA/UMIDADE DE OPERAÇÃO ENTRE OS SEGUINTE VALORES 10~35°C / 15~80%. LIMITE DE CARGA TOTAL MÍNIMA SOB A SUPERFÍCIE DA PLACA DR DE 300KG. ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DR CONTENDO COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DO MONITOR LED FULL HD 24" E DESKTOP CPU I5 7500/SSD512GB M2, 16GB E MEMORIA DDR4 ACOMPANHANDO NOBREAK COMPATÍVEL E ROTEADOR.	UNIDADE E	INNOCARE	1,0000	126.000,00 00	126.000,0000
Total: (Cento e Vinte e Seis Mil Reais)						126.000,0000

Importa-se a presente licitação na importância total de 126.000,0000 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais)

UBLIQUE-SE.

INACIOLÂNDIA, 5 de novembro de 2024


Município de INACIOLÂNDIA
(BARBARA ARANTES QUEIROZ DIAS)